

FIȘĂ TEHNICĂ_LOT 1

Denumire echipament: Sistem de microaerofilie si anaerobioza -1 buc.

Specificatii tehnice minime/ cerinte de performanta/ cerinte functionale minime ale produselor, solicitate de catre <u>autoritatea contractanta</u>	Specificatii tehnice minime/ cerinte de performanta/ cerinte functionale minime ale produselor, prezentate de catre <u>oferant (*)</u>	Corespondenta cu documentatia tehnica (nr.pagina catalog/brosura/ manual utilizare (**))
1	2	3
1. CARACTERISTICI GENERALE:		
a) Incubator cu CO2 cu capacitate maxima 80 L		
b) Interval temperatura +30 °C pana la + 60°C		
c) Camera incubatorului este realizata din otel inoxidabil		
d) Rafturi cu gauri pentru uniformizarea temperaturii		
e) Ecran tactil /LCD pentru afisarea concentratiei CO2, temperatura		
f) Alarmer vizuale si sonore pentru concentratie CO2 si temperatura depasite		
g) Filtru CO2 care asigura calitatea aerului in interior		
h) Butelie cu regulator presiune CO2 si furtun		
2. Specificatii electrice		
Tensiunea nominala 220-240 V, 50/60 Hz		
3.Cerinte specifice de eficienta energetica:		
Consumurile aferente echipamentului		
a) Putere electrica in mod standby (P _s) : max. 50 W		
b) Putere electrica in mod activ (P _a) : max. 600 W		
<i>Orice oferta de produs, care prezinta valori ale puterii ce depasesc pragurile maxime impuse mai sus, pentru oricare mod de utilizare, va fi respinsa</i>		
3. Alte cerinte obligatorii		

Specificatii tehnice minime/ cerinte de performanta/ cerinte functionale minime ale produselor, solicitate de catre <u>autoritatea contractanta</u>	Specificatii tehnice minime/ cerinte de performanta/ cerinte functionale minime ale produselor, prezentate de catre <u>ofertant (*)</u>	Correspondenta cu documentatia tehnica (nr.pagina catalog/brosura/ manual utilizare (**))
1	2	3
a) Carte tehnică și instrucțiuni de întreținere/ curățare/ dezinfectie (în limba Română) -la livrare		
b) Conform SR EN ISO 13485:2016 sau echivalent.		
c) Declarație de conformitate CE conform Regulamentului (UE) 2017/745 sau (UE) 2017/746 privind dispozitivele medicale.		

Parametrii de calcul aferenti criteriului de atribuire, referitor la factorul de evaluare privind performanta energetică:

- a) Pentru consum de energie în modul standby: timpul T_s (timp de funcționare în modul standby) este de 12 h
- b) Pentru consum de energie în mod activ: timpul T_a (timp de funcționare în modul activ) este de 12 h

(*) In COLOANA 2 ofertanții vor prezenta informații detaliate aferente produsului ofertat referitoare la: Denumire echipament ofertat, producător, marca, cod produs, locul de fabricație si specificatiile tehnice deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificatiile tehnice solicitate prin prezenta fișă tehnică.

()** In COLOANA 3 ofertanții vor indica documentele suport aferente produselor oferate, cum ar fi: Fise tehnice producator / Cataloage producător / Broșuri producător / link-uri web producător / declarații producător sau alte documente echivalente emise de producător sau entități abilitate, care pot susține si dovedi îndeplinirea specificațiilor tehnice de către produsele oferate; se va indica locația: pagina, capitolul, paragraful, tabelul, imaginea, etc.din cadrul acestuia, unde se regăsesc informațiile care dovedesc îndeplinirea specificațiilor tehnice solicitate prin fișă tehnică. După caz, în COLOANA 3 se pot prezenta și alte informații/explicații suplimentare date de ofertant, ce pot asigura stabilirea cu ușurință a conformității echipamentului ofertat cu cerințele solicitate prin prezenta fișă tehnică.

Ofertanții vor avea obligația ca toate cerințele solicitate în fișele tehnice să fie susținute prin informații/documente suport aferente echipamentelor oferate, emise de către producătorul acestora sau alte entități abilitate în acest sens. Nerespectarea acestei condiții va putea conduce la respingerea ofertei tehnice ca fiind neconforma.

În cazul în care aceste documente nu sunt în limba română, se vor prezenta atât în forma originală (în limba în care au fost emise), cât și în forma lor tradusă în limba română (cel puțin a secțiunilor în care se regăsesc informațiile solicitate), de către un traducător autorizat.

Specificațiile tehnice sunt minimale (din punct de vedere funcțional și al eficienței energetice) și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor atrage excluderea ofertantului din procedura.

Ofertant:
Data:
Semnătura autorizată: