



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
Râmnicu Sărat, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 2,
județul Buzău,
tel/fax: 0238562780
email: office@spitalrms.ro



ISO 9001, ISO14001, ISO 45001

SPITALUL MUNICIPAL RM.SARAT
INTRAREA Nr. 1162
Ziua 03. Luna 02. Anul 2026



Jr. Danielescu Adrian

CAIET DE SARCINI

Servicii de intretinere si reparare instalatii radiologice.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. Contine in mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, precum si conditiile pentru calificarea conformitatii cu reglementarile in vigoare.

1. Obiectul achizitiei publice

Servicii de intretinere si reparare instalatii radiologice din cadrul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat dupa cum urmeaza:

Nr. lot	Denumirea serviciului
1	Servicii de intretinere si reparare Instalatie fixa de RX- diagnostic pentru osteodensitometrie tip HORIZON Wi
2	Servicii de intretinere si reparare Instalatie fixa cu un post grafie CALYPSO F
3	Servicii de intretinere si reparare Instalatie radiologica mobila cu brat C tip RADIUS R9
4	Servicii de intretinere si reparare Sistem de rezonanta magnetica Prodiva 1.5 T CS

2. Denumirea achizitiei: "Servicii de intretinere si reparare instalatii radiologice"

3. Amplasament:

Aparatura medicala ce face obiectul achizitiei este amplasata in sediul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu, nr.2 .

4. Scopul achizitiei

Scopul este de a incheia un acord cadru pentru o perioada de 48 luni avand ca obiect "Servicii de intretinere si reparare instalatii radiologice",

5. Cantitatea

Aparatele medicale si numarul interventiilor sunt specificate in **Anexa 1** a Caietului de sarcini.

6. Cerinte tehnice

Serviciile de intretinere si repararea echipamentului medical se fac in conformitate cu Ordinul nr. 44/2013 ,controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare, cu Ordinul MS nr. 1636/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intretinerea se va executa sub forma interventiilor preventive periodice, cu intocmirea unui raport scris. Interventia periodica a aparaturii medicale reprezinta totalitatea operatiunilor prin care se verifica periodic functionarea normala si in conditii de siguranta a dispozitivelor medicale.

Repararea se va realiza sub forma interventiilor corective, la solicitarea beneficiarului (autoritatii contractante).

Pentru Lotul Nr.1:

Servicii de intretinere si reparare Instalatie fixa de RX- diagnostic pentru osteodensitometrie tip HORIZON Wi

6.1. Intretinere si reparare aparatura medicala Radiologica

Serviciile de intretinere si reparare aparatura medicala radiologica cuprind:

- verificarile parametrilor de functionare conform cerintelor de catre producator a fiecarui echipament;
- evaluarea parametrilor definatorii de performanta, prin examinare si testare;
- verificarea indeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);
- intretinere conform instructiunilor producatorului a cartii tehnice, lubrifierea , testarea si reglajele functionale in vederea obtinerii unei performante superioare sau a evitarii diminuarii acesteia
- verificarea aparaturii din punct de vedere al electrosecuritatii
- emiterea unui raport de incercari care sa contina rezultatele obtinute in urma examenilor si testarilor, in cazul in care dispozitivul medical nu indeplineste criteriile de acceptabilitate si in cazul in care cel putin una dintre valorile masurate ale cerintelor esentiale de securitate sau performanta se situeaza in apropierea limitelor specificate admise; receptia serviciilor si semnarea raportului de service se va efectua in maxim 24 ore (zile lucratoare)
- emiterea unui buletin de verificare tehnica conform conditiilor prevazute in Certificatul de Inregistrare CNCAN ;
- interventii la solicitare, in timp de maxim 48 ore(zile lucratoare) pentru remedierea oricarei defectiuni aparute accidental la solicitarea beneficiarului,cheltuielile cu manopera si deplasarea specialistilor fiind incluse in tariful de service din momentul primirii cererii;
- efectuarea unei masuratori functionale anuale inclusive privind radioprotectia (cu exceptia masuratorilor

- asistenta tehnica necesara intocmirii si expertizarii, la cerere, a documentatiilor necesare pentru reautorizarea periodica , contra cost, in conditii preferential;
- reinstruirea periodica, la cerere, a personalului beneficiarului (cu ocazia verificarilor tehnice periodice) privind utilizarea si exploatarea aparatelor radiologice conform instructiunilor producatorilor acestora;
- rapoarte de casare pentru dispozitivele medicale ce au depasit perioada normala de functionare si emiterea devizelor de casare si a memoriului justificativ;
- activitati de demontare/ montare, in cazul modificarii locatiei respectivului dispozitiv medical;
- asistenta tehnica ori de cate ori este nevoie nefiind limitate la numar, incluse in valoarea contractului, in cadrul programului normal de lucru al prestatorului, in vederea remedierii defectiunilor minore care nu necesită deplasarea specialistilor de service;

Pentru Lotul Nr.2:

Servicii de intretinere si reparare Instalatie fixa cu un post grafie CALYPSO F

Intretinere si reparare aparatura medicala Radiologica

Serviciile de intretinere si reparare aparatura medicala radiologica cuprind:

- verificarile parametrilor de functionare conform cartii tehnice a fiecarui echipament;
- evaluarea parametrilor definatorii de performanta, prin examinare si testare;
- verificarea indeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);
- intretinere conform instructiunilor producatorului, lubrifierea , testarea si reglajele functionale in vederea obtinerii unei performante superioare sau a evitarii diminuarii acesteia;
- verificarea aparaturii din punct de vedere al electrosecuritatii;
- emiterea unui raport de incercari care sa contina rezultatele obtinute in urma examenarilor si testarilor, in cazul in care dispozitivul medical nu indeplineste criteriile de acceptabilitate si in cazul in care cel putin una dintre valorile masurate ale cerintelor esentiale de securitate sau performanta se situeaza in apropierea limitelor specificate admise; receptia serviciilor si semnarea raportului de service se va efectua in maxim 24 ore (zile lucratoare);
- emiterea unui buletin de verificare tehnica conform conditiilor prevazute in Certificatul de Inregistrare CNCAN ;
- interventii la solicitare, in timp de maxim 48 ore(zile lucratoare) pentru remedierea oricarei defectiuni aparute accidental la solicitarea beneficiarului,cheltuielile cu manopera si deplasarea specialistilor fiind incluse in tariful de service din momentul primirii cererii;
- efectuarea unei masuratori functionale anuale inclusive privind radioprotectia (cu exceptia masuratorilor ;
- asistenta tehnica necesara intocmirii si expertizarii, la cerere, a documentatiilor necesare pentru reautorizarea periodica , contra cost, in conditii preferential;
- reinstruirea periodica, la cerere, a personalului beneficiarului (cu ocazia verificarilor tehnice periodice) privind utilizarea si exploatarea aparatelor radiologice conform instructiunilor producatorilor acestora;
- rapoarte de casare pentru dispozitivele medicale ce au depasit perioada normala de functionare si emiterea devizelor de casare si a memoriului justificativ;
- activitati de demontare/ montare, in cazul modificarii locatiei respectivului dispozitiv medical;

- asistenta tehnica in valoarea contractului , in cadrul programului normal de lucru al prestatorului, in vederea remedierii defectiunilor minore care nu necesită deplasarea specialistilor de service;

Pentru Lotul Nr.3:

Servicii de intretinere si reparare Instalatie radiologica mobila cu brat C tip RADIUS R9

Intretinere si reparare aparatura medicala Radiologica

Serviciile de intretinere si reparare aparatura medicala radiologica cuprind:

- verificarile parametrilor de functionare conform cartii tehnice a fiecarui echipament;
- evaluarea parametrilor definatorii de performanta, prin examinare si testare;
- verificarea indeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);
- intretinere conform instructiunilor producatorului, lubrifierea , testarea si reglajele functionale in vederea obtinerii unei performante superioare sau a evitarii diminuarii acesteia;
- verificarea aparaturii din punct de vedere al electrosecuritatii;
- emiterea unui raport de incercari care sa contina rezultatele obtinute in urma examenarilor si testarilor, in cazul in care dispozitivul medical nu indeplineste criteriile de acceptabilitate si in cazul in care cel putin una dintre valorile masurate ale cerintelor esentiale de securitate sau performanta se situeaza in apropierea limitelor specificate admise; receptia serviciilor si semnarea raportului de service se va efectua in maxim 24 ore (zile lucratoare);
- emiterea unui buletin de verificare tehnica conform conditiilor prevazute in Certificatul de Inregistrare CNCAN ;
- interventii la solicitare, in timp de maxim 48 ore(zile lucratoare) pentru remedierea oricarei defectiuni aparute accidental la solicitarea beneficiarului,cheltuielile cu manopera si deplasarea specialistilor fiind incluse in tariful de service din momentul primirii cererii;
- efectuarea unei masuratori functionale anuale inclusive privind radioprotectia (cu exceptia masuratorilor ;
- asistenta tehnica necesara intocmirii si expertizarii, la cerere, a documentatiilor necesare pentru reautorizarea periodica , contra cost, in conditii preferential;
- reinstruirea periodica, la cerere, a personalului beneficiarului (cu ocazia verificarilor tehnice periodice) privind utilizarea si exploatarea aparatelor radiologice conform instructiunilor producatorilor acestora;
- rapoarte de casare pentru dispozitivele medicale ce au depasit perioada normala de functionare si emiterea devizelor de casare si a memoriului justificativ;
- activitati de demontare/ montare, in cazul modificarii locatiei respectivului dispozitiv medical;
- asistenta tehnica in valoarea contractului , in cadrul programului normal de lucru al prestatorului, in vederea remedierii defectiunilor minore care nu necesită deplasarea specialistilor de service;

Pentru Lotul Nr.4:

Servicii de intretinere si reparare Sistem de rezonanta magnetica Prodiva 1.5 T CS

Intretinere si reparare aparatura medicala Radiologica

Serviciile de intretinere si reparare aparatura medicala radiologica cuprind:

- verificarile parametrilor de functionare conform cartii tehnice a fiecarui echipament;
- evaluarea parametrilor definatorii de performanta, prin examinare si testare;
- verificarea indeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);
- intretinere conform instructiunilor producatorului, lubrifierea , testarea si reglajele functionale in vederea obtinerii unei performante superioare sau a evitarii diminuarii acesteia;
- verificarea aparaturii din punct de vedere al electrosecuritatii;
- emiterea unui raport de incercari care sa contina rezultatele obtinute in urma examenilor si testarilor, in cazul in care dispozitivul medical nu indeplineste criteriile de acceptabilitate si in cazul in care cel putin una dintre valorile masurate ale cerintelor esentiale de securitate sau performanta se situeaza in apropierea limitelor specificate admise; receptia serviciilor si semnarea raportului de service se va efectua in maxim 24 ore (zile lucratoare);
- emiterea unui buletin de verificare tehnica ;
- interventii la solicitare, in timp de maxim 48 ore(zile lucratoare) pentru remedierea oricarei defectiuni aparute accidental la solicitarea beneficiarului,cheltuielile cu manopera si deplasarea specialistilor fiind incluse in tariful de service din momentul primirii cererii;
- reinstruirea periodica, la cerere, a personalului beneficiarului (cu ocazia verificarilor tehnice periodice) privind utilizarea si exploatarea aparatelor radiologice conform instructiunilor producatorilor acestora;
- rapoarte de casare pentru dispozitivele medicale ce au depasit perioada normala de functionare si emiterea devizelor de casare si a memoriului justificativ;
- activitati de demontare/ montare, in cazul modificarii locatiei respectivului dispozitiv medical;
- asistenta tehnica in valoarea contractului , in cadrul programului normal de lucru al prestatorului, in vederea remedierii defectiunilor minore care nu necesită deplasarea specialistilor de service;

Reparatiile ce includ inlocuiri de piese si subansamble, se vor efectua dupa ce prestatorul va prezenta autoritatii contractante un raport de service, ce va cuprinde piesele defecte si valoarea inlocuirii acestora. Piesele trebuie sa fie originale sau sa fie compatibile cu cele recomandate de producator.

Lucrarea se va executa de catre prestator dupa primirea comenzii ferme din partea autoritatii contractante. Piesele de schimb se asigura de catre prestator, urmand a fi facturate separat de valoarea contractului de service, la pretul de achizitie al acestora.

Achizitorul nu este obligat sa accepte oferta de piese de schimb a ofertantului, putand opta pentru alte oferte mai avantajoase.

Fiecare interventie la aparat va fi urmata de eliberarea unui raport, vizat si de autoritatea contractanta.

Garantia pentru piesele inlocuite va fi garantia acordata de producator, dar nu mai mica de 6 luni.

Garantia acordata pentru calitatea prestatiilor efectuate va fi de minim 6 luni.

Piesele inlocuite de catre prestator vor ramane in posesia autoritatii contractante.

Pretul contractului va fi produsul dintre tariful de service si numarul maxim de interventii preventive.

Tariful de service include:

- tariful pentru interventia preventiva
- cheltuielile cu manopera si deplasarea specialistilor pentru repararea/interventia corectiva a aparatului medical ori de cate ori este cazul.

Denumirea echipamentelor, numarul de interventii si valorile estimate pentru acordul cadru pe o perioada de **48 luni**, sunt prezentate in tabelul din anexa 1.

Activitatea de reparare se va desfasura la sediul autoritatii contractante sau la sediul prestatorului, situatie in care cheltuielile de transport vor fi suportate de prestator.

Daca, in urma constatarii, se ajunge la concluzia ca, unele echipamente medicale **nu mai pot fi reparate sau nu se mai folosesc**, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul unilateral de a renunta la activitatea de service pentru acestea, cu diminuarea corespunzatoare a valorii contractului.

Prestatorul va asigura instruirea personalului de exploatare privind utilizarea corecta a dispozitivelor medicale, conform instructiunilor producatorului si ori de cate ori este solicitat de autoritatea contractanta.

Prestatorul are obligatia de a deține pe toată durata contractului documentație valabilă și actualizată : (autorizații, certificate ISO , precum și avizul DE FUNCTIONARE emis de ANMDMR., etc).

În situația expirării oricăruia dintre documentele depuse la procedura de atribuire, Prestatorul are obligatia de a transmite Contractantului, din proprie inițiativă, documentele actualizate, fără a fi necesară o solicitare prealabilă din partea acestuia.

De asemenea, la expirarea buletinului de verificare a echipamentelor medicale , prestatorul este obligat să efectueze verificarea și să se prezinte voluntar pentru realizarea acesteia, fără notificare sau solicitare din partea contractantului, asigurând continuitatea serviciilor în condiții de legalitate.

Facturile emise de prestator vor avea atasate obligatoriu:

Rapoartele de service eliberate pe fiecare aparat, in care se vor specifica lucrarile efectuate, piesele de schimb montate pe aparat (daca este cazul).

Facturile care conțin alte tarife decat cele oferite si acceptate la plata de achizitor, sau care nu conțin toate datele, vor fi returnate spre a fi refacute.

Piesele defecte care vor fi înlocuite în cadrul intervențiilor de service pentru echipamentele medicale vor rămâne în custodia spitalului.

La solicitarea cumparatorului piesele defecte pot fi predate gratuit acestuia.

7. Cerinte specifice

Reparatiile pentru defectiunile intervenite intre perioadele de verificare convenite vor fi remediate ori de cate ori este nevoie nefiind limitate la numar de interventii in valoarea contractului si vor fi executate la sediul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat .

Interventiilor preventive vor fi asimilate si rapoarte de service .

Spitalul Municipal Ramnicu Sarat are dreptul de a renunta la echipamentele care sunt propuse pentru casare, cele care se defecteaza si pentru care costurile de reparare nu sunt justificate, in cazul in care sunt inlocuite cu altele noi.

Preluarea echipamentelor ce fac obiectul prezentului contract se va face, după caz, printr-un proces verbal unde se va mentiona starea de funcționare.

Pentru a participa la procedura pentru lotul Nr.1:

Servicii de intretinere si reparare Instalatie fixa de RX- diagnostic pentru osteodensitometrie tip HORIZON Wi operatorul economic trebuie sa detina urmatoarele documente:

- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii, pentru activitatea de reparare, mentenanta si punere in functiune, a dispozitivelor medicale ce fac obiectul contractului de achizitie publica, conform Art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata.
- Autorizatie CNCAN pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear **privind manipularea instalatiilor radiologice:** instalarea, montarea, mentenanta (intretinere si verificare), repararea si dezmembrarea instalatiilor radiologice, in conformitate cu prevederile legii Nr. 111/1996".
- Documente care atesta instruirea personalului de catre producator, pentru tipul de echipament oferit, daca este altul decat producatorul (Certificate de instruire, diplome etc.). Expertii solicitati reprezinta personal non-cheie , iar ofertantul va prezenta in propunerea tehnica modul de acces la acesti experti . Prezentarea si verificarea documentelor expertilor se va face la momentul inceperii prestetei efective a serviciilor. Prin aceasta cerinta autoritatea contractanta se asigura ca, ofertantul are personalul instruit pentru a efectua servicii de reparare, mentenanta si punere in functiunea a echipamentului ofertant.
- Autorizatie/recomandare de la producator sau de la reprezentantii producatorului pentru efectuarea serviciilor de mentenanta(in cazul in care agentul economic este altul decat producatorul echipamentului radiologic). Operatorii economici interesati, care detin softuri, chei/parole de service sau orice alte elemente privind capacitatea efectuării

serviciilor de mentemanta pot solicita producatorilor echipamentelor, mentionate in anexa Nr.1, scrisori de recomandare/autorizatie pentru efectuarea acestor servicii.

Pentru a participa la procedura pentru lotul Nr.2

Servicii de intretinere si reparare Instalatie fixa cu un post grafie CALYPSO

F operatorul economic trebuie sa detina urmatoarele documente:

- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii, pentru activitatea de reparare, mentenanta si punere in functiune, a dispozitivelor medicale ce fac obiectul contractului de achizitie publica, conform Art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata.
- Autorizatie CNCAN pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear **privind manipularea instalatiilor radiologice**: instalarea, montarea, mentenanta (intretinere si verificare), repararea si dezmembrarea instalatiilor radiologice, in conformitate cu prevederile legii Nr. 111/1996".
- Documente care atesta instruirea personalului de catre producator, pentru tipul de echipament oferat, daca este altul decat producatorul (Certificate de instruire, diplome etc.). Expertii solicitati reprezinta personal non-cheie , iar ofertantul va prezenta in propunerea tehnica modul de acces la acesti experti . Prezentarea si verificarea documentelor expertilor se va face la momentul inceperii prestatei efective a serviciilor. Prin aceasta cerinta autoritatea contractanta se asigura ca, ofertantul are personalul instruit pentru a efectua servicii de reparare, mentenanta si punere in functiunea a echipamentului ofertant.
- Autorizatie/recomandare de la producator sau de la reprezentantii producatorului pentru efectuarea serviciilor de mentenanta(in cazul in care agentul economic este altul decat producatorul echipamentului radiologic). Operatorii economici interesati, care detin softuri, chei/parole de service sau orice alte elemente privind capacitatea efectuarii serviciilor de mentemanta pot solicita producatorilor echipamentelor, mentionate in anexa Nr.1, scrisori de recomandare/autorizatie pentru efectuarea acestor servicii.

Pentru a participa la procedura pentru lotul Nr.3

Servicii de intretinere si reparare Instalatie radiologica mobila cu brat C tip

RADIUS R9 operatorul economic trebuie sa detina urmatoarele documente:

- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii, pentru activitatea de reparare, mentenanta si punere in functiune, a dispozitivelor medicale ce fac obiectul contractului de achizitie publica, conform Art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata.
- Autorizatie CNCAN pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear **privind manipularea instalatiilor radiologice**: instalarea, montarea, mentenanta (intretinere si verificare), repararea si dezmembrarea instalatiilor radiologice, in conformitate cu prevederile legii Nr. 111/1996".
- Documente care atesta instruirea personalului de catre producator, pentru tipul de echipament oferat, daca este altul decat producatorul (Certificate de instruire, diplome etc.). Expertii solicitati reprezinta personal non-cheie , iar ofertantul va prezenta in

propunerea tehnica modul de acces la acesti experti . Prezentarea si verificarea documentelor expertilor se va face la momentul inceperii prestatei efective a serviciilor.

Prin aceasta cerinta autoritatea contractanta se asigura ca, ofertantul are personalul instruit pentru a efectua servicii de reparare, mentenanta si punere in functiunea a echipamentului ofertant.

- Autorizatie/recomandare de la producator sau de la reprezentantii producatorului pentru efectuarea serviciilor de mentenanta(in cazul in care agentul economic este altul decat producatorul echipamentului radiologic). Operatorii economici interesati, care detin softuri, chei/parole de service sau orice alte elemente privind capacitatea efectuarii serviciilor de mentemanta pot solicita producatorilor echipamentelor, mentionate in anexa Nr.1, scrisori de recomandare/autorizatie pentru efectuarea acestor servicii.

Pentru a participa la procedura pentru lotul Nr.4

Servicii de intretinere si reparare RMN operatorul economic trebuie sa detina urmatoarele documente:

- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii, pentru activitatea de reparare, mentenanta si punere in functiune, a dispozitivelor medicale ce fac obiectul contractului de achizitie publica, conform Art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata.
- Documente care atesta instruirea personalului de catre producator, pentru tipul de echipament oferat, daca este altul decat producatorul (Certificate de instruire, diplome etc.). Expertii solicitati reprezinta personal non-cheie , iar ofertantul va prezenta in propunerea tehnica modul de acces la acesti experti . Prezentarea si verificarea documentelor expertilor se va face la momentul inceperii prestatei efective a serviciilor. Prin aceasta cerinta autoritatea contractanta se asigura ca, ofertantul are personalul instruit pentru a efectua servicii de reparare, mentenanta si punere in functiunea a echipamentului ofertant.
- Autorizatie/recomandare de la producator sau de la reprezentantii producatorului pentru efectuarea serviciilor de mentenanta(in cazul in care agentul economic este altul decat producatorul echipamentului radiologic). Operatorii economici interesati, care detin softuri, chei/parole de service sau orice alte elemente privind capacitatea efectuarii serviciilor de mentemanta pot solicita producatorilor echipamentelor, mentionate in anexa Nr.1, scrisori de recomandare/autorizatie pentru efectuarea acestor servicii

8. Cerinte privind calitatea

Prestatorul este obligat sa execute serviciile cu profesionalism si este responsabil de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de lucru folosite.

Pe parcursul derularii contractului se vor respecta in totalitate normele de protectia a mediului, de protectie a muncii si dupa caz, radioprotectia.

Caietul de sarcini cuprinde:

- Anexa 1- Lista/ numarul interventiilor echipamentelor medicale si instalatiilor radiologice.

9. Riscurile care pot fi identificate in sfera de control a autoritatii contractante pe parcursul derularii acordului cadru:

- plata cu intarziere a facturilor – autoritatea contractanta va notifica in prealabil prestatorul si va solicita o prelungire a termenului de plata , de comun acord cu acesta sau va plati factura partial in conditiile in care incasarile autoritatii contractante de la Casa de Asigurari de Sanatate nu se incadreaza in termenii contractuali;
- schimbari legislative ce pot influenta preturile oferite – la solicitarea prestatorului autoritatea contractanta va proceda inainte de incheierea unui nou contract subsecvent la modificarea pretului conform formulei de modificare din acordul cadru cu respectarea prevederilor art 221 din legea 98/2016; in conditiile in care pretul obtinut in urma modificarii nu poate fi sustinut de prestator, autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 108 (2) din H.G. 395/2016;
- modificari legislative privind conditiile de exercitare a activitatii profesionale – in conditiile in care prestatorul nu mai dispune de personal calificat pentru efectuarea serviciilor de service , ca urmare a notificarii prestatorului , autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 108 (2) din H.G. 395/2016;
- aparitia unor situatii neprevazute (epidemii, pandemii) – autoritatea contractanta se va adapta dinamicii parametrilor situatiei create, amplitudinii și intensității evenimentului, evoluției și implicațiilor acestuia, precum și a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situației aparute.

10. Modificari ale acordului cadru

Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului - cadru, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

În situația în care, pe parcursul derulării acordului-cadru, apare necesitatea unei modificări a acestuia, autoritatea contractantă va stabili, înainte de aprobarea și formalizarea efectuării respectivei modificări, dacă aceasta ar reprezenta o modificare permisă a contractului fără a fi necesară organizarea unei noi proceduri sau o modificare substanțială care ar necesita organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Intocmit
Lazar Diana

Anexa Nr.1

Nr. Lot	Nume echipament medical	Producator	Serie	Nr aparate	Nr.min. verificari/periodice/an	Nr.max. verificari/periodice/4ani	PU tarif service	Valoare min. Acord cadru 1 ani	Valoar e max. Acord cadru 4 ani
1	Instalatie fixa de RX- diagnostic pentru osteodensitometrie tip HORIZON Wi	HOLOGIC Inc. -S.U.A	307950M/2003	1	1	4	15000	15000	60000
3	Instalatie fixa cu un post grafie CALYPSO F	General Medical Merate -Italia	36704/2019	1	1	4	38400	38400	153600
4	Instalatie radiologica mobila cu brat C tip RADIUS R9	INTERMEDICAL SRL -Italia	5510-19-066-747/2019	1	1	4	36000	36000	144000
5	Sistem de rezonanta magnetica Prodiva 1.5 T CS	Philips	88010	1	1	4	122500	122500	490000

Intocmit,

Lazar Diana.

