

## FORMULARUL F5

OBIECTIV — 6. AC Centru Medical , CF.LG.176



### FIȘA TEHNICĂ NR. D.03 Masa ginecologica electrica cu 3 motoare

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masa ginecologica electrica cu 3 motoare</li> <li>▪ Funcții motorizate: reglare pe inaltime, Trendelenburg, anti Trendelenburg, spatar</li> <li>▪ Capacitate de ridicare 175 kg</li> <li>▪ 4 roti duble de 12.5 cm cu sistem de franare</li> <li>▪ Ajustare secțiune spate 95-180°</li> <li>▪ Structura metalica vopsita in camp electrostatic</li> <li>▪ suprafata canapelei este realizata din spuma poliuretana 50 DNS</li> <li>▪ Dimensiuni (Lxlxh) 84x61x52-76.5 cm</li> </ul> <p>Configuratie de livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telecomanda – 1 buc</li> <li>▪ Baterie – 1 buc</li> <li>▪ Recipient din oțel inoxidabil – 1 buc</li> <li>▪ Suport reglabil pentru picioare – 2 buc</li> </ul>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform indicațiilor de montaj și exploatare ale producătorului/ furnizorului;</li> <li>▪ Se asigura conformitatea cu legislatia in domeniu in vigoare</li> <li>▪ Se respecta datele/ impunerile prevăzute în Avizele și Acordurile obținute.</li> </ul>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Echipamentul trebuie sa fie nou.</li> <li>▪ Echipamentul trebuie să fie însoțit de un certificat de conformitate C.E emis de un organism abilitat și/sau Declarație de conformitate C.E, cât și un certificat de calitate.</li> </ul>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform înțelegerii acceptată de beneficiar și legislației in domeniu in vigoare.</li> <li>▪ Durata de garanție a dispozitivului medical este de minim 24 luni de la data semnării Procesului verbal de instalare si punere în funcțiune</li> <li>▪ In perioada de garanție toate costurile de service privind repararea și/sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau pieselor/componentelor defecte se va face gratuit de către furnizorul echipamentului medical</li> <li>▪ Durata perioadei de post garantie este de minim 8 ani</li> <li>▪ Timp de interventie maxim 48 de ore de la primirea solicitării de la beneficiar</li> <li>▪ Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de post garanție, la solicitare. La finalul acestei perioade se va trimite către beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb/servicii de întreținere tehnică, dacă este cazul.</li> </ul>		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic – Dotari specifice funcțiilor proiectului/ investitiei.</b>		



**FIȘA TEHNICĂ NR. D.30**  
Masa infasat

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ cadru din metal, vopsit electrostatic gri metalizat;</li> <li>▪ tapiterie din piele ecologica;</li> <li>▪ picioare inox;</li> <li>▪ blatul superior, cu saltea si pereti de protectie;</li> <li>▪ blatul inferior, tip placa;</li> <li>▪ structura demontabila.</li> </ul>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform indicațiilor de montaj și exploatare ale producătorului/ furnizorului;</li> <li>▪ Se asigura conformitatea cu legislatia in domeniu in vigoare</li> <li>▪ Se respecta datele/ impunerile prevăzute în Avizele și Acordurile obținute.</li> </ul>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Echipamentul trebuie sa fie nou.</li> <li>▪ Echipamentul trebuie să fie însoțit de un certificat de conformitate C.E emis de un organism abilitat și/sau Declarație de conformitate C.E, cât și un certificat de calitate.</li> </ul>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform înțelegerii acceptată de beneficiar și legislatiei in domeniu in vigoare.</li> <li>▪ Durata de garanție a dispozitivului medical este de minim 24 luni de la data semnării Procesului verbal de instalare si punere în funcțiune</li> <li>▪ In perioada de garanție toate costurile de service privind repararea și/sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau pieselor/componentelor defecte se va face gratuit de către furnizorul echipamentului medical</li> <li>▪ Durata perioadei de post garantie este de minim 8 ani</li> <li>▪ Timp de interventie maxim 48 de ore de la primirea solicitării de la beneficiar</li> <li>▪ Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de post garanție, la solicitare. La finalul acestei perioade se va trimite către beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb/servicii de întreținere tehnică, dacă este cazul.</li> </ul>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic – Dotari specifice functiunilor proiectului/ investitiei.</b></p>		



**FIȘA TEHNICĂ NR. D.51**  
Scaun așteptare

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Scaun așteptare</li> <li>▪ Culoare alb, stejar</li> <li>▪ Dimensiuni Lățime: 48 cm, Înălțime: 88 cm, Adâncime: 53 cm</li> <li>▪ Greutate 5 kg</li> <li>▪ Incarcatura maxima 110 kg</li> </ul>		

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.52**  
Cos gunoi inox

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cos de gunoi realizat din inox rezistent, de capacitate mare, usor de folosit prin deschiderea capacului cu ajutorul pedalei.</li> <li>▪ Utilizarea pedalei confera un plus de igiena, utilizatorul nefiind nevoit sa atinga cosul pentru a arunca gunoiul.</li> <li>▪ Cosul permite evacuarea rapida a deseurilor cu ajutorul galeții de plastic detasabile din interior.</li> <li>▪ Capacitate 20 L</li> </ul>		

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.53**

Dulap vestiar metalic

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vestiar metalic, 2 compartimente</li> <li>▪ 2 usi</li> <li>▪ Deschidere usi batante la 90 grade</li> <li>▪ Prevazut cu fante de aerisire ce permit o buna ventilatie a interiorului vestiarului</li> <li>▪ 1 bara de umeras</li> <li>▪ 1 polita in partea superioara</li> <li>▪ Incuietoare cu 2 chei</li> <li>▪ Material: tabla otel, grosime 0.7 mm</li> <li>▪ Lungime totala vestiar: 600 mm</li> <li>▪ Adancime totala vestiar: 450 mm</li> <li>▪ Inaltime vestiar: 1800 mm</li> </ul>		



**FIȘA TEHNICĂ NR. D.54**

Canapea extensibila

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Canapea extensibilă cu 2 locuri</li> <li>▪ Material textil</li> <li>▪ Dimensiuni Lățime: 222 cm, Înălțime: 86 cm, Adâncime: 86 cm</li> <li>▪ Greutate 53 kg</li> <li>▪ Incarcatura maxima 240 Kg</li> </ul>		

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.55**  
**TELEVIZOR**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Video</li> <li>▪ Tip TV Smart TV</li> <li>▪ Procesor Q4 AI Processor</li> <li>▪ Ecran Plat</li> <li>▪ Tip Display QLED</li> <li>▪ Diagonala 125 cm</li> <li>▪ Dimensiune ecran (inch) 50</li> <li>▪ Rezoluție ecran (pixeli) 3840 x 2160</li> <li>▪ Rezoluție 4K</li> <li>▪ Aspect imagine 16:9</li> <li>▪ Rata refresh (Hz) 50</li> <li>▪ Alte caracteristici video 100% Colour Volume w Quantum Dot</li> <li>▪ Audio</li> <li>▪ Sistem difuzoare 2</li> <li>▪ Putere (W) 20</li> <li>▪ Multimedia</li> </ul>		



**FIȘA TEHNICĂ NR. D.56**  
**Consola metalica TV**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Structura metalica cu 2 blaturi din Plastic ABS, Melamina, MDF</li> <li>▪ Dimensiuni Lățime: 120 cm,</li> <li>▪ Înălțime: 46 cm,</li> <li>▪ Adâncime: 40 cm</li> <li>▪ Încărcătură maximă 40 kg</li> </ul>		

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.57**  
Birou medical

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Latime (cm) minim 170</li> <li>▪ Adancime (cm) minim 70</li> <li>▪ Inaltime (cm) minim 70</li> <li>▪ Material MDF + PAL</li> <li>▪ Grosime PAL (cm) minim 1.6</li> <li>▪ Tip cant ABS</li> <li>▪ Numar sertare: minim 1</li> </ul>		

OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176



**FIȘA TEHNICĂ NR. D.58**  
Scaun medical cu roti

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Latime (cm) minim 120</li> <li>▪ Adancime (cm) 60</li> <li>▪ Inaltime (cm) 70</li> <li>▪ Material MDF + PAL</li> <li>▪ Cant: ABS</li> <li>▪ Numar sertare: minim 1</li> </ul>		



OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.59**  
Mobilier receptie

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mobilier receptie cu 2 scaune</li><li>▪ Componenta:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dulap: 41 cm adâncime x 200 cm înălțime x 242 cm lățime, cu 2 uși glisante.</li><li>▪ Rafturile interioare să fie la o înălțime de 40 cm și o lățime de 40 cm.</li><li>▪ Scaun ergonomic rotativ, mecanism oscilant cu funcție de balans și blocare a șezutului în poziție orizontală, spatar tapitat.</li></ul></li><li>▪ Birou de lucru cu o grosime de minim 4 cm, cu 240 cm lățime x 88 cm adâncime x 98 cm înălțime, care să conțină 2 dulapuri dispuse lateral cu lățime de minim 60 cm, înălțime minim 60 cm, cu 1 sertar și ușă cu 2 rafturi.</li><li>▪ Biroul de lucru să conțină 2 găuri de acces pentru cablurile de alimentare, dispuse în extremele laterale.</li><li>▪ Montaj inclus.</li></ul>		

OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.60**  
Dulap documente medicale

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ fabricat din metal de 0,6 mm. grosime acoperit cu pulbere</li><li>▪ Materialele componente rezistente <b>garantează rezistență la deteriorare și stabilitate.</b></li><li>▪ Înălțime: 162 cm. Lățime: 46 cm. Adâncime: 62 cm. Greutate: 49 kg. Culoare: Alb (RAL 9003).</li><li>▪ <b>Dimensiuni sertar:</b> Înălțime: 29 cm. Lățime: 38 cm. Adâncime: 51 cm.</li></ul>		



OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.61**  
Pat medical complet

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> Pat medical electric cu 2 motoare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reglarea tetierei și a suportului pentru picioare cu motoare electronice</li> <li>▪ Poziție Fowler și vasculară</li> <li>▪ Unitate de control manual</li> <li>▪ Reglarea genunchilor cu mecanism gradual</li> <li>▪ Tâțieră și picioare detașabile din ABS</li> <li>▪ 4 șine laterale din ABS</li> <li>▪ Suprafețe metalice ale patului</li> <li>▪ Roți metalice mobile la 360° cu sistem de frânare liniară (125 mm)</li> <li>▪ Suport pentru perfuzie reglabil pe înălțime</li> <li>▪ Capacitate susținere: 250 kg</li> <li>▪ Ajustare secțiune spate: 0-70°</li> <li>▪ Dimensiuni (Lxlxh): 223x108x42 cm</li> </ul>		
	<p>Saltea antiescare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Din spuma poliuretanică</li> <li>• Livrată cu husă din material impermeabil lavabil la 95°C.</li> <li>• Densitate: 28 kg/m<sup>3</sup></li> <li>• Dimensiuni (Lxlxh): 196x86x12 cm</li> </ul>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform indicațiilor de montaj și exploatare ale producătorului/ furnizorului;</li> <li>▪ Se asigură conformitatea cu legislația în domeniu în vigoare</li> <li>▪ Se respectă datele/ impunerile prevăzute în Avizele și Acordurile obținute.</li> </ul>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Echipamentul trebuie să fie nou.</li> <li>▪ Echipamentul trebuie să fie însoțit de un certificat de conformitate C.E emis de un organism abilitat și/sau Declarație de conformitate C.E, cât și un certificat de calitate.</li> </ul>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform înțelegerii acceptată de beneficiar și legislației în domeniu în vigoare.</li> <li>▪ Durata de garanție a dispozitivului medical este de minim 24 luni de la data semnării Procesului verbal de instalare și punere în funcțiune</li> <li>▪ În perioada de garanție toate costurile de service privind repararea și/sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau pieselor/componentelor defecte se va face gratuit de către furnizorul echipamentului medical</li> <li>▪ Durata perioadei de post garanție este de minim 8 ani</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Timp de interventie maxim 48 de ore de la primirea solicitării de la beneficiar</li> <li>▪ Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de post garanție, la solicitare. La finalul acestei perioade se va trimite către beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb/servicii de întreținere tehnică, dacă este cazul.</li> </ul>		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic – Dotari specifice funcțiunilor proiectului/ investiției.</b>		

OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176



**FIȘA TEHNICĂ NR. D.62**  
Suport perfuzor

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suport perfuzor</li> <li>▪ Număr de cârlige: 4</li> <li>▪ Material: Oțel cromat</li> <li>▪ Dispunerea cârligelor: 90° unul față de celălalt</li> <li>▪ Tip de reglare a înălțimii: Reglare pe înălțime cu șurub</li> <li>▪ Lungime/înălțime maximă: 2.110 mm</li> <li>▪ Lungime/înălțime minimă: 1.270 mm</li> <li>▪ Diametrul tubului interior: Ø 18 mm</li> <li>▪ Diametrul tubului exterior: Ø 25 mm</li> <li>▪ Lungimea tubului exterior: 1.000 mm</li> <li>▪ Profilul piciorului de bază: 25 x 25 mm</li> <li>▪ Diametrul bazei: Ø 635 mm</li> <li>▪ Roți: Roți duble</li> <li>▪ Diametrul roții: Ø 50 mm</li> <li>▪ Număr de roți: 5; 2 cu frâne și conductivitate electrica</li> <li>▪ Vas de picurare sterilizabi</li> <li>▪ Capacitate totală de încărcare (kg): 9.5</li> <li>▪ Capacitate de încărcare per sistem (kg): 8</li> <li>▪ Capacitate de încărcare per cârlig (kg): 2</li> </ul>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform indicațiilor de montaj și exploatare ale producătorului/ furnizorului;</li> <li>▪ Se asigura conformitatea cu legislația in domeniu in vigoare</li> <li>▪ Se respecta datele/ impunerile prevăzute în Avizele și Acordurile obținute.</li> </ul>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Echipamentul trebuie sa fie nou.</li> </ul>		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Echipamentul trebuie să fie însoțit de un certificat de conformitate C.E emis de un organism abilitat și/sau Declarație de conformitate C.E, cât și un certificat de calitate.</li> </ul>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conform înțelegerii acceptată de beneficiar și legislației în domeniu în vigoare.</li> <li>Durata de garanție a dispozitivului medical este de minim 24 luni de la data semnării Procesului verbal de instalare și punere în funcțiune</li> <li>În perioada de garanție toate costurile de service privind repararea și/sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau pieselor/componentelor defecte se va face gratuit de către furnizorul echipamentului medical</li> <li>Durata perioadei de post garanție este de minim 8 ani</li> <li>Timp de intervenție maxim 48 de ore de la primirea solicitării de la beneficiar</li> <li>Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de post garanție, la solicitare. La finalul acestei perioade se va trimite către beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb/servicii de întreținere tehnică, dacă este cazul.</li> </ul>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b> – Dotari specifice funcțiilor proiectului/ investiției.</p>		

OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.63**  
Masa instrumentar

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cadru realizat din tub rotund din aluminiu anodizat</li> <li>Două rafturi din plastic laminat cu grosimea de 18 mm</li> <li>4 roti de 80 mm</li> <li>Dimensiuni 60x40x80 h cm</li> </ul>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conform indicațiilor de montaj și exploatare ale producătorului/ furnizorului;</li> <li>Se asigura conformitatea cu legislația în domeniu în vigoare</li> <li>Se respecta datele/ impunerile prevăzute în Avizele și Acordurile obținute.</li> </ul>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Echipamentul trebuie sa fie nou.</li> <li>▪ Echipamentul trebuie să fie însoțit de un certificat de conformitate C.E emis de un organism abilitat și/sau Declarație de conformitate C.E, cât și un certificat de calitate.</li> </ul>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform înțelegerii acceptată de beneficiar și legislației în domeniu în vigoare.</li> <li>▪ Durata de garanție a dispozitivului medical este de minim 24 luni de la data semnării Procesului verbal de instalare și punere în funcțiune</li> <li>▪ În perioada de garanție toate costurile de service privind repararea și/sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau pieselor/componentelor defecte se va face gratuit de către furnizorul echipamentului medical</li> <li>▪ Durata perioadei de post garanție este de minim 8 ani</li> <li>▪ Timp de intervenție maxim 48 de ore de la primirea solicitării de la beneficiar</li> <li>▪ Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de post garanție, la solicitare. La finalul acestei perioade se va trimite către beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb/servicii de întreținere tehnică, dacă este cazul.</li> </ul>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic – Dotari specifice funcțiilor proiectului/ investiției.</b></p>		

OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.64**  
Dulap lenjerie curata

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dulap lenjerie curata cu 4 usi</li> <li>▪ tip de mânere: mânere tip bară</li> <li>▪ număr total de rafturi detașabile: 8</li> <li>▪ sarcină max. per raft cca: 5 kg</li> <li>▪ Dimensiuni Lățime/Înălțime/Adâncime: 196/219/60 cm</li> <li>▪ Bare pentru haine</li> <li>▪ Material: placă aglomerată din lemn (PAL)</li> </ul>		



**FIȘA TEHNICĂ NR. D.65**  
Recipient deseuri\*periculoase

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cutie deseuri medicale capacitate 10 litri</li> <li>▪ sac galben deseuri -1 buc</li> <li>▪ colectarea deșeurilor intepatoare- taietoare medicale ce reprezinta un pericol biologic</li> <li>▪ testat impotriva perforarii cu obiecte ascutite</li> </ul>		

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.66**  
Cuier Cabinet medical

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cuier cabinet medical</li> <li>▪ Rama din otel</li> <li>▪ Culoare alb</li> <li>▪ Dimensiuni: Lățime: 35 cm, Înălțime: 179 cm, Adâncime: 35 cm</li> <li>▪ Incarcatura maxima 3 kg</li> </ul>		

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.67**  
Dulap medicamente si instrumente



Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dulap medicamente si instrumente</li> <li>▪ Fabricat din otel</li> <li>▪ Compartimentul superior compus din 2 rafturi din otel inoxidabil reglabile si 2 usi din sticla cu incuietoare</li> <li>▪ Compartimentul inferior compus din 1 raft din otel si 2 usi din otel cu incuietoare</li> <li>▪ Dimensiuni 75 x 38 x 164 h cm</li> </ul>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform indicațiilor de montaj și exploatare ale producătorului/furnizorului;</li> <li>▪ Se asigura conformitatea cu legislatia in domeniu in vigoare</li> <li>▪ Se respecta datele/ impunerile prevăzute în Avizele și Acordurile obținute.</li> </ul>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Echipamentul trebuie sa fie nou.</li> <li>▪ Echipamentul trebuie să fie însoțit de un certificat de conformitate C.E emis de un organism abilitat și/sau Declarație de conformitate C.E, cât și un certificat de calitate.</li> </ul>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform înțelegerii acceptată de beneficiar și legislației in domeniu in vigoare.</li> <li>▪ Durata de garanție a dispozitivului medical este de minim 24 luni de la data semnării Procesului verbal de instalare si punere în funcțiune</li> <li>▪ In perioada de garanție toate costurile de service privind repararea și/sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau pieselor/componentelor defecte se va face gratuit de către furnizorul echipamentului medical</li> <li>▪ Durata perioadei de post garantie este de minim 8 ani</li> <li>▪ Timp de interventie maxim 48 de ore de la primirea solicitării de la beneficiar</li> <li>▪ Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de post garanție, la solicitare. La finalul acestei perioade se va trimite către beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb/servicii de întreținere tehnică, dacă este cazul.</li> </ul>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic – Dotari specifice functiunilor proiectului/ investitiei.</b></p>		

## FIȘA TEHNICĂ NR. D.68

Pat consultatie



Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Canapea electrică de examinare cu 2 secțiuni cu ridicare verticală și fără mișcări orizontale, suport pentru rola de hârtie, dop pentru orificiul de respirație și roți retractabile.</li> <li>▪ Material: oțel acoperit cu pulbere epoxidică alba și copt la cuptor la 210°C</li> <li>▪ Ajustare electrica pe inaltime 48-90 cm</li> <li>▪ Ajustare spatat 0-80 grade</li> <li>▪ Roți duble cu Ø 50 mm</li> <li>▪ Dimensiuni (LxIxh): 190x70x48-90 cm</li> </ul>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform indicațiilor de montaj și exploatare ale producătorului/furnizorului;</li> <li>▪ Se asigura conformitatea cu legislatia in domeniu in vigoare</li> <li>▪ Se respecta datele/ impunerile prevăzute în Avizele și Acordurile obținute.</li> </ul>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Echipamentul trebuie sa fie nou.</li> <li>▪ Echipamentul trebuie să fie însoțit de un certificat de conformitate C.E emis de un organism abilitat și/sau Declarație de conformitate C.E, cât și un certificat de calitate.</li> </ul>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform înțelegerii acceptată de beneficiar și legislatiei in domeniu in vigoare.</li> <li>▪ Durata de garanție a dispozitivului medical este de minim 24 luni de la data semnării Procesului verbal de instalare si punere în funcțiune</li> <li>▪ In perioada de garanție toate costurile de service privind repararea și/sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau pieselor/componentelor defecte se va face gratuit de către furnizorul echipamentului medical</li> <li>▪ Durata perioadei de post garantie este de minim 8 ani</li> <li>▪ Timp de interventie maxim 48 de ore de la primirea solicitării de la beneficiar</li> <li>▪ Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de post garanție, la solicitare. La finalul acestei perioade se va trimite către beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb/servicii de întreținere tehnică, dacă este cazul.</li> </ul>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic – Dotari specifice functiunilor proiectului/ investitiei.</b></p>		

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.69**  
Recipient deseuri menajere



Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cos gunoi cu pedala din plastic</li> <li>▪ Material ABS</li> <li>▪ Capacitate 30 l</li> <li>▪ Dimensiuni Latime:40cm Adancime:35cm Inaltime:42cm</li> </ul>		

OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.70**  
Scaun pentru recoltare

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <b>Scaun recoltare, electric:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitate sustinere: minim 150 kg</li> <li>• Inaltime reglabila: minim 62-85 cm</li> <li>• Ajustare sectiune spate: minim 0-55°</li> <li>• Ajustare sectiune picioare: minim 0-85°</li> <li>• Grosime captuseala: minim 10 cm</li> <li>• Lungime sectiune spate: minim 77 cm</li> <li>• Lungime sezut: minim 55 cm</li> <li>• Lungime sectiune picioare: minim 58 cm</li> <li>• Dimensiuni (LxIxH): minim 190x82x62-85 cm</li> <li>• Greutate: maxim 60 kg</li> </ul> <b>Scaun cu roțile multifuncțional pentru transportul facil al pacienților cu probleme locomotorii către și dinspre scaunul de recoltare.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametru roti fata: minim 20 cm</li> <li>• Diametru roti spate: minim 58 cm</li> <li>• Dimensiune scaun pliat: maxim 24 cm</li> </ul>		




	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni (Lxlxh): maxim 106x64x87 cm</li> <li>• Greutate: maxim 17 kg</li> </ul>		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform indicațiilor de montaj și exploatare ale producătorului/furnizorului;</li> <li>▪ Se asigura conformitatea cu legislatia in domeniu in vigoare</li> <li>▪ Se respecta datele/ impunerile prevăzute în Avizele și Acordurile obținute.</li> </ul>		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Echipamentul trebuie sa fie nou.</li> <li>▪ Echipamentul trebuie să fie însoțit de un certificat de conformitate C.E emis de un organism abilitat și/sau Declarație de conformitate C.E, cât și un certificat de calitate.</li> </ul>		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conform înțelegerii acceptată de beneficiar și legislației in domeniu in vigoare.</li> <li>▪ Durata de garanție a dispozitivului medical este de minim 24 luni de la data semnării Procesului verbal de instalare și punere în funcțiune</li> <li>▪ In perioada de garanție toate costurile de service privind repararea și/sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau pieselor/componentelor defecte se va face gratuit de către furnizorul echipamentului medical</li> <li>▪ Durata perioadei de post garanție este de minim 8 ani</li> <li>▪ Timp de interventie maxim 48 de ore de la primirea solicitării de la beneficiar</li> <li>▪ Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de post garanție, la solicitare. La finalul acestei perioade se va trimite către beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb/servicii de întreținere tehnică, dacă este cazul.</li> </ul>		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic – Dotari specifice funcțiilor proiectului/ investitiei.</b>		

OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.71**  
Dulap depozitare materiale de recolta

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 usi din sticla si 2 polite in partea superioara</li> <li>▪ 2 usi metalice si 1 polita in partea inferioare</li> <li>▪ Deschidere usi batante la 90</li> <li>▪ Incuietoare cu 2 chei</li> <li>▪ Material tabla otel grosime 0.7 mm</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Greutate maxima / polita 35 kg distribuite uniform</li> <li>▪ Sarcina totala maxima / fiset 175 kg</li> <li>▪ Lungime 760 mm</li> <li>▪ Adancime 380 mm</li> <li>▪ Inaltime 1760 mm</li> <li>▪ Culoare vopsit in camp electrostatic de culoare gri</li> </ul>		
--	--	--	---

OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.73**  
Blat de depozitare material nesteril

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masa de lucru cu polita si rebord</li> <li>▪ Material inox</li> <li>▪ Blatul ranforsat, fono-absorbant si cu margini rotunjite</li> <li>▪ Dimensiuni (Lxlxh): 80x70x85 cm</li> <li>▪ Dimensiuni picioare (Lxl): 4x4 cm</li> <li>▪ Greutate: 27 kg</li> </ul>		

OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.74**  
Blat sterilizare

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

0	1	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masa de lucru cu polita si rebord</li> <li>▪ Material inox</li> <li>▪ Blatul ranforsat, fono-absorbant si cu margini rotunjite</li> <li>▪ Dimensiuni (Lxlxh): 80x70x85 cm</li> <li>▪ Dimensiuni picioare (Lxl): 4x4 cm</li> <li>▪ Greutate: 27 kg</li> </ul>	



OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.75**  
Dulap depozitare produse sterilizare

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dulap metalic universal cu ușă din sticlă,</li> <li>▪ Dimensiuni 90 x 40 x 185 cm</li> <li>▪ Încuietoare cu cilindru</li> <li>▪ Culoare gri deschis - ral 7035</li> <li>▪ capacitate de încărcare de 50 kg</li> <li>▪ posibilitatea de a regla distanța rafturilor unul față de celălalt</li> </ul>		

OBIECTIV - 6. AC Centru Medical , CF.LG.176

**FIȘA TEHNICĂ NR. D.76**  
Dulap depozitare material sterilizat

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3

1	<b>Parametri tehnici și funcționali - Piese continute:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dulap metalic universal cu ușă din sticlă,</li><li>▪ Dimensiuni 90 x 40 x 185 cm</li><li>▪ Încuietoare cu cilindru</li><li>▪ Culoare gri deschis - ral 7035</li><li>▪ capacitate de încărcare de 50 kg</li><li>▪ posibilitatea de a regla distanța rafturilor unul față de celălalt</li></ul>	
---	--	--

