


1/10.



A-4061/12.05.2016

APROB
COMANDANTUL U.M. 02497 PITEȘTI
Colonel medic,
Gheorghe TUDOR



CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIE

Servicii de mentenanță echipamente medicale

CUPRINS

1. SCOP SPECIFICAȚIE	3
1.1. Scop	3
1.2. Destinația serviciilor de mentenanță, informații generale, cerințe funcționale și operaționale ..	3
2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	4
3. Periodicitatea efectuării verificărilor de întreținere preventivă a dispozitivelor:	4
4. CERINȚE	5
4.1. Servicii necesare a se efectua:	5
4.2. Intervențiile de service.....	6
4.3. Obligațiile prestatorului de servicii	6
4.4. Documentele prestatorului necesare pentru participarea la licitație.....	7
5. Cerințe privind înotcmirea de fișe de intervenție sau rapoarte service	7
CERINȚA	7
Raportul de service/fișa de intervenție service va conține cel puțin următoarele date:	7
6. Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor de mentenanță:.....	8
7. REGISTRUL DISPOZITIVULUI MEDICAL	8
7.1. Descrierea documentului.....	9
7.2. Punctul 13- VERIFICĂRI, ÎNTREȚINERI, REVIZII ȘI REPARAȚII din <i>REGISTRUL DISPOZITIVULUI MEDICAL</i>	10
8. LISTA CU DISPOZITIVELE MEDICALE AFLATE ÎN UTILIZARE ȘI PENTRU CARE SE PROPUNE ÎNCHEIEREA DE ACORDURI-CADRU	11
9. Dispoziții finale.....	18

1. SCOP SPECIFICAȚIE

1.1. Scop

Scopul documentului este de a preciza cerințele pentru “serviciile de mentenanță pentru echipamentele medicale”.

Prezenta specificație tehnică definește caracteristicile și modalitățile tehnice pentru prestarea “Serviciilor de mentenanță pentru echipamente medicale”.

1.2. Destinația serviciilor de mentenanță, informații generale, cerințe funcționale și operaționale

Nr.crt.	CERINȚA	
C.1.	Destinație: Verificarea, diagnosticarea, întreținerea și reparația echipamentelor medicale din <i>Spitalului Militar de Urgență Dr. Ion Jianu</i>	
C.2.	Misiuni: Menținerea în stare operativă a echipamentului echipamentelor medicale	
C.3.	Cerințele operaționale: menținerea în stare operativă a echipamentului medicale în conformitate cu legislația în vigoare	
C.4.	Locația unde se vor executa lucrările de mentenanță asupra echipamentului:	<ol style="list-style-type: none">1. Spitalului Militar de Urgență “Dr. Ion Jianu”, Pitești – Str.Negru Vodă nr. 472. Ambulatoitul de Specialitate al Spitalului Militar de Urgență “Dr. Ion Jianu” Pitești3. Centrul de Sănătate Târgoviște al de Urgență “Dr. Ion Jianu” Pitești
C.5.	Detalii privind echipamentele medicale ce vor face obiectul contractelor de mentenanță	<ul style="list-style-type: none">- echipamente de laborator analize medicale- aparate de electrochirurgie având curenți de înaltă frecvență (inclusiv truse laparoscopice cu instrumentar)- aparate de anestezie și/sau de ventilație acționate electric și pneumatic- dispozitive medicale cu funcție de EKG (electrocardiografe și monitoare)- echipamente de exploare complexă cu ultrasunete (ecograf)- sterilizatoare cu aer cald/abur- echipamente specifice activităților de dermatovenerologie (dermatoscoape, criocautere, aparate pentru tratarea hiperhidrozei, Aparate de fototerapie, etc.)- alte echipamente medicale (lămpi, mese de operații, paturi ATI, etc.)

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

2.1. ORDIN al ministrului sănătății nr. 2.219 din 14 iulie 2022– privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale aflate în utilizare, evaluarea performanțelor dispozitivelor medicale secondhand puse în funcțiune și eliberarea avizului de utilizare pentru dispozitivele medicale din dotarea mijloacelor de intervenție pentru asistență medicală de urgență prespitalicească

2.2. Legea 95 din 2006, cu modificările și completările ulterioare

3. Periodicitatea efectuării verificărilor de întreținere preventivă a dispozitivelor:

Nr. crt.	Denumirea echipamentului medical	Perioada <u>minimă</u> la care se execută lucrările de întreținere preventivă	Perioada <u>maximă</u> la care se execută lucrările de întreținere preventivă
1.	Echipamente de laborator analize medicale	3 luni	12 luni
2.	Aparate de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență și aparate specifice activităților chirurgicale (inclusiv truse laparoscopice cu instrumentar)	1 lună	12 luni
3.	Echipamente specifice activităților de gastroenterologie (videogastroscoop, videocolonoscop, firbronazo-laringoscop, etc.)	3 luni	12 luni
4.	Aparate de anestezie și/sau de ventilație acționate electric și pneumatic	3 luni	12 luni
5.	Dispozitive medicale cu funcție de EKG (electrocardiografe și monitoare) și injectomate	3 luni	12 luni
6.	Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete (ecograf)	3 luni	12 luni
7.	Sterilizatoare cu aer cald/abur	3 luni	12 luni
8.	Echipamente specifice activităților de dermatovenerologie (dermatoscoape, criocautere, aparate pentru tratarea hiperhidrozei, Aparate de fototerapie, etc.)	3 luni	12 luni

9.	Echipamente medicale cu specific oftalmologic (microscopae operatori, microscopae speculare, tonometre non-contact, etc.)	3 luni	12 luni
10.	Alte echipamente medicale care nu se regăsesc în pozițiile enumerate mai sus (lămpi, mese de operații, paturi ATI, etc.)	6 luni	12 luni

4. CERINȚE

4.1. Servicii necesare a se efectua:

- de întreținere-verificare-reparație conform indicațiilor producătorului și a normelor legale în vigoare. După efectuarea lucrărilor, se va emite documentul din care trebuie să rezulte starea aparatului la locul de utilizare, garanția că nu exista probleme care să afecteze viața personalului utilizator sau a pacientului până la următoarea revizie(exemplu: emiterea unui buletin de verificare periodică);
- se vor executa numai acele activități care sunt specificate de producător în instrucțiunile/manualul de întreținere dat de producător pentru produsul respectiv și pentru care furnizorul de servicii are avizul ANMDN;
- înlocuire/ montare piese de schimb necesare întreținerii/ reparării dispozitivului medical - dacă este cazul; Piesele de schimb defecte nu fac obiectul contractului. Acestea se vor achiziționa conform legislației în vigoare pentru restul loturilor.
- prestări servicii de diagnosticare - NELIMITAT de câte ori este solicitat furnizorul de către beneficiar și odată cu efectuarea serviciilor de întreținere preventivă. Întocmire listă cu piesele de schimb defecte necesare reparării dispozitivului medical (lista trebuie să conțină minim următoarele informații: denumire produs, cod produs producător, caracteristici tehnice);
- diagnosticările și reparații accidentale care nu necesită piese de schimb în vederea reparării în număr NELIMITAT;
- se vor efectua reglaje și testări și se vor consemna operațiile executate într-un document tehnic (raport service) și în Registrul Dispozitivului Medical;
- se va asigura funcționarea instalației la parametri corespunzători și funcționarea tuturor sistemelor, subsistemelor și a tuturor funcțiilor echipamentului;
- se efectuează verificarea parametrilor de funcționare și se va emite buletinul de verificare pentru echipamentele care necesită măsurarea anumitor parametrii pentru dovedirea funcționalității acestora în parametrii nominali;
- la solicitarea utilizatorului, în cazul în care nu există instrucțiuni / manual de utilizare pentru echipamentul medical ce face obiectul contractului de servicii, prestatorul de servicii instruește personalul utilizator în vederea utilizării corecte a echipamentului medical și pune la dispoziția acestuia *instrucțiunile de utilizare și întreținere* ale echipamentului.
- în cazul în care diagnosticarea sau reparația unui echipament este imposibilă la sediul beneficiarului, prestatorul de servicii stabilește de comun acord cu beneficiarul, punerea la dispoziție a unui echipament similar (în cazul în care este posibil) pe care beneficiarul să-l utilizeze până la repararea echipamentului defect.

- intervențiile care se efectuează odată cu întreținerea preventivă, se realizează în concordanță cu instrucțiunile din manualele de service ale echipamentelor și cu legislația în vigoare.
- întreținerea conform instrucțiunilor producătorului: lubrifierea, curățarea anumitor filtre/elemente componente de praf, depuneri, testarea și reglarea anumitor parametri se vor efectua în vederea obținerii unor performanțe superioare și menținerii parametrilor funcționali în starea nominală.
- se va asigura funcționarea dispozitivului medical la parametri nominali, menționându-se în *Raportul de Service* și în *Registrul Dispozitivului Medical*: „funcționează/nu funcționează la parametri nominali”.
- fiecare intervenție service (întreținere preventivă, verificare, reglaje, revizie, reparație, etc) prestatorul efectuează verificări și probe funcționale în prezența personalului utilizator și al unui membru din compartimentul de întreținere și reparații aparatură medicală al Unității Sanitare. Acesta întocmește *raportul de service* și consemnează în *Registrul Dispozitivului Medical* activitățile efectuate asupra echipamentului, pentru a atesta operațiunile executate și starea de funcționare a echipamentului medical.

4.2.

Intervențiile de service

Intervențiile se fac doar în prezența utilizatorului și a unui membru din compartimentul de reparații și întreținere aparatură medicală. La fiecare intervenție, specialistul firmei prestatoare completează, în mod obligatoriu, următoarele documente:

- „REGISTRUL DISPOZITIVULUI MEDICAL” existent la locul de utilizare pentru fiecare dispozitiv medical aflat în utilizare;
- „DOCUMENTUL TEHNIC (raport tehnic, raport intervenție, etc.) întocmit în urma intervenției din care rezultă starea aparatului la locul de utilizare, constatările și recomandările prestatorului, garanția că nu există probleme care să afecteze viața personalului utilizator sau a pacientului până la următoarea revizie/intervenție, recomandări).

4.3.

Obligațiile prestatorului de servicii

- Prestatorul se obligă că în maxim 48 de ore să răspundă la sesizări de nefuncționare corectă a dispozitivului medical (diagnosticare și reparare- dacă este posibil) și 72 ore reparația în momentul când beneficiarul a realizat achiziția de piesă de schimb/material consumabil necesar repunerii în funcțiune al echipamentului.

- *Furnizorul de servicii se obligă* prin încheierea contractului subsecvent la acordul cadru, ca la o periodicitate de maxim 6 luni să întocmească un proces verbal de instruire cu privire la funcționarea echipamentului/echipamentelor medicale contractate.

- *Furnizorul de servicii se obligă* prin încheierea contractului subsecvent la acordul cadru și prin serviciile prestate, să asigure piese de schimb necesare pentru reparația echipamentului dacă acesta este diagnosticat defect.

- *Furnizorul este obligat* să înlocuiască piesele de schimb/materialele consumabile pentru care s-au făcut recomandări de înlocuire.

NOTĂ: Beneficiarul nu este obligat să achiziționeze piesele de schimb/materialele consumabile de la furnizorul de servicii. Acestea se vor achiziționa în conformitate cu legislația în vigoare.

4.4.

Documentele prestatorului necesare pentru participarea la licitație

Documentele obligatorii prezentate de firma prestatoare pentru a demonstra că serviciile prestate din punct de vedere tehnic sunt de calitate (care vor fi transmise odată cu depunerea ofertelor):

- copie documente din care sa reiasa ca firma este autorizata să presteze servicii pentru dispozitivul medical ce face obiectul contractului (copie aviz ANMDM-Agenția Națională a medicamentului și dispozitivelor medicale);
- documentul de instruire a personalului care execută intervențiile de mentenanță de la producătorul echipamentului;
- orice alt document pe care ofertantul îl consideră necesar pentru a demonstra că serviciile oferite sunt de calitate și corespund cerintelor solicitate.

5. Cerințe privind întocmirea de fișe de intervenție sau rapoarte service

CERINȚA	Raportul de service/fișa de intervenție service va conține cel puțin următoarele date:
C.1.	Denumirea operatorului care execută lucrarea de mentenanță (verificare, întreținere, diagnosticare, reparație, etc.)
C.2.	Numele și prenumele persoanei/persoanelor care execută lucrarea de mentenanță
C.3.	Data când s-a întocmit documentul
C.4.	Data când furnizorul de servicii a fost anunțat de către beneficiar că este necesară o intervenție service (dacă este cazul)
C.5.	Număr intern (al furnizorului de servicii) pentru documentul întocmit
C.6.	Secția/Compartimentul unde s-a efectuat intervenția
C.7.	Semnăturile personalului care execută lucrarea de mentenanță
C.8.	Semnătura șefului de secție/compartiment sau al utilizatorului
C.9.	Semnătura șefului de compartiment reparații și întreținere aparatură medicală
C.10.	Operațiunile executate: inspecție, verificare, reglaje, diagnosticări, probe, reparații etc.
C.11.	Detalierea operațiunilor executate și dovedirea acestora prin înscrierea în document a parametrilor mășurați, recomandați de producător. Se va preciza dacă este vorba de revizie tehnică, reparație, montaj sau punere în funcțiune, intervenție pentru diagnosticare, verificare, etc.
C.12.	Seria aparatului/echipamentului pentru care s-a făcut intervenția

C.13.	Recomandări, posibile piese/consumabile de înlocuit
C.14.	Se va confirma efectuarea lucrărilor, prin recepție, după efectuarea probelor, testelor și a verificărilor de securitate în utilizare. (dacă este cazul)
C.15.	În cazul în care echipamentul necesită reparații, se va întocmi după reparația acestuia, procesul verbal de punere în funcțiune, conform PIF/Cod 14-2-b5b/b din ordinul nr. 2634/2015 al ministerului de finanțe publice.

6. Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor de mentenanță:

Lucrările/serviciile prestate de către furnizor vor fi recepționate în 4 pași, după cum urmează:

Pasul 1

- efectuarea lucrărilor de verificare-întreținere-diagnosticare-reparație-revizie în prezența personalului utilizator și a unui membru din compartimentul de reparații și întreținere aparatură medical al unității sanitare.

Pasul 2

- după efectuarea lucrărilor, furnizorul (prin inginerul sau tehnicianul de service) trebuie să înscrie operațiunile efectuate în *REGISTRUL DISPOZITIVULUI MEDICAL* pentru care a efectuat lucrarea/intervenția. Acesta va completa spațiile corespunzătoare REGISTRULUI DISPOZITIVULUI MEDICAL, și va semna pentru asumarea celor înscrise. Registrul este constituit în conformitate cu *Ordinul 2.219 din 14 iulie 2022- privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale aflate în utilizare, evaluarea performanțelor dispozitivelor medicale secondhand puse în funcțiune și eliberarea avizului de utilizare pentru dispozitivele medicale din dotarea mijloacelor de intervenție pentru asistență medicală de urgență prespitalicească.*

Pasul 3

Întocmirea de către specialistul firmei prestatoare, a unui raport service în dublu exemplar (unul la beneficiar și unul la furnizor) în conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini.

Pasul 4

Predarea către șeful compartimentului de întreținere și reparații aparatură medical, a raportului de service împreună cu factura aferentă serviciilor prestate și a REGISTRULUI DISPOZITIVULUI MEDICAL cu completările aferente intervenției.

Serviciile prestate se vor considera efectuate complet doar dacă toate condițiile prezentei specificații tehnice sunt îndeplinite în totalitate. Beneficiarul își rezervă dreptul de a refuza factura fiscală aferentă serviciilor, dacă acestea nu sunt prestate sau dacă nu corespund cerințelor impuse.

Notă: Factura trebuie să fie însoțită de un raport de service/buletin de verificare, etc.

7. REGISTRUL DISPOZITIVULUI MEDICAL

7.1. Descrierea documentului

Reprezintă un document pe care prestatorul de servicii îl va găsi la compartimentul de reparații și întreținere aparatură medicală din cadrul spitalului și în care se vor efectua toate intervențiile efectuate asupra echipamentului medical.

Acest document reprezintă manualul de service al echipamentului medical și conține date despre echipament (actul de proveniență, modelul/tipul dispozitivului, firma producătoare, nr de inventar, data punerii în funcțiune, locul de utilizare, etc.)

Prestatorul are obligația să înscrie operațiunile efectuate, la *punctul 13 –Verificări, întrețineri, revizii și reparații* al DISPOZITIVULUI MEDICAL.

8. LISTA CU DISPOZITIVELE MEDICALE AFLATE ÎN UTILIZARE ȘI PENTRU CARE SE PROPUNE ÎNCHEIEREA DE ACORDURI-CADRU

Nr. crt.	Subunitatea (Secția/Cabinetul/Laboratorul, etc.)	Tipul, marca și modelul echipamentului medical	Producător	Nr. (seria) de identificare	Anul de fabricație	OBLIGATORIU Certificat de instruire al personalului de service de la producător	Preț estimativ pentru contract de service cu întrețineri preventive la 4 luni	Preț estimativ pentru contract de service cu întrețineri preventive la 6 luni	Preț estimativ pentru contract de service cu întrețineri preventive la 12 luni	PIESE DE SCHIMB INCLUSE ÎN CONTRACT
0	1	2	3	4	5	6	9	10	11	
1.	Ambulatoriu de Specialitate TEHNICĂ DENTARĂ	CASTOMAT SYLVERCAST HIS-03A	PIDENT FOGASZATI GYARTO KFT	137	2014	DA	4000.00	-	-	NU
2.	Ambulatoriu de Specialitate TEHNICĂ DENTARĂ	Unit tehnică dentară	Full quality assurance system	CPL	2019	DA	1800.00	-	-	NU
3.	Ambulatoriu de Specialitate TEHNICĂ DENTARĂ	CUPTOR DE PORTELAN VACUMAT 30 PJ9080-02-33	VITA	92307	2000	DA	800.00	-	-	NU
4.	Ambulatoriu de Specialitate TEHNICĂ DENTARĂ	CENTRIFUGA AUTOMATA CASTOMAT	DENTAL	0152000	1990	DA	1000.00	-	-	NU

5.	Ambulatoriu de Specialitate TEHNICĂ DENTARĂ	SABLATOR S100	SUFRDENT	11002/2001	1997	DA	1000.00	-	-	NU
6.	Ambulatoriu de Specialitate TEHNICĂ DENTARĂ	VAPORIZATOR EV2	SILFRADENT	1449	2000	DA	800.00	-	-	NU
7.	Ambulatoriu de Specialitate STOMATOLOGIE	Aparat profilaxie		AB78563		DA	700.00	-	-	NU
8.	Ambulatoriu de Specialitate STOMATOLOGIE	Baie cu ultrasunete	EUROSONIC 3D	EIM 230280	2023	DA	600.00	-	-	NU
9.	Ambulatoriu de Specialitate STOMATOLOGIE	Unit dentar	Foshan/ Cx 2305	170612	2018	DA	1800.00	-	-	NU
10.	Ambulatoriu de Specialitate STOMATOLOGIE	APARAT DE DETARTRAJ CU FUNCȚIE PARO SI ENDO	VDW ULTRA, Germania	415448001	2021	DA	900.00	-	-	NU
11.	Ambulatoriu de Specialitate STOMATOLOGIE	APEX LOCATOR	VDW, Germania	R6 2021082570	2021	DA	600.00	-	-	NU
12.	Ambulatoriu de Specialitate STOMATOLOGIE	APEX LOCATOR MORITA	DENTAPORT	E16083	2016	DA	600.00	-	-	NU

13.	Ambulatoriu de Specialitate MEDICALĂ	Dispozitiv auto CPAP cu umidificator	VitalAire, ResMed, 37102 AIRSENSE 10 AUTOSET	(21)2320112299 3		DA	800.00	-	-	NU
14.	Ambulatoriu de Specialitate MEDICALĂ	Dispozitiv auto CPAP cu umidificator	VitalAire, ResMed, 37102 AIRSENSE 10 AUTOSET	(21)2320112302 7		DA	800.00	-	-	NU
15.	Ambulatoriu de Specialitate DERMATOLOGIE	Aparat pentru tratarea hiperhidrozei 200 W	HIDROMED 200W HEINE / Germania	171113011	2017	DA	800.00	-	-	NU
16.	Ambulatoriu de Specialitate DERMATOLOGIE	Laser CO2 fracționat	Bison Fire XEL	FX 0000A104207	2019	DA	4000.00	-	-	NU
17.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	Stimulator de nerv periferic pentru actul anestezic, analgezic și actul de terapie intensivă	STIMUPLEX B BRAUN	450044	2023	DA	900.00	-	-	NU
18.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	APARAT DE ANESTEZIE DRAEGER	FABIUS GS PREMIUM DRAEGER	ASRM-0031	2023	DA	2500.00	-	-	NU
19.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	PAT ATI PROGRESSA BED SYSTEM PULMONARY	LINET MULTICARE	20180036602 / 20180034388		DA	900.00	-	-	NU
20.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	PAT ATI PROGRESSA BED SYSTEM PULMONARY/I	LINET MULTICARE	20180036615/ 20180034404		DA	900.00	-	-	NU
21.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	PAT ATI PROGRESSA BED SYSTEM	LINET MULTICARE	20180036613/ 20180037419		DA	900.00	-	-	NU

28.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	ÎNCĂLZITOR SÂNGE	704837		DA	600.00	-	-	NU
29.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	APARAT ANESTEZIE AESPİRE 7900	ANCR01377	GE HEALTHCARE	DA	2500.00	-	-	NU
30.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	SERINGA ELECTRICĂ AGILIA	25474803	AGILIA SP TIVA Fresenius Kabii/ FRANTA	DA	400.00	-	-	NU
31.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	SERINGA ELECTRICĂ AGILIA/1	25474802	AGILIA SP TIVA Fresenius Kabii/ FRANTA	DA	400.00	-	-	NU
32.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	SERINGA ELECTRICĂ AGILIA/2	25474804	AGILIA SP TIVA	DA	400.00	-	-	NU
33.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	CENTRIFUGĂ LABORATOR NF200	02-7985 8698863111579	NUVE SANAYI	DA	700.00	-	-	NU
34.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	VENTILATOR DRAEGER	ASSF-0043	EVITA V600	DA	2500.00	-	-	NU
35.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	STAȚIE PENTRU SERINGI ELECTRICE + STATIV	25327289 STATIV: Z073160	AGILIA	DA	300.00	-	-	NU
36.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	FRIGIDER PRODUSE SANGVINE	56680	Fiocchetti EMO 100	DA	600.00	-	-	NU
37.	ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ	SISTEM ÎNCĂLZIRE PLASMĂ	1110449	BARKEY	DA	600.00	-	-	NU
38.	LABORATOR IMAGISTICĂ ȘI RADIOLOGIE ANGIOGRAFIE	Defibrilator cu padele, monitor funcții vitale angiograf 360-B	20206253	Innomed Medical inc./ Ungaria	DA	300.00	-	-	NU

39.	LABORATOR IMAGISTICĂ ȘI RADIOLOGIE ANGIOGRAFIE	Injector Arterion Mark7	MEDRAD	8641006102390	2020	DA	12600.00	-	-	NU
40.	CHIRURGIE PLASTICĂ	Electrocauter	VIO 100 CERBE Meyer Haake	11457696	2018	DA	500.00	-	-	NU
41.	CHIRURGIE PLASTICĂ	Masa de operație	MAT 50001 MEDEFA-HEESE	13674	2019	DA	650.00	-	-	NU
42.	CHIRURGIE	PAT ATI PROGRESSA BED SYSTEM PULMONARY/9	LINET MULTICARE	20180037443		DA	900.00	-	-	NU
43.	CHIRURGIE	PAT ATI PROGRESSA BED SYSTEM PULMONARY/5	LINET MULTICARE	20180034391		DA	900.00	-	-	NU
44.	CHIRURGIE	Mașină de spălat și dezinfectat instrumentar	STEELECO SPA D5600/1	1806010FL061	2018	DA	600.00	-	-	NU
45.	CHIRURGIE	Linie chirurgie minim invazivă	Karl Storz Endoscopia	CPL	2018	DA	2500.00	-	-	NU
46.	CHIRURGIE	Lampă frontală cu lumină rece	Karl Storz Endoscopia	94207	2020	DA	500.00	-	-	NU
47.	CHIRURGIE	Aspirator chirurgical AESCULAP GF 200-GF 210	AESCULAP	3293	2009	DA	500.00	-	-	NU
48.	CHIRURGIE	Aspirator chirurgical AESCULAP GF 200-GF 210	AESCULAP	3428	2009	DA	500.00	-	-	NU
49.	CHIRURGIE	Aspirator chirurgical AESCULAP GF 200-GF 210	AESCULAP	3468	2009	DA	500.00	-	-	NU

50.	CHIRURGIE	Aparat RX cu braț C	Brivo	B3SS2000078		DA	9000.00	-	-	NU
51.	CHIRURGIE	Sistem targă transport bolnavi SPENCER	ELLA T ITALIA	99027	2000	DA	250.00	-	-	NU
52.	CHIRURGIE	COLEDOCOSCOPE KARL STORTZ ENDOSCOAPE GmbH-GERMANIA	Karl Storz Endoscopia	2042944	2008	DA	1500.00	-	-	NU
53.	CHIRURGIE	APARAT SIGILAT PUNGI STERIKING RS220A	WIPAK MEDICAL	AC0525A & 3206317	2012	DA	600.00	-	-	NU
54.	CHIRURGIE	PAT SPITAL ELECTRIC TM-D 4060/1	TM-D			DA	500.00	-	-	NU
55.	CHIRURGIE	PAT SPITAL ELECTRIC TM-D 4060/2	TM-D			DA	500.00	-	-	NU
56.	CHIRURGIE	PAT SPITAL ELECTRIC TM-D 4060/3	TM-D			DA	500.00	-	-	NU
57.	CHIRURGIE	PAT SPITAL ELECTRIC TM-D 4060/4	TM-D			DA	500.00	-	-	NU
58.	Ambulatoriu de Specialitate CARDIOLOGIE	Holter TA	General Electric	TONO 19780	2018	DA	600.00	-	-	NU
59.	Ambulatoriu de Specialitate CARDIOLOGIE	Holter TA/1	General Electric	TONO 19781	2018	DA	600.00	-	-	NU
60.	Ambulatoriu de Specialitate CARDIOLOGIE	Holter TA/2	General Electric	TONO 19783	2018	DA	600.00	-	-	NU

61.	Ambulatoriu de Specialitate CARDIOLOGIE	Holter EKG	General Electric	3911812741	2018	DA	600.00	-	NU
62.	Ambulatoriu de Specialitate CARDIOLOGIE	Holter EKG	General Electric	3911812749	2018	DA	600.00	-	NU
63.	Ambulatoriu de Specialitate CARDIOLOGIE	Holter EKG	General Electric	380180976	2018	DA	600.00	-	NU
64.	CARDIOLOGIE	STIMULATOR CARDIAC				DA	500.00	-	NU

9. Dispoziții finale

1. Abonamentul pentru service va cuprinde efectuarea întreținerilor periodice astfel: la 4 luni, la 6 luni și la 12 luni în funcție de tipul echipamentului după cum se precizează la punctul 3 din prezentul caiet de sarcini.
2. Unitatea sanitară va plăti factura aferentă serviciilor, după efectuarea întreținerii periodice (ce se execută în conformitate cu punctul 3 din prezentul caiet de sarcini).
3. În cazul în care un operator economic nu efectuează întreținerea periodică, unitatea își rezervă dreptul de a nu face plata aferentă perioadei în care nu s-au realizat întreținerile periodice.
4. Dovada efectuării intervențiilor de service (întreținere periodică, revizie tehnică, diagnosticare, reparație, etc.) o va face raportul service care va fi întocmit în conformitate cu punctul 5 al prezentului caiet de sarcini și completarea în Registrul Dispozitivului Medical.
5. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția prestatorului de servicii Registrul Dispozitivului Medical.
6. Beneficiarul este obligat să asigure achiziția pieselor de schimb și punerea acestora la dispoziția prestatorului de servicii pentru reparații/revizii (cu respectarea legislației în vigoare).
7. Beneficiarul are dreptul de a renunța la contract dacă un echipament este nefuncțional și nu se mai poate repara sau dacă este înlocuit cu altul nou ca urmare a îndeplinirii duratei normate de viață.

DIRECTOR MEDICAL
Col. (med.),

NICOLESCU Alexandru

DIRECTOR ADMINISTRATIV
P.c.c.,

PANTAZICĂ Lucian

Birou aprovizionare, evidență și mentenanță aparatură medicală
P.c.c. ing.,

VIDROIU Florentina-Cristina

CC

