„Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt", Orasului Piatra Neamt, bulevardul Traian, nr. 1-3, Judetul Neamt.

FISA TEHNICA Nr. 37 /A

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotarea: **TRUSA INSTRUMENTAR GINECOLOGIE**

Nr. Crt	Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	**Caracteristici generale** Foarfeca chirurgicala dreapta ascutita/boanta 14,5cm - 1 buc Foarfeca MAYO-LEXER dreapta 16 cm - 1 buc Foarfeca MAYO-LEXER curba 16 cm - 1 buc Foarfeca MAYO 17 cm, dreapta - 1 buc Foarfeca METZENBAUM 23 cm, dreapta - 1 buc Foarfeca METZENBAUM 23 cm, curba - 1 buc Pensa hemostatica KELLY curba 14 cm - 2 buc Pensa KOCHER 20 cm cu dinti, curba - 2 buc Pensa KOCHER 20 cm cu dinti, dreapta - 2 buc Pensa PEAN 20 cm fara dinti, curba - 2 buc Pensa PEAN 20 cm fara dinti, dreapta - 2 buc Pensa port tampon FOERSTER dreapta 24,5 cm, falci serate - 2 buc Pensa pansament MAIER dreapta 26 cm, cu cremaliera - 2 buc Pensa anatomica dreapta 14,5 cm - 4 buc Pensa anatomica dreapta 25 cm - 4 buc Pensa chirurgicala 14,5cm 1x2 dinti – 4 buc Stilet butonat 1.5 mm diametru lungime 25 cm - 2 buc Stilet butonat 1.5 mm diametru lungime14,5 cm - 2 buc Sonda canelata 14,5 cm - 2 buc Specul vaginal cu fixare laterala CUSCO 75X17 mm - 2 buc Specul vaginal mic GRAVE 75x20 mm - 2 buc Specul vaginal mediu GRAVE 95x35 mm - 4 buc Specul vaginal mare GRAVE 115x35 mm – 2 buc Departator vaginal SIMON 115X27 mm lungime 28 cm – 2 buc Set specul vaginal KRISTELLER 80x30 mm – 2 buc Set specul vaginal KRISTELLER cu specul profund, 110x27 mm –2 buc Set specul vaginal KRISTELLER cu specul profund, 110x30 mm – 2 buc Pensa uterina BOZEMANN-DOUGLAS 26 cm, maner cu ring normal/ring larg – 2 buc Corp container aluminiu STANDARD 1/1,dimensiuni exterioare 585X278X105mm – 1 buc Cos sarma 482X250X50 mm – 2 buc Capac container aluminiu 585X278 mm – 1 buc		

SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
ALEEA SOMESULUI CALD, NR.4, SECTOR4, BUCURESTI
OFFICE: +4 021 780 50 65 0762 456 777
E-MAIL: ATLASCONSULTINGPROIECT@GMAIL.COM

	Eticheta container inscriptionabila pana la 11 caractere, culoare albastra 56X17 mm– 1 buc		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:** - Aviz de la Ministerul Sanatatii		
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** Certificat ISO 9001 sau ISO 13485 (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata) Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România si să prezinte urmatoarele documente (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata): Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE;		
4	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:** Perioadă de garanţie: minim 24 de luni de la punerea în funcţiune. Se va anexa o declaraţie în acest sens. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declaraţie în acest sens Se va face dovada că există un service autorizat în România pentru acest tip de aparat. Furnizorul va anexa o declaraţie în acest sens. Timpul maxim de raspuns pentru interventie de service sa fie 48 de ore Transportul, Instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului se vor efectua la beneficiar, in locatia de livrare si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.		

Arh. Oana Lixandru
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL

„Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt", Orasului Piatra Neamt, bulevardul Traian, nr. 1-3, Judetul Neamt.

FISA TEHNICA Nr. 38/A

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotarea: **TRUSA INSTRUMENTAR O.M.F.**

Nr. Crt	Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	**Caracteristici generale** *Set abces* Maner bisturiu, nr. 7- 3 buc Maner pentru oglinda oglinda - 4 buc Oglinda bucala, diam. 22 mm - 4 buc Pensa tesut, 1x2 dinti, ingusta, 160 mm - 2 buc Pensa tesut, 1x2 dinti, standard, 160 mm - 2 buc Foarfeca fina, curba, 130 mm - 2 buc Foarfeca disectie, Metzenbaum, 160 mm - 2 buc Pensa Halsted, curba, 1x2 dinti, 125 mm - 2 buc Departator Zenker angulat,60x12 mm, 26.5 cm - 3 buc Chiureta Volkmann, ascutit, masura 00 - 2 buc Chiureta Volkmann, ascutit, masura 01 - 2 buc Chiureta Volkmann, ascutita, masura 3 - 2 buc ChiuretaVolkmann, ascutita, masura 5 - 2 buc Departator Kocher-Langenbeck, 40x11 mm - 3 buc Port-ac Toennis, 185 mm - 2 buc Port-ac Hegar-Mayo, 160 mm - 2 buc Foarfeca disectie Mayo-Lexer, curba, 160 mm - 2 buc Pensa Kocher, curba, 1x2 dinti, 140 mm - 2 buc Apasator de limba Bruenings, 190 mm - 4 buc Dalta Trelat, 8/150 mm – 2 buc Container sterilizare cu capac din aluminiu, dimensiuni 312x189x134 mm – 1 buc Cos perforat pentru container, 270x170x42 mm - 1 buc Etichete identificare , 50x17 mm - 1 buc *Set operatie BMF* Pensa tampon, Gross, curba, 200 mm - 3 buc Pensa tampon, Backhaus, curba, 110 mm - 5 buc Maner bisturiu, nr. 7 - 2 buc Maner pentru oglinda - 2 buc Oglinda bucala, diam. 22 mm - 4 buc Pensa tesut, 1x2 dinti, 160 mm - 2 buc		

	Pensa tesut, 1x2 dinti, 145 mm - 2 buc Pensa disectie, 145 mm - 2 buc Pensa disectie, 160 mm- 2 buc Foarfeca disectie, Metzenbaum, 145 mm, curba - 2 buc Foarfeca disectie, Mayo-Lexer, 165 mm, curba - 2 buc Departator Kocher-Langenbeck, 55x11 mm - 3 buc Departator Volkmann, 2 dinti bonti - 2 buc Departator Volkmann, 4dinti bonti - 2 buc Chiureta Volkmann, ascutita, masura 0 - 2 buc ChiuretaVolkmann, ascutita, masura 1 - 2 buc Chiureta Volkmann, ascutita, masura 2 - 2 buc Chiureta Volkmann, ascutita, masura 3 - 2 buc ChiuretaVolkmann, ascutita, masura 5 - 2 buc Container sterilizare cu capac din aluminiu, dimensiuni 312x189x134 mm – 1 buc Cos perforat pentru container, 270x170x42 mm - 1 buc Etichete identificare , 50x17 mm - 1 buc		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:** - Aviz de la Ministerul Sanatatii		
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** Certificat ISO 9001 sau ISO 13485 (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata) Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România si să prezinte urmatoarele documente (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata): Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE;		
4	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:** Perioadă de garanţie: minim 24 de luni de la punerea în funcţiune. Se va anexa o declaraţie în acest sens. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declaraţie în acest sens Se va face dovada că există un service autorizat în România pentru acest tip de aparat. Furnizorul va anexa o declaraţie în acest sens. Timpul maxim de raspuns pentru interventie de service sa fie 48 de ore Transportul, Instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului se vor efectua la beneficiar, in locatia de livrare si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.		

Arh. Oana Lixandru
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL

„Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt", Orasului Piatra Neamt, bulevardul Traian, nr. 1-3, Judetul Neamt.

FISA TEHNICA Nr. 39/A

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotarea : **TRUSA MEDICALA COMPUSA DIN: TENSIOMETRU (1 BUC); STETOSCOP (1 BUC)**

Nr. Crt	Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	**Caracteristici generale** Trusa medicala sa fie compusa din: **1. Tensiometru – 1 buc** Tensiometrul sa fie realizat din policarbonat rezistent la socuri si sa dispuna de maner ajustabil stanga/dreapta. Tensiometrul sa fie prevazut cu manometru cu diametrul de minim 56 mm, care sa aiba geam incasabil. Intervalul de masurare sa fie cuprins intre minim 0 – 300 mmHg ± 1%. Tensiometrul sa dispuna de manseta pentru pacientii adulti. **2. Stetoscop – 1 buc** Stetoscop de inalta precizie cu piesa dubla de auscultatie (membrana si clopot) Membrana sa aiba un diametru de minim 44 mm si sa fie potrivita pentru auscultatea suntelor de frecventa joasa si inalta, iar clopotul sa aiba diametrul de minim 30 mm si fie potrivit pentru auscultarea impulsurilor cardiace. Stetoscopul sa fie prevazut cu tub in forma de Y cu o lungime de minim 55 cm. Piesa pentru auscultare si olivele sa fie cromate.		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:** Aviz de la Ministerul Sanatatii		
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** Certificat ISO 9001 sau ISO 13485 (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata) Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România si să prezinte urmatoarele documente (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata): Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE;		
4	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:** Perioadă de garanţie: minim 24 de luni de la punerea în funcţiune. Se va anexa o declaraţie în acest sens.		

SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
ALEEA SOMESULUI CALD, NR.4, SECTOR4, BUCURESTI
OFFICE: +4 021 780 50 55 0762 456 777
E-MAIL: ATLASCONSULTINGPROIECT@GMAIL.COM

	Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declaraţie în acest sens Se va face dovada că există un service autorizat în România pentru acest tip de aparat. Furnizorul va anexa o declaraţie în acest sens. Timpul maxim de raspuns pentru interventie de service sa fie 48 de ore Transportul, Instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului se vor efectua la beneficiar, in locatia de livrare si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.		

Arh. Oana Lixandru
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL

„Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt", Orasului Piatra Neamt, bulevardul Traian, nr. 1-3, Judetul Neamt.

FISA TEHNICA Nr. 40 /A

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotarea : **TRUSA MEDICALA COMPUSA DIN: TENSIOMETRU (1 BUC); STETOSCOP (1 BUC); PULS-OXIMETRU**

Nr. Crt	Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	**Caracteristici generale** Trusa medicala sa fie compusa din: **1. Tensiometru – 1 buc** Tensiometrul sa fie realizat din policarbonat rezistent la socuri si sa dispuna de maner ajustabil stanga/dreapta. Tensiometrul sa fie prevazut cu manometru cu diametrul de minim 56 mm, care sa aiba geam incasabil. Intervalul de masurare sa fie cuprins intre minim 0 – 300 mmHg ± 1%. Tensiometrul sa dispuna de manseta pentru pacientii adulti. **2. Stetoscop – 1 buc** Stetoscop de inalta precizie cu piesa dubla de auscultatie (membrana si clopot) Membrana sa aiba un diametru de minim 44 mm si sa fie potrivita pentru auscultatea suntelor de frecventa joasa si inalta, iar clopotul sa aiba diametrul de minim 30 mm si fie potrivit pentru auscultarea impulsurilor cardiace. Stetoscopul sa fie prevazut cu tub in forma de Y cu o lungime de minim 55 cm. Piesa pentru auscultare si olivele sa fie cromate. **3. Puls-oximetru – 1 buc** Pulsoximetru de deget care sa permita masurarea saturatiei de oxigen si frecventei cardiace. Pulsoximetrul sa dispuna de ecran LED care sa permita afisarea valorilor masurate. Sa prezinte indicator pentru nivelul redus al bateriei. Intervalul de masurare SpO2 sa fie de pana la 100%, cu o rezolutie de min 1% si o acuratete de +/- 2% intre 70-100% Intervalul de masurare al ritmului cardiac sa fie de minim 30 – 250 bpm, cu o rezolutie de minim 1 bpm si o acuratete de minim +/-2bpm Pulsoximetrul sa functioneze cu baterii care sa aiba o autonomie de minim 24 de ore de utilizare continua. Pulsoximetrul sa aiba un consum redus, de maxim 25mA. Pulsoximetrul sa se inchida automat dupa cel mult 5 secunde de la inlaturarea degetului.		

	Dimensiuni: aproximativ 60x30x32 mm, greutatea cu bateriile incluse sa fie de aproximativ 50 g.		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:** Aviz de la Ministerul Sanatatii		
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** Certificat ISO 9001 sau ISO 13485 (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata) Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România si să prezinte urmatoarele documente (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata): Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE;		
4	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:** Perioadă de garanţie: minim 24 de luni de la punerea în funcţiune. Se va anexa o declaraţie în acest sens. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declaraţie în acest sens Se va face dovada că există un service autorizat în România pentru acest tip de aparat. Furnizorul va anexa o declaraţie în acest sens. Timpul maxim de raspuns pentru interventie de service sa fie 48 de ore Transportul, Instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului se vor efectua la beneficiar, in locatia de livrare si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.		

Arh. Oana Lixandru
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL

„Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt", Orasului Piatra Neamt, bulevardul Traian, nr. 1-3, Judetul Neamt.

FISA TEHNICA Nr. 41/A

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotarea : **TRUSA MEDICALA COMPUSA DIN: TENSIOMETRU (1 BUC); STETOSCOP (1 BUC); SET CIOCANE REFLEXE (1 BUC)**

Nr. Crt	Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	**Caracteristici generale** Trusa medicala sa fie compusa din: **1. Tensiometru – 1 buc** Tensiometrul sa fie realizat din policarbonat rezistent la socuri si sa dispuna de maner ajustabil stanga/dreapta. Tensiometrul sa fie prevazut cu manometru cu diametrul de minim 56 mm, care sa aiba geam incasabil. Intervalul de masurare sa fie cuprins intre minim 0 – 300 mmHg ± 1%. Tensiometrul sa dispuna de manseta pentru pacientii adulti. **2. Stetoscop – 1 buc** Stetoscop de inalta precizie cu piesa dubla de auscultatie (membrana si clopot) Membrana sa aiba un diametru de minim 44 mm si sa fie potrivita pentru auscultatea suntelor de frecventa joasa si inalta, iar clopotul sa aiba diametrul de minim 30 mm si fie potrivit pentru auscultarea impulsurilor cardiace. Stetoscopul sa fie prevazut cu tub in forma de Y cu o lungime de minim 55 cm. Piesa pentru auscultare si olivele sa fie cromate. **3. Set ciocane reflexe – 1 buc** Setul sa cuprinda minim 3 ciocane metalice dupa cum urmeaza: 1 ciocan reflexe Taylor 1 ciocan reflexe Buck 1 ciocan reflexe Babinsky.		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:** Aviz de la Ministerul Sanatatii		
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** Certificat ISO 9001 sau ISO 13485 (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata) Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România si să prezinte urmatoarele documente (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata): Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE;		

4	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:** Perioadă de garanţie: minim 24 de luni de la punerea în funcţiune. Se va anexa o declaraţie în acest sens. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declaraţie în acest sens Se va face dovada că există un service autorizat în România pentru acest tip de aparat. Furnizorul va anexa o declaraţie în acest sens. Timpul maxim de raspuns pentru interventie de service sa fie 48 de ore Transportul, Instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului se vor efectua la beneficiar, in locatia de livrare si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.		

Arh. Oana Lixandru
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL

„Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt", Orasului Piatra Neamt, bulevardul Traian, nr. 1-3, Judetul Neamt.

FISA TEHNICA Nr. 42 /A

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotarea : **TRUSA MEDICALA COMPUSA DIN: TENSIOMETRU (1 BUC); STETOSCOP (1 BUC); SET CIOCANE REFLEXE (1 BUC), GONIOMETRU (1 BUC)**

Nr. Crt	Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	**Caracteristici generale** Trusa medicala sa fie compusa din: **1. Tensiometru – 1 buc** Tensiometrul sa fie realizat din policarbonat rezistent la socuri si sa dispuna de maner ajustabil stanga/dreapta. Tensiometrul sa fie prevazut cu manometru cu diametrul de minim 56 mm, care sa aiba geam incasabil. Intervalul de masurare sa fie cuprins intre minim 0 – 300 mmHg ± 1%. Tensiometrul sa dispuna de manseta pentru pacientii adulti. **2. Stetoscop – 1 buc** Stetoscop de inalta precizie cu piesa dubla de auscultatie (membrana si clopot) Membrana sa aiba un diametru de minim 44 mm si sa fie potrivita pentru auscultatea suntelor de frecventa joasa si inalta, iar clopotul sa aiba diametrul de minim 30 mm si fie potrivit pentru auscultarea impulsurilor cardiace. Stetoscopul sa fie prevazut cu tub in forma de Y cu o lungime de minim 55 cm. Piesa pentru auscultare si olivele sa fie cromate. **3. Set ciocane reflexe – 1 buc** Setul sa cuprinda minim 3 ciocane metalice dupa cum urmeaza: 1 ciocan reflexe Taylor 1 ciocan reflexe Buck 1 ciocan reflexe Babinsky **4. Goniometru -1 buc** Goniometru de minim 17 cm pentru masurarea gradului de mobilitate a articulatiilor. Goniometrul sa fie realizat din otel inoxidabil. Sa aiba o gradatie de 180° cu un pas de minim 5°.		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:** Aviz de la Ministerul Sanatatii		
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:**		

	Certificat ISO 9001 sau ISO 13485 (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata) Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România si să prezinte urmatoarele documente (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata): Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE;		
4	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:** Perioadă de garanţie: minim 24 de luni de la punerea în funcţiune. Se va anexa o declaraţie în acest sens. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declaraţie în acest sens Se va face dovada că există un service autorizat în România pentru acest tip de aparat. Furnizorul va anexa o declaraţie în acest sens. Timpul maxim de raspuns pentru interventie de service sa fie 48 de ore Transportul, Instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului se vor efectua la beneficiar, in locatia de livrare si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.		

Arh. Oana Lixandru
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL

„Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt", Orasului Piatra Neamt, bulevardul Traian, nr. 1-3, Judetul Neamt.

FISA TEHNICA Nr. 43/A

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotarea : **TRUSA MEDICALA COMPUSA DIN: TENSIOMETRU (1 BUC); STETOSCOP (1 BUC); TERMOMETRU DIGITAL (1 BUC)**

Nr. Crt	Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	**Caracteristici generale** Trusa medicala sa fie compusa din: **1. Tensiometru – 1 buc** Tensiometrul sa fie realizat din policarbonat rezistent la socuri si sa dispuna de maner ajustabil stanga/dreapta. Tensiometrul sa fie prevazut cu manometru cu diametrul de minim 56 mm, care sa aiba geam incasabil. Intervalul de masurare sa fie cuprins intre minim 0 – 300 mmHg ± 1%. Tensiometrul sa dispuna de manseta pentru pacientii adulti. **2. Stetoscop – 1 buc** Stetoscop de inalta precizie cu piesa dubla de auscultatie (membrana si clopot) Membrana sa aiba un diametru de minim 44 mm si sa fie potrivita pentru auscultatea suntelor de frecventa joasa si inalta, iar clopotul sa aiba diametrul de minim 30 mm si fie potrivit pentru auscultarea impulsurilor cardiace. Stetoscopul sa fie prevazut cu tub in forma de Y cu o lungime de minim 55 cm. Piesa pentru auscultare si olivele sa fie cromate. **3. Termometru digital – 1 buc** Termometru cu infrarosu, non-contact, sa prezinte minim urmatoarele moduri de utilizare: - masurare temperatura frunte, - masurare temperatura incapere, - mod scan pentru temperatura incaperii (apa de imbaiat sau lapte), - ceas in timp real, - cronometru. Termometru sa fie prevazut cu display LCD si LED indicator pentru nivelul de temperatura, dupa cum urmeaza: - Verde: <37.5°C - Galben: 37.5°C – 38°C - Rosu: >= 38°C		

	Interval de masurare pentru frunte: minim 34.0°C~42.2°C (93.2°F~108.0°). Interval de masurare in mod scan: minim -22/80°C (-7.6-/76°F). Sa fie prevazut cu alarma sonora pentru febra si alarma de avertizare atunci cand dispozitivul nu functioneaza normal (auto-diagnostic). Sa permita memorarea a minim 9 masuratori, cu data/ora si locatia de masurare. Durata de asteptare intre masuratori sa fie de maxim 5 secunde. Unitatea de masura sa se poata comuta intre °C si °F. Alimentarea sa se realizeze cu baterii.		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:** Aviz de la Ministerul Sanatatii		
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** Certificat ISO 9001 sau ISO 13485 (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata) Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România si să prezinte urmatoarele documente (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata): Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE;		
4	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:** Perioadă de garanţie: minim 24 de luni de la punerea în funcţiune. Se va anexa o declaraţie în acest sens. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declaraţie în acest sens Se va face dovada că există un service autorizat în România pentru acest tip de aparat. Furnizorul va anexa o declaraţie în acest sens. Timpul maxim de raspuns pentru interventie de service sa fie 48 de ore Transportul, Instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului se vor efectua la beneficiar, in locatia de livrare si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.		

Arh. Oana Lixandru
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL

„Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt", Orasului Piatra Neamt, bulevardul Traian, nr. 1-3, Judetul Neamt.

FISA TEHNICA Nr. 44 /A

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotarea : **TRUSA MEDICALA COMPUSA DIN: TENSIOMETRU (1 BUC); STETOSCOP (1 BUC); TERMOMETRU DIGITAL (1 BUC); STETOSCOP OBSTETRICAL (1 BUC); PELVIMETRU (1 BUC)**

Nr. Crt	Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	**Caracteristici generale** Trusa medicala sa fie compusa din: **1. Tensiometru – 1 buc** Tensiometrul sa fie realizat din policarbonat rezistent la socuri si sa dispuna de maner ajustabil stanga/dreapta. Tensiometrul sa fie prevazut cu manometru cu diametrul de minim 56 mm, care sa aiba geam incasabil. Intervalul de masurare sa fie cuprins intre minim 0 – 300 mmHg ± 1%. Tensiometrul sa dispuna de manseta pentru pacientii adulti. **2. Stetoscop – 1 buc** Stetoscop de inalta precizie cu piesa dubla de auscultatie (membrana si clopot) Membrana sa aiba un diametru de minim 44 mm si sa fie potrivita pentru auscultatea suntelor de frecventa joasa si inalta, iar clopotul sa aiba diametrul de minim 30 mm si fie potrivit pentru auscultarea impulsurilor cardiace. Stetoscopul sa fie prevazut cu tub in forma de Y cu o lungime de minim 55 cm. Piesa pentru auscultare si olivele sa fie cromate. **3. Termometru digital – 1 buc** Termometru cu infrarosu, non-contact, sa prezinte minim urmatoarele moduri de utilizare: - masurare temperatura frunte, - masurare temperatura incapere, - mod scan pentru temperatura incaperii (apa de imbaiat sau lapte), - ceas in timp real, - cronometru. Termometru sa fie prevazut cu display LCD si LED indicator pentru nivelul de temperatura, dupa cum urmeaza: - Verde: <37.5°C - Galben: 37.5°C – 38°C - Rosu: >= 38°C Interval de masurare pentru frunte: minim 34.0°C~42.2°C (93.2°F~108.0°).		

	Interval de masurare in mod scan: minim -22/80°C (-7.6-/76°F). Sa fie prevazut cu alarma sonora pentru febra si alarma de avertizare atunci cand dispozitivul nu functioneaza normal (auto-diagnostic). Sa permita memorarea a minim 9 masuratori, cu data/ora si locatia de masurare. Durata de asteptare intre masuratori sa fie de maxim 5 secunde. Unitatea de masura sa se poata comuta intre °C si °F. Alimentarea sa se realizeze cu baterii. **4. Stetoscop obstetrical – 1 buc** Stetoscop obstetrical realizat din lemn. Sa aiba o lungime de minim 13 cm. **5. Pelvimetru – 1 buc** Pelvimetru sa fie realizat din otel inoxidabil. Pelvimetrul sa aiba o dimensiune de minim 33 cm.		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:** - Aviz de la Ministerul Sanatatii		
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** Certificat ISO 9001 sau ISO 13485 (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata) Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România si să prezinte urmatoarele documente (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata): Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE;		
4	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:** Perioadă de garanţie: minim 24 de luni de la punerea în funcţiune. Se va anexa o declaraţie în acest sens. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declaraţie în acest sens Se va face dovada că există un service autorizat în România pentru acest tip de aparat. Furnizorul va anexa o declaraţie în acest sens. Timpul maxim de raspuns pentru interventie de service sa fie 48 de ore Transportul, Instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului se vor efectua la beneficiar, in locatia de livrare si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.		

Arh. Oana Lixandru
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL

„Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt", Orasului Piatra Neamt, bulevardul Traian, nr. 1-3, Judetul Neamt.

FISA TEHNICA Nr. 45/A

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotarea: **TRUSA SPECULI VAGINALI**

Nr. Crt	Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	**Caracteristici generale** Specul vaginal mic GRAVE 75x20 mm - 5 buc Specul vaginal mediu GRAVE 95x35 mm - 5 buc Specul vaginal mare GRAVE 115x35 mm - 4 buc Corp container aluminiu STANDARD 3/4, dimensiuni exterioare 462x278x105mm - 1 buc Capac container aluminiu 462x278 mm - 1 buc Cos sarma 400x250x50 mm - 1 buc Eticheta container inscriptionabila pana la 11 caractere, culoare albastra 56x17 mm - 1 buc		
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:** - Aviz de la Ministerul Sanatatii		
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** Certificat ISO 9001 sau ISO 13485 (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata) Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România si să prezinte urmatoarele documente (copie „conform cu originalul" si traducere autorizata): Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat si/sau Declaratie de conformitate CE;		
4	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:** Perioadă de garanţie: minim 24 de luni de la punerea în funcţiune. Se va anexa o declaraţie în acest sens. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declaraţie în acest sens Se va face dovada că există un service autorizat în România pentru acest tip de aparat. Furnizorul va anexa o declaraţie în acest sens. Timpul maxim de raspuns pentru interventie de service sa fie 48 de ore Transportul, Instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului se vor efectua la beneficiar, in locatia de livrare si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.		

Arh. Oana Lixandru
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL