

4817 / 04. DEC. 2025

Anexă la caietul de sarcini
Specificații tehnice materiale sanitare



1. Caracteristicile bunurilor :

Nr. lot	Denumire produs	Detalii tehnice
1	ANSE STERILE CALIBRATE BACTERIOLOGIE DE 10 MICROLITRI	anse sterile bacteriologie, calibrate de 10 µl microlitri, cu termen de valabilitate cat mai indelungat (cel puțin 1 an), declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
2	ANSE STERILE CALIBRATE BACTERIOLOGIE DE 1 MICROLITRI	anse sterile bacteriologie, calibrate de 1 µl microlitri, cu termen de valabilitate cat mai indelungat(cel puțin 1 an), declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
3	BANDELETE ACCU CHECK COMPATIBILE CU APARATUL ACCU CHECK	Teste pentru determinarea glicemiei compatibile cu aparatul Accu - check, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
4	CUVETE SI BILE METALICE - 1000 BUC/SET	1000 buc/set; compatibile cu aparat Thrombotimer, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
5	COMPRESE NESTERILE DIN TIFON CU FIR RX 10 x 10 cm - 16 PLIURI	comprese nesterile de 10 x 10 cm , din tifon albit fara utilizarea clorului, 16 pliuri, fir detectabil razelor X, recomandat pentru operatiile cu cantitate mare de fluide, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
6	COMPRESE STERILE 10X10 CM /12 PLIURI	Ambalate individuale, sterile de 10x10 cm, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
7	FESE TIFON 20 cm x 10 m	Tifon 24 grame Dimensiune: 20 cm x 10 m, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
8	COMPRESE abdominale nesterile 40 x 40 cm (lavete chirurgicale) tivite	comprese nesterile de 45x45 cm, din tifon albit fara utilizarea clorului, 17 fire, 4 straturi, fir detectabil razelor X, recomandat pentru operatiile cu cantitate mare de fluide, TIVITE, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
9	TUB EPPENDORF CU CAPAC 2 ML	TUB Eppendorf cu capac de 2 ml, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
10	EPRUBETE CONICE SUMAR URINA 10 ML	Conice, de 10 ml, nesterile, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
11	FORMOL 37% 1l	FORMOL 37%-formaldehida-valabilitate cel puțin 1 an, la ambalaj de 1L, declaratie de conformitate CE
12	LAMA MICROSCOP 76X26 MM CU CAPAT MATUIT	Lama microscop 76/26 mm cu capat matuit, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
13	LAMELE MICROSCOP 22X22 MM	Lamele microscop de 22x22 mm, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
14	Recipient steril urina 60 ML	De 60 ml, cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
15	Recipient plastic 250 ml	Material plastic, nesteril, 250ml cu capac care se înfiletează, culoare alb lucios, rezistența chimică ridicată la diferite lichide, etichetate conform Ordinului MS nr. 1226/2012 publicat în Monitorul Oficial nr. 855/18.12.2012, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM
16	Set coloratie May Grunwald - Giemsa 2 x 1000 ml	trusa 2 x 1000 ml, Cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an de la data comenzii, declaratie de conformitate CE
17	Teste Bowie Dick	TESTE BOWIE DICK pt verificarea calitatii penetrării aburului-valabilitate min. 1 an, declaratie de conformitate CE
18	Vacutainer hematologie 2ml	cu anticoagulant K3 EDTA, de 2 ml, capac mov, cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform standardelor ANMDM

19	Vacutainer VSH 1.6 ml	De 1.6 ml, cu TAMPON DE CITRAT DE SODIU 3.8% (0.129mmol/L), dop negru, cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, cu stativ cititor inclus, declarație de conformitate CE, ambalare și etichetare conform standardelor ANMDM
20	Varfuri albastre	De 200-1000 microlitri, cu guleras, declarație de conformitate CE
21	SERINGA 50 ML CU AC G18	Seringa 50 ml cu ac 18G și cu filet LUER-LOCK, sterili, ambalată individual, declarație de conformitate CE, ambalare și etichetare conform standardelor ANMDM
22	Fir sutura resorbabil nr. 0 cu ac ½ rotund	nr.0-fir sintetic, absorbabil, sterili, din acid poliglicolic, cu ac atașat nr 36 mm, valabilitate min.1 an, declarație de conformitate CE
23	Fir sutura resorbabil nr. 2/0 cu ac ½ rotund	nr.2/0 fir sintetic, absorbabil, sterili, din acid poliglicolic, valabilitate min.1 an, cu ac atașat nr 26 mm, declarație de conformitate CE
24	Fir sutura resorbabil nr. 3/0 cu ac ½ rotund	nr. 3/0 curbura 1/2 ac 26mm, valabilitate min.1 an, declarație de conformitate CE
25	Fir sutura resorbabil nr. 4/0 cu ac ½ rotund	nr.4/0fir sintetic, absorbabil, sterili, din acid poliglicolic, cu ac atașat nr 17mm, valabilitate min.1 an, declarație de conformitate CE
26	Set coloratie Gram (4x250ml)	trusa 4 x 250 ml, Cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declarație de conformitate CE
27	Placute cu godeuri pentru determinari grupe	placute cu godeuri pentru determinarea grupelor în sistemul ABO, declarație de conformitate CE
28	PIPE GUEDEL nr.4; nr.5; nr.6	ambalate individual, sterila, de unica folosinta, pentru adulti, declarație de conformitate CE
29	CARD TESTARE GAZE IN SANGE PT APARAT EPOC	Carduri pentru analiza gaze sange compatibile cu analizorul de gaze EPOC, declarație de conformitate CE
30	DISCURI ANTIBIOGRAMA IMIPENEM	De 10 mcg, 50 disc/cartus cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declarație de conformitate CE
31	DISCURI ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOIN	De 10 mcg, 50 disc/cartus cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declarație de conformitate CE
32	DISCURI ANTIBIOGRAMA NORFLOXACIN	De 10 mcg, 50 disc/cartus cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declarație de conformitate CE
33	DISCURI ANTIBIOGRAMA OPTOCHIM	De 10 mcg, 50 disc/cartus cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declarație de conformitate CE
34	DISCURI ANTIBIOGRAMA ERTAPENEM	De 10 mcg, 50 disc/cartus cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declarație de conformitate CE
35	DISCURI ANTIBIOGRAMA MEROPENEM	De 10 mcg, 50 disc/cartus cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declarație de conformitate CE
36	VACUTAINER COAGULARE 2 ml	Pet sterili anticoagulant citrat de sodiu 3.2% sau 3.8%, de 2 ml, cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declarație de conformitate CE
37	ALEZA ABSORBANTA CU PROTECTIE PENTRU PACIENT SI IZOLAREA GERMIENILOR 90 x 180 cm	aleza absorbanta cu protecție pentru pacient și izolarea germenilor (MRSA și EColi) cu absorbție rapidă a cantitatilor mari de sange, exsudat, urina și alte fluide, reducerea mirosurilor, prin inhibarea germenilor, o parte impermeabila, o bariera externa BTBS, hidrofoba care sa permita circularea aerului și împiedicarea proliferării microorganismelor absorbite. Dimensiune standard mare, pentru cuprinderea suprafeței de la nivelul umerilor până la nivelul genunchilor, dimensiune 90 x 180 cm, declarație de conformitate CE
38	ALEZA ABSORBANTA CU PROTECTIE PENTRU PACIENT SI IZOLAREA GERMIENILOR 40 x 60 cm	aleza absorbanta cu protecție pentru pacient și izolarea germenilor (MRSA și EColi) cu absorbție rapidă a cantitatilor mari de sange, exsudat, urina și alte fluide, reducerea mirosurilor, prin inhibarea germenilor, o parte impermeabila, o bariera externa BTBS, hidrofoba care sa permita circularea aerului și împiedicarea proliferării microorganismelor absorbite. Dimensiune 40 x 60 cm, declarație de conformitate CE
39	SERINGA 10 ML CU AC	de 10 ml cu sistem LUER LOCK - filet pentru o fixare optima a acului, cu ac 21G 1 1/2", cu gradatie din ml în ml, sterile, de unica folosinta, declarație de conformitate CE
40	SERINGA 2 ML CU AC	de 2 ml cu sistem LUER LOCK - filet pentru o fixare optima a acului, cu ac 23G 1 1/2" cu gradatie din ml în ml, sterile, de unica folosinta, declarație de conformitate CE
41	SERINGA 5 ML CU AC	de 5 ml cu sistem LUER LOCK - filet pentru o fixare optima a acului, cu ac 22G x 1 1/2" cu gradatie din ml în ml, sterile, de unica folosinta, declarație de conformitate CE
42	SERINGA 20 ML CU AC	de 20 ml cu sistem LUER LOCK - filet pentru o fixare optima a acului, cu ac 21G 1 1/2", cu gradatie din ml în ml, sterile, de unica folosinta, declarație de conformitate CE
43	Folie izoterma pentru arsi (supravietuire) 160 x 210 cm	folie protecție pentru arși, ambalată individual, 160 x 210 cm, declarație de conformitate CE, ambalare și etichetare conform EU-MDD

44	Mediu Simmons cu citrat - tub x 7ml	Cu mediu turnat, de 7 ml, cu termen de valabilitate cat mai indelungat (3-6 luni) declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform EU-MDD
45	PLACI MEDIU MANITOL (CHAPMAN)	Cu mediu turnat in placi PETRI 90 mm cu termen de valabilitate cat mai indelungat(3-6 luni) , declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform EU-MDD
46	MEDIU MILF (TUB) 7 ml	Cu mediu turnat, de 7 ml, cu termen de valabilitate cat mai indelungat (3-6 luni), declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform EU-MDD
47	MEDIU TSI tub 7 ml	Cu mediu turnat, de 7ml, cu termen de valabilitate cat mai indelungat (3-6 luni), declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform EU-MDD
48	PLACI CU GELOZA SANGE COLUMBIA AGAR	Cu mediu turnat in placi PETRI 90 mm cu termen de valabilitate cat mai indelungat(3-6 luni) , declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform EU-MDD
49	PLACI CU MEDIU HEKTOEN-ENTERIC	Cu mediu turnat in placi PETRI 90 mm cu termen de valabilitate cat mai indelungat(3-6 luni) , declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform EU-MDD
50	PLACI CU MEDIU MULLER-HINTON	Cu mediu turnat in placi PETRI 90 mm cu termen de valabilitate cat mai indelungat(3-6 luni) , declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform EU-MDD
51	PLACI CU MEDIU SABOURAUD CU CLORAMFENICOL SI GENTAMICINA	Cu mediu turnat in placi PETRI 90 mm cu termen de valabilitate cat mai indelungat(3-6 luni) , declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform EU-MDD
52	PLACI CU MEDIU URISELECT 4	Cu mediu turnat in placi PETRI 90 mm cu termen de valabilitate cat mai indelungat(3-6 luni) , declaratie de conformitate CE, ambalare si etichetare conform EU-MDD
53	Set universal de camp operator	set steril contine câmpuri L2 strat foarte absorbant + folie, contine 1 câmp 240 X180,cm, 2 câmpuri 60 X90 cm, 1 câmp 150 X180cm, 1 câmp 150 X190 cm, 4 prosoape mâini 50 X40cm, 1 bandă adezivă 50 X9cm, toate câmpurile adezive, declaratie de conformitate CE
54	ALCOOL SANITAR 500 ml	Pentru uz extern cu concentrație de 70% ambalat în flacoane de 500ml, declaratie de conformitate CE
55	SERINGA INSULINA CU AC detasabil -1 ml	seringă de insulină cu ac, sterili, 1 ml/100unități/hipodermica, sterila, de unica folosinta, non pirogenica, cu ac, declaratie de conformitate CE
56	FESE TIFON 10cm X 10m 40gr	Tifon 40 grame Dimensiune: 10 cm x 10 m, declaratie de conformitate CE
57	BANDAJE TUBULARE ELASTICE PENTRU FIXAREA PANSAMENTELOR - CAP	bandaj tubular cu elasticitate mare fixarea pansamentelor in zona capului, marime adulti, mod de ambalare 25 m / buc declaratie de conformitate CE
58	BANDAJE TUBULARE ELASTICE PENTRU FIXAREA PANSAMENTELOR - MEMBRE SUPERIOARE	bandaj tubular cu elasticitate mare pentru fixarea pansamentelor in zona membrelor superioare, marime adulti, mod de ambalare 25 m / buc declaratie de conformitate CE
59	SPRAY ARSURI	Spray steril pentru arsuri, cu hidrogel, pentru primul ajutor in cazul arsurilor provocate de aburi, apa fierbinte, flacara, substante chimice, declaratie de conformitate CE
60	HUSA PROTECTIE CABLU LAPAROSCOPI 14 X 250 cm	protectie steriliă pentru cabluri medicale din folie de plastic, dimensiune 14 X250 cm, ambalata individual, pliu telescopic, varf ascutit, cu banda adeziva pentru fixare si carton cu orificiu pentru ghidare in momentul introducerii, COMPATIBIL CU TURNI LAPAROSCOPI KARL STORZ ENDOFLATOR 50, declaratie de conformitate CE
61	COPRORECOLTOARE sterile 20ml	De 20 ml cu capac, sterile, prevazute cu spatula si eticheta, declaratie de conformitate CE
62	MASCA CHIRURGICALA	masti chirurgicale de unica folosinta, prevazuta cu sistem de ajustare in zona nasului, facut din fir sarma zincata si polipropilena, rezultate de filtrare 99,9%, declaratie de conformitate CE
63	MASCA LARINGIANA I-GEL MARIMEA 3, 4, 5	MASCĂ LARINGIANĂ ADULTI I-GEL MARIMEA 3, 4, 5, declaratie de conformitate CE
64	PANSAMENT ADEZIV TRANSPARENT CU STRAT INTEGRAT DE GEL CARE CONTINE 2% GLUCONAT DE CLORHEXIDINĂ 10 x 12 cm	PANSAMENT ADEZIV TRANSPARENT CU STRAT INTEGRAT DE GEL CARE CONTINE 2% GLUCONAT DE CLORHEXIDINĂ, dimensiune 10 x 12 cm declaratie de conformitate CE
65	LEUCOPLAST MATASE ROLA 5cm x 5m	LEUCOPLAST MATASE ROLA 5cm x 5m, permeabil la aer si la vaporii de apa, rezistent si hipotalergen, radiotransparent, recomandat pacientilor cu pielea sensibila, sa nu contina latex, declaratie de conformitate CE

66	PLASTURI ARSURI 10 cm x 10 cm	Plasturi cu hidrogel 40 gr care asigura un mediu umed, echilibrat, efect rapid de racire, cu protectie impotriva factorilor mecanici, indicat pentru arsuri de gradul 1, 2 si 3, hidrateaza, raceste si calmeaza, dimensiuni 10 x 10 cm, declaratie de conformitate CE
67	SACI PENTRU TRANSPORT CADAVRE CU FERMOAR SI MANERE LATERALE	Sac transport cadavre, confectionat din material netesut, deschidere cu fermoar rezistent , prevazut cu 6 manere pentru transport, dimensiune 80 x 220 cm, buzunar pentru documente, rezistent la maxim 120 kg. rezistent la rupere si tractiune, declaratie de conformitate CE
68	ACOPERITORI PANTOFI	Acoperitori de pantofi (botosei) de unica folosinta, proiectati pentru protectia împotriva contaminării și pastrarea igienei în medii medicale, dimensiune universala, elastica, acoperire pana la marimea 46-47 - margine prevazuta cu banda elastica rezistenta, cu fixare sigura pe glezna, declaratie de conformitate CE
69	ACE 1,2 mm / 40 mm G18 (pt. seringi 50ml)	Ac recoltare 18 G cu amboul de culoare roz, dimensiuni : 1,2 mm grosime x 40 mm lungime, acul este produs din oțel medical inoxidabil, compatibil cu seringă de 50 ml, declaratie de conformitate CE
70	ACE SPINALE CU AC INTRODUCATOR	Ac anestezie spinala QUINCKE + AC INTRODUCATOR - pentru anestezie spinala, punctie lombara sau/si biopsie citologica, dimensiuni : G26 x 90 mm + ac introducător G20 X 32 mm, G27 x 90 mm + ac introducător G20 X 32 mm, ambou transparent, canelat, ambalare si etichetare conform EU-MDD, declaratie de conformitate CE
71	Circuit anestezie adult tub extensibil 1,8M	Circuit de anestezie: pentru adulți, cu tub extensibil de 1,8 m, conector în Y, cot pivotant cu port luer și capac, steril, declaratie de conformitate CE
72	VATA HIDROFILA 200GR.	Vata hidrofila pentru uz medicinal : bine cardata, consistenta uniforma, peri tectori lungi de bumbac care formeaza fasii sau mase albe, usoare, fara miros si fara gust, fara substante reducatoare, fara agenti de albire, fara sa prezinte aciditate/alcalinitate, fara impuritati, declaratie de conformitate CE
73	FILTRU ANTIBACTERIAN ANTIVIRAL COMPATIBIL CU APARATUL DRAGER (HME TIP TWISTAR 55)	FILTRU ANTIBACTERIAN ANTIVIRAL COMPATIBIL CU APARATUL DRAGER (HME TIP TWISTAR 55), declaratie de conformitate CE
74	SERINGA 100 ml tip GUYON	formata din 3 piese (piston, corp si garnitura), seringă este transparenta, garnitura de etansare a pistonului are doua trepte / fronturi de etansare, amboul lung al seringii este de tip central (se utilizeaza pentru injectarea de volume mari , lichide de alimentatie), declaratie de conformitate CE
75	TUB EXTENSIE PENTRU SERINGA AUTOMATA / PERFUZIE 200 cm	Tub Extensie Perfuzie 200 cm. Tub transparent lungime 200 cm transparent , prevazut cu capace , conectare LUER LOCK, steril, de unica folosinta, ambalat individual, utilizat pentru conectarea perfuziei (trusa de perfuzie, seringă din infuzomat) cu zona de perfuzat in scopul prelungirii distanței dintre acestea. Tubul trebuie sa fie flexibil, rezistent la presiuni ridicate si transparent, permitand monitorizarea lichidului si prevenirea trecerii accidentale a aerului prin acesta, dimensiune Ø2 X 1,2 MM, declaratie de conformitate CE
76	Sistem aspiratie cu burduf 200 ml si tub dren cu trocar	Sistem de drenaj post-operator continuu cu aspiratie controlată și acțiune mecanică care să fie constituit dintr-un recipient tip armonică și realizat din material plastic transparent care să confere un nivel de aspirație de circa 100 mm Hg. Aspiratorul să aibă o capacitate de 200 ml și să fie dotat cu valvă anti-reflux. Să conțină un tub de conexiune din PVC cu lungime 100 cm cu racord multicalibru pentru tuburi de drenaj din PVC tip Redon. Rezervorul armonică să aibă o clemă de fixare care să permită să fie agățat în vecinătatea pacientului. Tubul de conexiune să fie realizat din PVC transparent, netoxic, flexibil, termosensibil, declaratie de conformitate CE
77	ELECTROD NEUTRAL DE UNICA FOLOSINTA	COMPATIBIL CU TURN LAPAROSCOPIE KARL STORZ ENDOFLATOR 50, de unica folosinta, declaratie de conformitate CE
78	Ace / lancete glicemie	Ace/lancete glicemie, sterile, declaratie de conformitate CE
79	BURETE IGIENIC MEDICAL CU SAPUN	Buretele sa fie impregnate cu solutie de sapun pentru igienizarea pacient, suficient pentru a se spala suprafata de piele a unui adult , dimensiune 20 x 12 cm , declaratie de conformitate CE
80	DISCURI ANTIBIOGRAMA AMIKACIN	de 30ug, 50 disc/cartus cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declaratie de conformitate CE

81	DISCURI ANTIBIOGRAMA AMPICILINA	Discuri antibiograma: Ampicilin 25 ug, cartusx50discuri, cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declaratie de conformitate CE
82	DISCURI ANTIBIOGRAMA BACITRACINA	Discuri antibiograma - Bacitracin/Bacitracina 10 ug, cartus x 50 discuri, cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declaratie de conformitate CE
83	DISCURI ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACIN	Discuri antibiograma - Ciprofloxacina 30 ug, cartus x 50 discuri, cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declaratie de conformitate CE
84	DISCURI OXIDAZA	Discuri antibiograma - Oxidaza 10 ug, cartus x 50 discuri, cu termen de valabilitate de cel puțin 1 an, declaratie de conformitate CE
85	GLICERINA BORAXATA CU NISTATIN	Glicerina boraxata cu nistatina, 20g, declaratie de conformitate CE
86	INDICATORI INTEGRATOR CHIMICI CLASA 5	Integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 121-135 C. Pentru monitorizarea parametrilor critici ai ciclului de sterilizare cu abur: timp, temperatura, saturatia aburului. Declaratie de conformitate CE
87	SEGMENTI ANALIZOR BIOCHIMIE COMPATIBIL CU APARAT MINDRAY BS-200	Segmenti de reactie compatibili cu analizor automat de biochimie BS 200 Mindray, declaratie de conformitate CE
88	SISTEM DE ASPIRATIE CU BURDUF 200 ML FARA TROCAR	Sistem de drenaj post-operator continuu cu aspiratie controlata si actiune mecanica, sa fie constituit dintr-un recipient tip armonica realizat din material plastic transparent poate sa confere un nivel de aspiratie de circa 100 mm hg, aspiratorul sa alba o capacitate de circa 200 ml si sa fie dotat cu valva anti-reflux. Tub de aspiratie din pvc cu lungime de 100 cm, dotat cu un racord universal multicalibru, steril, declaratie de conformitate CE
89	SONDE Tiemann	Cateter (sonda) urologica Tiemann, diferite marimi, sterile, declaratie de conformitate CE
90	Capsula Demicap 0,2 μ microni	FILTRU APA STERILA de 0.2 microni, confectionat din materiale rezistente pana la 60 de sterilizari, la 134°C, compatibil cu LAVOAR de tip HYSIS, declaratie de conformitate CE
91	Standard nefelometric cu sulfat de bariu Mc Farland 0.5	Standard nefelometric cu sulfat de bariu Mc Farland 0.5, declaratie de conformitate CE
92	ULEI PARAFINA STERIL 100ML	ULEI PARAFINA STERIL 100ML, declaratie de conformitate CE
93	Vaselina alba de uz medical 100 g	Vaselina alba de uz medical , ambalata la 100 g, declaratie de conformitate CE
94	BULLION NUTRITIV tub 7 ml	Bullion Simplu - Bullion Nutritiv - tub x 7 ml Mediu gata preparat UIM = tub x 7 ml, declaratie de conformitate CE
95	BULLION SELENIT tub 7 ml	Mediu folosit pentru imbogatirea selectiva a speciilor se Salmonella spp. si a altor tulpini de Shigella din materii fecale, urina (probe clinice) si alte materiale de importanta sanitara, tub 7 ml, declaratie de conformitate CE
96	TUB CU AGAR BILA ESCULINA	Mediu selectiv pentru izolarea streptococilor de Grup D, tub 7 ml, declaratie de conformitate CE
97	ACE INSULINA TIP PEN DIFERITE MĂRIMI	Ac tip PEN pentru insulina, pentru stiluou insulina, folosit pentru administrarea insulinei Non toxic, apirogen, ac fix, potrivit pentru toate stiluourile cu insulina, fara latex, sterile, declaratie de conformitate CE
98	BAZIN DE SPALARE PACIENTI DE UNICA FOLOSINTA	Bazin de spalare pacient. Produs fabricat din celuloza 100 %, rezistent la apa calda si sapun, declaratie de conformitate CE
99	ROLA PLATA STERILIZARE ABUR 300 MM X 200 M	Rolla de sterilizare plata cu indicatori: abur,oxid-etilena, dimensiune: 300mmx200mm, din hartie medicală, culoarea filmului să fie verde și a hârtiei medicale albă, indicatorii să fie pe bază de apă, non toxic și care să dea rezultate exacte în sterilizarea cu abur, declaratie de conformitate CE
100	HARTIE TERMOSENSIBILA / TERMICA 57 MM	Rolla de hartie termosensibila /termica pentru printare monocrom, dimensiune 57 mm x 18 m, pentru echipamentele medicale (spirometru, aparat sterilizante), declaratie de conformitate CE
101	RIVANOL 1 ‰ 200 ml	Rivanol 1 ‰ 200 ml - Solutie cicatrizanta pentru uz extern, care sa curete si sa cicatrizeze, sa reduca flora tranzitorie de pe piele, sa dezinfecteze epidemia, declaratie de conformitate CE
102	MANUSI PROTECTIE TEMPERATURI INALTE	Să fie concepute pentru protecția manuală în medii cu risc termic ridicat, oferind izolare eficientă până la temperaturi de 500°C, să poată fi utilizate pentru lucrări care implică manipularea suprafețelor fierbinți precum cele din secția de sterilizare, declaratie de conformitate CE

103	PUNGI DE DREN 600ML	Pungi de drenaj pentru colectarea lichidului în timpul nefrostomiei, drenaj biliar și abces. Punga de drenaj trebuie să fie de 600ml cu valva de golire. Trebuie să conțină banda cu velcro pentru prindere pe picior, umăr sau talie, declarație de conformitate CE.
104	HARTIE CREP STERILIZARE 600 X 600 MM (set 500 buc)	Hartie creponată de împachetat și protecție pentru materialul sterilizat protejează împotriva patrunderii prafului, impurităților sau a contaminării și oferă un nivel înalt de rezistență la fluide. Să fie compatibilă cu sterilizarea cu abur, etilenoxid, de unică folosință, dimensiune 600x600 mm, declarație de conformitate CE.
105	BURETE HEMOSTATIC GELATINA STERIL 80X30 mm	Burete hemostatic 80x30mm cu porozitate uniformă ce garantează o hemostază favorabilă, biocompatibil, steril, ambalat individual, declarație de conformitate CE.
106	SONDE NASO GASTRICE	Sonde naso - gastrice duodenale, sterile, ambalate individual, de unică folosință, din PVC transparent, cu 2 ochi mari laterali, cu dimensiuni ce respectă codul culorilor (CH 12, 14, 16, 18), vizibilitate la Raze-X, apirogen, netoxic sterile în blister, declarație de conformitate CE.
107	BARBOTOR CU APA STERILA PT UMIDIFICARE 350 ml	Vas pentru umidificare, preumplut cu apă sterilă, cu adaptor inclus, capacitate de 350 ml. Trebuie să asigure un flux de 0-15 l/min, să fie fabricat din PP, fără latex. Să aibă conector universal pentru conectarea tuburilor mastilor, declarație de conformitate CE.
108	HALAT CHIRURGICAL STERIL RANFORSAT	Halat chirurgical ranforsat, steril, de unică folosință, cu 2 prosoape și hartie sterilizată. Halatul trebuie să fie din material netesut SMMMS, mărime L, XL, ranforsat pe piept și brațe declarație de conformitate CE.

2. Justificarea achiziției

Materiale sanitare necesare pentru funcționarea în bune condiții a manoperelor medicale la nivelul spitalului penitenciar și a cabinetelor medicale a celor 8 unități arondate, pentru menținerea unui mediu sigur și curat, protejarea personalului medical și a deținuților, precum și pentru asigurarea unui nivel optim de igienă în cadrul activităților medicale desfășurate zilnic.

Avizat,

Dr. Simona BITLAN - Director Medical

Intocmit,

Dr. Răzvan OARĂ - medic șef secția CHIRURGIE

Dr. Simona LUCACIU - medic șef secția INTERNE

Dr. Mirela AILENEI - coordonator Laborator