

FORMULAR F5**OBIECTIV:**

„MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU”

PROIECTANT:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ**NR. 37****DOTARE****MICROSCOP DE EXAMINARE**

Model produs _____

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Specificatii tehnice oferitate *	PRODUCĂTOR
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Sistem optic Tip: binocular Optica: convergentă tip Galilei 8° Magnificație: x6 / x10 / x25 Binocular: x12.5 Câmp vizual: 34 / 22 / 14 / 8.5 / 5.5mm Distanța interpupilară: 49(+/- 5%) – 77(+/- 5%)mm Biomicroscop Lățimea fantei 0 ~ 14 mm continuu (fanta devine un cerc la 14 mm) Lungimea fantei minim intervalul 1.1 ~ 14 mm continuu Diafragme deschidere fanta: minim 6 valori de deschidere fanta Filtre: clar, fără roșu, densitate neutră, difuzor, albastru, filtru , absorbant de căldură Rotatie fanta orizontal 0°- 180° ajustabil Cursă bază: axa Z: min 20 mm, (+/-5%) axa X: min 100 mm, (+/-5%) axa Y: min 105 mm,(+/-5%) Lumina de fixare: LED Sursă lumină: LED		
2.	Condiții de punere pe piață Avis eliberat de Ministerul Sănătății prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale		
3.	Servicii solicitate Furnizorul va livra, va instala și va pune în funcțiune produsele în locația indicată de beneficiar și va instrui personalul beneficiarului cu privire la modul de utilizare		

	al echipamentului.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Durata de garanție: 3 ani		
	Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-garanție.		
5.	Documente furnizate odată cu produsul		
	Certificat de garanție, Certificat conformitate CE emis de un organism notificat, declarație de conformitate CE emisă de producător, cartea tehnică care să conțină și instrucțiuni de exploatare și întreținere		

Intocmit,
Ing. Agrigoroae Dorin




* În coloana 2 ofertantul va completa caracteristicile reale ale produsului oferat și va indica paginile din oferta tehnică unde pot fi identificate fiecare din caracteristicile tehnice oferate.

FORMULAR F5

OBIECTIV:

„MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU”

PROIECTANT:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ

NR. 39

DOTARE TRUSA DE LENTILE

Model produs _____

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Specificatii tehnice oferite *	PRODUCĂTOR
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Trusă lentile - Minim 200 de bucăți - marcate pe ambele părți (stânga – dreapta) - lentile cu cilindru prezintă marcaj axial Ramă de testare - construcție metalică rezistentă - capacitate 5 lentile		
2.	Condiții de punere pe piață		
	Aviz eliberat de Ministerul Sanatatii prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale		
3.	Servicii solicitate		
	Furnizorul va livra, va instala și va pune în funcțiune produsele în locația indicată de beneficiar și va instrui personalul beneficiarului cu privire la modul de utilizare al echipamentului.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Durata de garanție: 3 ani		
	Service gratuit în perioada de garanție și contra cost post-garanție.		
5.	Documente furnizate odată cu produsul		
	Certificat de garanție, Certificat conformitate CE emis de un organism notificat, declarație de conformitate CE emisă de producător, cartea tehnică care să conțină și instrucțiuni de exploatare și întreținere		

Intocmit,
Ing. Agrigoroae Dorin




* în coloana 2 ofertantul va completa caracteristicile reale ale produsului oferit și va indica paginile din oferta tehnică unde pot fi identificate fiecare din caracteristicile tehnice oferite.

FORMULAR F5**OBIECTIV:****„MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU”****PROIECTANT:****S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.****FIȘA TEHNICĂ****NR. 41****DOTARE LUPA OFTALMOLOGICA**

Model produs _____

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Specificații tehnice oferitate *	PRODUCĂTOR
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	<ul style="list-style-type: none">Ochelari chirurgicali cu lupaMarire: 3.5XDistanța: 320 mm - 420 mmCamp vizual între 60mm și 80mm		
2.	Condiții de punere pe piață		
	Aviz eliberat de Ministerul Sanatatii prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale		
3.	Servicii solicitate		
	Furnizorul va livra, va instala și va pune în funcțiune produsele în locația indicată de beneficiar și va instrui personalul beneficiarului cu privire la modul de utilizare al echipamentului.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Durata de garanție: 3 ani		
	Service gratuit în perioada de garanție și contra cost post-garanție.		
5.	Documente furnizate odată cu produsul		
	Certificat de garanție, Certificat conformitate CE emis de un organism notificat, declarație de conformitate CE emisă de producător, cartea tehnică care să conțină și instrucțiuni de exploatare și întreținere		

Intocmit,
Ing. Agrigoroae Dorin

* În coloana 2 ofertantul va completa caracteristicile reale ale produsului oferitat și va indica paginile din oferta tehnică unde pot fi identificate fiecare din caracteristicile tehnice oferitate.