



**AVIZAT**  
**DIRECȚIA MEDICALĂ**  
**ȘEF DIRECȚIE**



**A P R O B**  
**INSPECTOR GENERAL**



**DE ACORD, ROG APROBAȚI,**

**p. ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL**  
**ȘEF DIRECȚIA LOGISTICĂ**

**SPECIFICAȚIE TEHNICĂ: „KIT PENTRU TRAUMĂ”**

## 1. DESTINAȚIE

Kit pentru traumă destinat stabilizării și imobilizării pacienților cu traumatisme pentru a preveni agravarea leziunilor și de a asigura transportul și tratamentul în condiții de siguranță.

## 2. ORGANIZARE GENERALĂ ȘI COMPONENTĂ

- 2.1. Folie izotermă pentru adulți (10 bucăți);
- 2.2. Guler cervical reglabil pentru adulți (5 bucăți);
- 2.3. Guler cervical reglabil pentru copii (2 bucată);
- 2.4. Atele vacuum 3 mărimi, cu pompă și husă de protecție (1 bucată)
- 2.5. Bandaj elastic pentru atele (2 bucăți);
- 2.6. Set complet de atele (2 bucăți);
- 2.7. Centura/Fixator pentru imobilizare pelvis cu dimensiune reglabila (2 bucăți);
- 2.8. Folie de transfer cu 6 mânere (5 bucăți).

## 3. CARACTERISTICI TEHNICE

### 3.1. FOLIE IZOTERMĂ PENTRU ADULȚI - 10 bucăți

- Reflectivitate ridicată și retenția căldurii;
- Cu doua fete diferite: auriu si argintiu;
- Ușoare, compacte și portabile;
- Impermeabil și rezistent la vânt;
- Durabilitate materialul sa fie rezistent la rupere;
- Suprafață reflectorizantă;
- Non-toxic;
- Dimensiuni: 210 x 160 cm;
- Ambalare individuala.

### 3.2. GULER CERVICAL REGLABIL PENTRU ADULȚI – 5 bucăți

- Să aibă centuri reglabile;
- Închidere de tip Velcro sau cataramă;
- Cu posibilitatea reglării înălțimii;
- Geanta de transport pentru gulerile cervicale. Se va livra cate o geanta pentru cele 5 bucăți de gulere;
- Acces pentru traheostomie.

### 3.3. GULER CERVICAL REGLABIL PENTRU COPII – 2 bucăți

- Să aibă centuri reglabile;
- Închidere de tip velcro sau cataramă;
- Cu posibilitatea reglării înălțimii;
- Geanta de transport pentru gulerile cervicale. Se va livra cate o geanta pentru cele 2 bucăți de gulere;
- Acces pentru traheostomie;

### 3.4. BANDAJ ELASTIC PENTRU ATELE – 2 bucăți

- Să ofere suport și stabilizare pentru leziuni;
- Să fie elastic și extensibil pentru suport flexibil și compresie;
- Să fie respirabil pentru a asigura confortul și a preveni iritarea;
- Să fie durabile și reutilizabile, concepute pentru utilizări multiple;
- Să fie versatil în mărime (Lxl: 5000 mm x100 mm) și aplicare, poate fi folosit cu atele;
- Să fie portabil și ușor de aplicat cu opțiuni autoadezive sau de fixare;

### 3.5. SET COMPLET DE ATELE 3 bucati – 2 bucăți

- Să fie fabricată din polyester moale și flexibil care să se muleze perfect anatomiei corpului uman;
- Să fie ușor de curățat și dezinfectat;
- Să aibă marginile finisate pentru a nu provoca traume pacientului;
- Să fie prevazută cu benzi cu prindere tip Velcro pentru fixare;

- Garanție: minimum 3 ani;
- Să aibă în configurația de livrare pompă, kit de reparație și geantă pentru transport și depozitare;
- Să includă minim 3 piese (1 buc. atelă imobilizare membru inferior; 1 buc. atelă imobilizare membru superior; 1 buc. atelă imobilizare cot/gleznă).

### 3.6. CENTURA/FIXATOR PENTRU IMOBILIZARE PELVIS CU DIMENSIUNE REGLABILĂ – 2 bucăți

- Curele reglabile, închizători tip Velcro sau catarama care să permită o potrivire personalizată;
- Sistemele de fixare să fie sigure pentru a se asigura că bazinul rămâne pe poziție în timpul activităților;
- Să fie fabricate din materiale elastice, cum ar fi nailon, neopren sau spandex, pentru a oferi întindere și compresie;
- Diverse mărimi pentru a asigura o potrivire corectă.

### 3.7. FOLIE DE TRANSFER CU 6 MÂNERE – 5 bucăți

- Dimensiuni: Lungime minima: 200 cm; Lățime: 70-90 cm; Grosime: 0,5-2 mm.;
- Material: Cu frecare redusă, durabil, rezistent la rupere, impermeabil, antiaderent, fără latex (de exemplu, poliester, nailon, polietilenă);
- Mânere: minim 6 mânere (ergonomice, antiderapante) pentru manipulare;
- Capacitate de încărcare: minim 200 kg;
- Greutate maxima: 3 kg;
- Caracteristici de design: Culori luminoase, vizibile, ușor de pliat și depozitat, ușor de curățat.

## 4. CERINȚE FINALE

- Fiecare produs, echipament, accesoriu, consumabil etc. din componența kitului pentru traumă să fie fabricat cu cel mult 12 luni anterior livrării;
- Fiecare Kit va avea componența de mai sus, iar toate echipamentele vor fi depozitate într-o cutie/cutii din material impermeabil, rezistent la socuri și să nu permită infiltrarea apei și umezeli în interiorul acesteia;
- De asemenea cutia va fi prevăzută cu mânere pentru transport, astfel încât aceasta să poată fi manipulată de către minim 2 persoane și de asemenea vor fi prevăzute cu ghidaje în vederea manipulării cu electrostivuatorului/motostivuatorului;
- Cutiile vor fi inscripționate în conformitate cu manualul de vizibilitate al proiectului, cu denumirea kitului (Kit pentru traumă) și vor conține un inventar cu produsele din interiorul acestora.

Verificat, ELABORARE  
Î. ȘEF SERVICIU TEHNIC

COLECTIV DE ELABORARE

EXPERT MEDICAL

OFIȚER SPECIALIST PRINCIPAL II

*[Signature]*

*[Signature]*