

ANEXA 2 - FACTORI EVALUARE OFERTE

la Caietul de Sarcini aferent procedurii de achiziție

„FURNIZARE ECHIPAMENT MOBIL DE IMAGISTICĂ PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ”

Autoritatea Contractantă atribuie contractul de achiziție publică ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare

CRITERIUL DE ATRIBUIRE - cel mai bun raport calitate-preț

1. Pretul ofertei – 30 puncte (30 %)
2. Componenta tehnica - Criterii tehnice si de calitate – 70 puncte (70 %)

1. Pretul Ofertei

Punctajul pentru factorul de evaluare “**Pret**”, cu o valoare de 30 de puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 30% din totalul criteriului de atribuire, se va acorda după cum urmează:

- a) Pentru Oferta admisibila cu pretul cel mai scazut – 30 de puncte
- b) Pentru restul Ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula:

$$P_{\text{pret}(n)} = \text{Pret}(\text{min}) / \text{Pret}(n) \times 30$$

unde:

P_{pret(n)}: punctajul obtinut de catre Oferta admisibila aflata sub evaluare;

Pret (min): cel mai scazut dintre preturile Ofertelor admisibile;

Pret (n): pretul Ofertei admisibile aflata sub evaluare.

2. Componenta tehnica - Criterii tehnice si de calitate

Pentru "Componenta tehnica- Criterii tehnice si de calitate " a fost stabilit un numar de **4 (patru) factori de evaluare**, astfel:

1) Deschidere gantry – maximum 10 puncte

Pentru a asigura un spațiu adecvat pentru pacient și flexibilitate în utilizare, deschiderea gantry-ului trebuie să fie de minimum 80 cm.

Punctajul se acordă astfel:

Deschidere gantry mai mare de 80 cm și până la 84 cm inclusiv – 5 puncte

Deschidere gantry mai mare de 84 cm – 10 puncte

Pentru cerința minimă, respectiv 80 cm, nu se acordă puncte.

2) FOV (Field of View) maxim – maximum 15 puncte

Pentru a asigura o acoperire adecvată a câmpului de vizualizare în cadrul investigațiilor imagistice, FOV-ul maxim trebuie să fie de minimum 55 cm.

Punctajul se acordă astfel:

FOV maxim mai mare de 55 cm și până la 59 cm inclusiv – 8 puncte

FOV maxim mai mare de 59 cm – 15 puncte

Pentru cerința minimă, respectiv FOV maxim egal cu 55 cm, nu se acordă puncte.

3) Performanța energetică a echipamentului (PE) – maximum 30 de puncte

Algoritm de calcul

Pentru echipamentul cu cea mai bună performanță energetică dintre toate ofertele conforme, se acordă punctajul maxim de 30 puncte.

- Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează proporțional, conform formulei:

$$PE = (\text{Consum energie electrică minim} / \text{Consum energie electrică } n) \times 30 \text{ puncte}$$

Unde:

- **Consum minim de energie electrică** = consumul ofertei cu cea mai bună performanță energetică
- **Consum energie electrică n** = consumul echipamentului din oferta evaluată

Scenariul de utilizare al echipamentului CT mobil

Se va calcula consumul zilnic de energie electrică al aparatului (E, kWh/zi) pentru următoarele moduri de operare:

1. **Mod „oprit”**: 12 ore/zi
2. **Mod „inactiv”**: consumul pentru 20 de scanări pe zi și 12 ore/zi în acest mod
3. **Mod „consum redus de energie”**: consumul pentru 20 de scanări pe zi și 12 ore/zi în acest mod

Ofertanții vor indica următorii parametri, conform metodologiei COCIR SRI (sau echivalent):

- **POff**: puterea consumată în mod „oprit” (kW)
- **PIdle**: puterea consumată în mod „inactiv” (kW)

- **PLow**: puterea consumată în mod „consum redus de energie” (kW)
- **EScan**: consumul de energie pentru o scanare abdominală (kWh)
- **TScan**: durata unei scanări abdominale (ore)

4) **Garanția extinsă a produsului – maximum 15 puncte**

Perioada minimă de garanție acceptată este de **24 de luni de la data punerii în funcțiune**.

Punctajul se acordă astfel:

- a) pentru garanția minimă acceptată, respectiv **24 luni – 0 puncte**
- b) pentru o perioadă de garanție de **minimum 36 luni – 5 puncte**
- c) pentru o perioadă de garanție de **minimum 48 luni – 10 puncte**
- d) pentru o perioadă de garanție de **minimum 60 luni – 15 puncte**

În cazul în care perioada de garanție oferită este cuprinsă între pragurile menționate mai sus, se acordă punctajul corespunzător pragului inferior îndeplinit.

Întocmit,

Dr. Alice Maria DUMITRESCU

Dr. Florina NIȚU