

ROMANIA  
MINISTERUL APARARII NATIONALE  
Unitatea Militara 02497 PITESTI  
NR. A-1425 DIN 25.02.2026

1/16

**A P R O B**  
**COMANDANTUL UM 02497 PITESTI**  
**COL. MEDIC**

**Gheorghe TUDOR**



**CAIET DE SARCINI**

**LICITATIE DESCHISA**

privind incheierea unui acord cadru de furnizare materiale sanitare pentru o perioada de

2 ani

**Materiale sanitare**

**cod CPV 33140000-3**

**ÎNTOCMIT**

Lt. Farm.

Vlăducă Andreea-Nicoleta

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Vlăducă Andreea-Nicoleta.

## Secțiunea III – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse

### 1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini s-a întocmit conform prevederilor Ordinului nr. 1017/2019 al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Secțiunea III – Caiet de sarcini pentru achiziția de produse și conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, **UM 02497 PITEȘTI (Spitalul Militar de Urgență Dr. Ion Jianu Pitești)**, îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

### 2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

#### 2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

**MINISTERUL APARĂRII NAȚIONALE – Unitatea Militară 02497 Pitești (SPITALUL MILITAR DE URGENȚA „Dr. ION JIANU,,), cu sediul în strada Negru Voda, nr. 47, telefon/fax 0248/21 80 90, e-mail smupitești2001@yahoo.com, cod fiscal 4318016, cont virament garanție RO86TREZ0465005XXX000170, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, reprezentată prin Comandant, Col. medic Gheorghe TUDOR și Director financiar, Col. Ec. Daniel Florin BRATU.**

#### 2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Produsele propuse în prezentul caiet de sarcini, sunt necesare pentru o bună desfășurare a activității Secțiilor Spitalului din cadrul Spitalului Militar de Urgență Dr. Ion Jianu Pitești (UM 02497).

#### 2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

*Unitatea Militară 02497 Pitești are în vedere îmbunătățirea calității serviciilor de asistență medicală și asigurarea măsurilor prevăzute de Ordinul ministrului sănătății publice nr. 914/2006, prin cuprinderea unor cerințe minime ce se solicită la nivelul caietului de sarcini și încheierea unui acord cadru, în condiții economice avantajoase prin intermediul procedurii „ Licitație deschisă”.*

#### 2.4 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

*Unitatea Militară 02497 Pitești (SPITALUL MILITAR DE URGENȚA „Dr. ION JIANU,,), cu sediul în strada Negru Voda, nr. 47, Jud. Argeș desfășoară activitatea de - Servicii medicale .*

### 3. Produsele solicitate

Nr. Crt.	Denumire produs	Pozitie PAAP
Cod CPV 33140000-3		
1	Bonete chirurgicale UF	42
2	Camp operator steril 75x90	489
3	Cateter ureteral 4 FR	15
4	Cateter ureteral 5 FR	16
5	Ciorap pentru gips 10x20	97
6	Ciorap pentru gips 5x20	98
7	Circuit anestezie complet ( cu balon)	102
8	Cot pentru ajustarea măștii la tubulatură adult	488
9	Cutimed siltec sorbact B - pansament antimicrobian hidrofob pentru exudat 7,5/7,5	473
10	Cutimed siltec sorbact hydroactive B - pansament antimicrobian hidrofob cu matrice de hidropolimer cu contur adeziv 14/14	474
11	Dispozitiv de fixare a măștii laringiene adulți	483
12	Dispozitiv de fixare a plaselor cu capse neresorabile din TITAN	124
13	Dispozitiv de fixare a plaselor cu capse resorabile	125
14	Electrozi defibrilare Corpuls	142
15	Electrozi defibrilare Lifepack	143
16	Fesi tifon 10/10	156
17	Fesi tifon 10/15	157
18	Filtru HEPA	166
19	Ghid teflonat 0,035 extradur cu varf in J, 3 mm	511
20	Electrozi electrostimulare pentru defibrilator	239
21	Husa dispozitive laparoscopice	239

22	Indicator sterilizare la rece	476
23	Lama SHAVER artroscopie	607
24	Marker steril cu rigla sterila pentru uz chirurgical	277
25	Masca chirurgicala UF. Cu 3 pliuri	279
26	Masca oxigen + tub adult	282
27	Masca oxigen cu nebulizator	283
28	Mască pt.ventilatie non-invazivă nas+gură cu valva mărimea L	485
29	Mască pt.ventilatie non-invazivă nas+gură cu valva mărimea M	284
30	Mască pt.ventilatie non-invazivă nas+gură cu valva mărimea S	287
31	Mască pt.ventilatie non-invazivă nas+gură cu valva mărimea XL	286
32	Ochelari protectie plastic	481
33	Piesa in „T„ pentru nebulizare/aerosol	311
34	Plasa chirurgicala 30x30cm	319
35	Plasturi cu gel pentru arsuri gradul 1/2/3 10x10 cm	324
36	Plasturi fixare branule 7cm x 9cm	320
37	Plasturi recoltare rotunzi	321
38	PI.OSCA MEDICALA CARTON UZ UNIC	328
39	Saci autoclavabili 68 L	358
40	Scutec adulti L	360
41	Scutec adulti XL	362
42	SERINGA HEPARINATA	327
43	Set cateter arterial pentru masurarea invaziva a presiunii sanguine G18	376
44	Set cateter arterial pentru masurarea invaziva a presiunii sanguine G20	377
45	Set implanturi pentru ligamentoplastie LIA CU BUCLA FIXA	613
46	Sistem de fixare ligament INCRUCISAT ANTERIOR CU FIXARE FEMURALA CU IMPLANT DE TIP BUTON CU BUCLA AJUSTABILA	614
47	Sistem de fixare ligamentara cu surub de interferenta BIOINERT	615
48	Sistem de fixare suplimentara PENTRU LIGAMENTOPLASTIE	616
49	Sonda Blackmore	491
50	Sonda Foley cu 2 cai CH 12	392
51	Sonda Foley cu 2 cai CH 14	393
52	Sonda Foley cu 2 cai CH 16	394
53	Sonda Foley cu 2 cai CH 18	395
54	Sonda Foley cu 2 cai CH 20	396
55	Șorț de unica folosință (echipament de protecție ATI)	482
56	Stent graft pentru angioplastie coronariana	517
57	Trusa cricotiroidotomie	440
58	Tub de testare HELIX (1,5m) pentru testarea zilnica a penetrantei aburului (+benzi de testare)	619
59	Tub irigatie compatibil cu linia laparoscopica Storz 3D	450
60	Tub PRELUNGITOR OXIGEN	451
61	Tubulatura ventilatie mecanica	452
62	Perfuzor fluide fara camera pentru administrarea substantei de contrast	620
63	Stent graft pentru angioplastie coronariana periferica	522
64	Plasture steril 10*8 cm	322
65	Electrod HOOK in forma de J	140
66	Rola hartie termica 55 mm	355
67	Filtru Dräger	621
68	Stent cu substante antiproliferative (DES) autoapozabil pentru procedure de dilatare percutana	521
69	Ghid dirijabil 0,014 specifice pentru dezobstructii coronariene cronice	504
70	Alcool etilic 96 grade	15
71	Bandaj hemostatic quickcloth sau echivalent	34
72	Lama burr	606
73	Circuit/tubulatură ventilație mecanică cu sensor de flux	100

### 3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor este desfasurarea actului medical la nivelul Sectiilor Spitalului Militar de Urgenta „Dr. Ion Jianu” Pitesti.

### 3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul procedurii – il constituie incheierea unui acord cadru avand ca obiect furnizarea de produse – Materiale sanitare necesare in activitatea medicala desfasurata in Sectiile din cadrul Spitalului Militar de Urgenta „Dr. Ion Jianu” Pitesti.

Durata acordului cadru – acordul cadru va avea valabilitate de 2 ani, incepand cu data semnarii acordului cadru.

### 3.3 Descrierea produselor solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- i. Contractantul acționează în interesul autorității/entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

#### 3.3.1 Produse solicitate

LOT	Denumire produs	Cant min	Cant max	U.M.	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințefuncționale minime	Durata minima garanție/termen de valabilitate
Materiale sanitare - Cod CPV 33140000-3								
1	Bonete chirurgicale UF	30	300	set	Sediul Autorității contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Boneta chirurgicala de unica folosinta, laminat, realizat din material textil netesut, moale, usor de folosit. 100 buc/set	Minim 12 luni de la data livrării
2	Camp operator steril 75x90	45	900	buc	Sediul Autorității contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Camp operator steril 75x 90 cm , cu 2 straturi PPSB +PE , uz unic	Minim 12 luni de la data livrării
3	Cateter ureteral 4 FR	3	30	buc	Sediul Autorității contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	pentru aplicatii coaxiale, sa fie termosensibil; din material PU (polyurethane), hidrofil, radioopac; cu gradatii cu markeri care au un numar diferit de liniute (1-4) pentru o identificare precisa a rinichiului drenat; mandren din PVC; kitul sa contina stilet; cu varf drept sau curb in functie de model; varful sa fie deschis; dimensiuni: Ch. 4 CH; Lungime: 80 cm; steril; u.f.; marcaj C.E	Minim 12 luni de la data livrării
4	Cateter ureteral 5 FR	3	30	buc	Sediul Autorității contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	pentru aplicatii coaxiale, sa fie termosensibil; din material PU (polyurethane), hidrofil, radioopac; cu gradatii cu markeri care au un numar diferit de liniute (1-4) pentru o identificare precisa a rinichiului drenat; mandren din PVC; kitul sa contina stilet; cu varf drept sau curb in functie de model; varful sa fie deschis; dimensiuni: Ch. 5 CH; Lungime: 80 cm; steril; u.f.; marcaj C.E	Minim 12 luni de la data livrării
5	Ciorap pentru gips 10x20	3	50	buc	Sediul Autorității contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Stockinette de acoperire picior sau echivalent, pentru gipsul din rasina (sau gips din fibra de sticla). - Se pune peste vata ortopedica, iar deasupra se pune gipsul ortopedic. - Este realizat din bumbac, fiind hipotalergenic si respirabil. - Masura: 10x20.	Minim 12 luni de la data livrării
6	Ciorap pentru gips 5x20	3	50	buc	Sediul Autorității contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Stockinette de acoperire picior, sau echivalent, pentru gipsul din rasina (sau gips din fibra de sticla). - Se pune peste vata ortopedica, iar deasupra se pune gipsul ortopedic. - Este realizat din bumbac, fiind hipotalergenic si respirabil. - Masura: 5x20	Minim 12 luni de la data livrării
7	Circuit anestezie complet ( cu balon)	90	450	buc	Sediul Autorității contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Folodit la pacientii care necesita ventilatie asistata. Cuprinde Balon de respiratie (volum de 2 Lsi extractor intern care previne rasucirea, asigurand o respiratie eficienta), Conector in Y transparent(include porturi si capace precum si conector in cot pentru masurari de capnografie), Tuburi de inalta calitate ( tuburi de inspiratie si expiratie cu diametru de 22 mm si lungimea de 160 cm, plus un tub suplimentar de 80 cm). Fabricat din polietilena . Ambalat steril. CONFORMITATE CE.	Minim 12 luni de la data livrării

8	Cot pentru ajustarea măștii la tubulatură adult	15	60	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Conector pentru tubulatura de oxigen/ventilatie, pentru legarea mastii de circuit. Cot la 90° sau 45° tip standard pentru sistem de tuburi medicale. Dimensiune conector 15 mm/25mm. Material PVC medical, transparent. Steril, de unica folosinta	Minim 12 luni de la data livrării
9	Cutimed siltec sorbact B - pansament antimicrobial hidrofob pentru exudat 7,5/7,5	30	200	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>* este sub forma unui pad absorbant, cu contur adeziv, pentru fixare fermă pe tegument</li> <li>* actioneaza pe principiul hidrofobiei, colectând microorganismele patogene din plagă</li> <li>* previne contaminarea /infectarea plăgii</li> <li>* contine un strat de silicon si un pad de absorbtie poliuretanic</li> <li>*NU conține:substanțe chimice, dezinfectante, antibiotice, ioni de argintsau de cupru</li> <li>* este indicat pentru managementul controlat al exudatului plăgii * are efect antialgic, conferit de grosimea padului de 5 mm *prezinta eficacitate bacteriana si fungicida demonstrată în studii clinice,inclusiv împotriva MRSA si VRE (la solicitarea autorității contractante, se vor pune la dispoziție documente suport) * suprafața pansamentului este impregnată cu DACC (dialkilcarbamoilclorid) * permite ventilarea patului plăgii și pătrunderea exudatului la straturile superioare ale padului de absorbtie *permite vizualizarea colectării exsudatului pe fața exterioră * permite dezvoltarea rezistenței microbiene</li> <li>* este indicat pentru orice tip de plaga contaminata sau infectată bacterian și/sau fungic, de exemplu: <ul style="list-style-type: none"> <li>•plagi de suprafata, fara adancime mare</li> <li>•plagi aparute dupa excizia fistulelor sau a abceselor</li> <li>•plăgi postoperatorii</li> <li>•plăgi traumatice</li> </ul> </li> <li>* este indicat în scop profilactic, cât si curativ, în cazul colonizării sau infectării la nivelul inciziei *poate fi aplicat și persoanelor cu sensibilitate crescuta și/ sau atopii * previne citotoxicitatea – pansamentul trebuie sa capteze ireversibil, atât biofilmul cât și patogeni, fără să-i distrugă * previne eliberarea de endotoxine bacteriene la nivelul plăgii * poate fi păstrat pe plagă de la 1 – 3 zile, în funcție de cantitatea de exsudat *este de unică folosință *este ambalat în folie, individual și steril (prin metoda Razelor Gamma) *dimensiuni: 7.5cm x 7.5cm</li> </ul>	Minim 12 luni de la data livrării
10	Cutimed siltec sorbact hydroactive B - pansament antimicrobial hidrofob cu matrice de hidropolimer cu contur adeziv 14/14	30	150	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>* este sub forma unui pansament absorbant, cu adeziv pe contur, pentru fixare de tegument</li> <li>* actioneaza pe principiul hidrofobiei, colectând microorganismele patogene din patul plăgii</li> <li>* previne contaminarea/infectarea plăgii</li> <li>* NUconține:substanțe chimice, biocide, antibiotice, ioni de argint sau de cupru * are eficacitate bacteriana si fungicida inclusiv împotriva MRSA si VRE (la solicitarea autorității contractante, se vor pune la dispoziție documente suport) * suprafața pansamentului este impregnată cu DACC (dialkilcarbamoilclorid) * previne dezvoltarea</li> </ul>	Minim 12 luni de la data livrării

							<p>rezistentei microbiene * este indicat pentru orice tip de plagă contaminată sau infectată bacterian și/sau fungic, de exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*plagi de suprafață, fara adancime mare</li> <li>*plagi aparute dupa excizia fistulelor sau a abceselor</li> <li>*plagi postoperatorii</li> <li>*plagi traumatice</li> </ul> <p>*plagi cronice la nivelul venelor, arterelor sau la ulcer diabetic sau ulcere de presiune (escare), picior diabetic</p> <p>* poate fi utilizat pentru debridarea autolitică a plăgilor încrustate *poate fi aplicat persoanelor cu sensibilitate crescuta și/sau atopii * nu prezinta citotoxicitate</p> <p>* nu produce eliberarea de endotoxine bacteriene la nivelul plăgii * este eficient în plagă de la 1 – 3 zile, în functie de gradul exsudării * previne macerarea țesuturilor * permite schimbarea atraumatica</p> <p>* genereaza permanent un mediu umed la nivelul plăgii, pentru a favoriza vindecarea fiziologică * este unică folosință * este ambalat în folie individual și steril (prin metoda Razelor Gamma) *dimensiunile 14cm x 14cm</p>	
11	Dispozitiv de fixare a măștii laringiene adulți	15	90	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Sistem de fixare a mastii (de oxigen/ventilatie) confortabil si reglabil. Curele elastice reglabile, compatibile cu mastile de ventilatie. Material hipoalergenic. De unica folosinta. Prinderi sigure pe masca fara a afecta siguranta etansei. Dimensiuni ajustabile pentru marimi adulte.	Minim 12 luni de la data livrării
12	Dispozitiv de fixare a plaselor cu capse neresorabile din TITAN	3	24	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	DISPOZITIV DE FIXARE A PLASELOR CU CAPSE NERESORBABILE DIN TITAN: instrument steril pt fixarea plaselor in chirurgia laparoscopica , cu agrafe neresorabile din titan . Dimensiunea tijei : 35,5 cm . Diametrul 5 mm . Instrumentul este preincarcat cu 30 agrafe helicoidale din titan de 4 mm diametru si inaltimea 3,8 mm . Steril, de uz unic.	Minim 12 luni de la data livrării
13	Dispozitiv de fixare a plaselor cu capse resorbabile	3	21	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Instrument steril pt fixarea plaselor in chirurgia laparoscopica cu agrafe absorbabile din copolimer , poliester sintetic . Dimensiunea tijei 36 cm . Diametru 5 mm . Instrumentul este preincarcat cu 30 agrafe absorbabile . Uz unic.	Minim 12 luni de la data livrării
14	Electrozi defibrilare Corpuls	6	21	pereche	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Multifunctionali pentru defibrilator compatibil Corpuls sau echivalent ; - Destinat: Adulti - Mod de ambalare: pereche individuala - 10 perechi / cutie - prezinta marca CE si sunt avizati de MS.	Minim 12 luni de la data livrării
15	Electrozi defibrilare Lifepack	3	15	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	adult Quick Combo sau echivalent , - pentru defibrilatoare Lifepak sau echivalent , - cu sistem de preconnectare REDI-PAK sau echivalent	Minim 12 luni de la data livrării
16	Fesi tifon 10/10	500	5000	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Fasa tifon, confectionata din bumba 100%, fara impuritati, aspect alb, fara miros. Rezistent la rupere, neiritabila. Dimensiune 10mx10 cm. Timp de absorbtie ≤ 10 sec. Ph neutru- asigura utilizare fara iritatii. Ambalat individual	Minim 12 luni de la data livrării
17	Fesi tifon 10/15	450	6000	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Fasa tifon, confectionata din bumba 100%, fara impuritati, aspect alb, fara miros. Rezistent la rupere, neiritabila. Dimensiune 10mx15 cm. Timp de absorbtie ≤ 10 sec. Ph neutru- asigura utilizare fara iritatii. Ambalat individual	Minim 12 luni de la data livrării
18	Filtru HEPA	30	150	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Filtru antibacterial, si antiviral, care sa asigure reducerea contaminarii incrustate intre echipament si pacient, cu eficienta de filtrare bacteriala si virala de cel putin 99,9999% si sa prezinte proprietati de tip HEPA. Volumul intern sa fie de minim 170 ml . Zona de filtrare sa fie de minim 950 cm patrati . Domeniul de	Minim 12 luni de la data livrării

							flux sa fie intre minim 0 si maxim 3,3 litri /s . Filtru sa fie conform ISO 23328-1:2003 si directivei 93/42/EEC .	
19	Ghid teflonat 0,035 extradur cu varf in J, 3 mm	5	40	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Partea dura sa fie foarte rigida pentru depasirea kinkingurilor de artere iliace sau aorta Sa aiba miez fix Sa fie teflonat pe toata lungimea Sa aiba 260 cm lungime Cu varf in J de 3 mm	Minim 12 luni de la data livrarii
20	Electrozi electrostimulare pentru defibrilator	1	15	set	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Set de 2 electrozi cu dimensiunea de 105 mm x 155 mm. De unica folosinta, prevazut cu sistem de conectare directa la cablu si defibrilator. Materialul de sustinere este o spuma de PE alba, flexibila, impermeabila, cu celula deschisa, prevazuta cu adeziv acrilic bicompatibil. Zona conductoare este compusa din folie metalica acoperita cu hidrogel conductiv pe baza de acril, bicompatibil, conceput pentru a permite transmiterea uniforma a curentului electric pe intreaga suprafata a electrodului. Suprafata activa - aproximativ 76.92cm <sup>2</sup> . Cablu de conectare realizat din cupru multifilar, cu acoerire din PVC netoxic, lungime minima 1,2 m. Mufa reaizata din material plastic. Ambalat individual. Conform standardelor CE	Minim 12 luni de la data livrarii
21	Husa dispozitive laparoscopice	70	800	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Husa sterila pentru cabluri si camere laparoscopice. Dimensiuni : 13x250cm . Sterila, ambalata individual, cu pliu telescopic cu varf ascutit, cu banda adeziva pentru fixare si carton cu orificiu pentru ghidarea introducerii echipamentului	Minim 12 luni de la data livrarii
22	Indicator sterilizare la rece	45	450	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Indicatori chimici pentru sterilizare la rece. Tip: indicator chimic. Schimbare vizibila la culoare. Unica folosinta. Conformitate: standarde ISO pentru sterilizarii.	Minim 12 luni de la data livrarii
23	Lama SHAVER artroscopie	20	75	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Lama Shaver cu sistem inductiv de detectie automata in consola. Compatibila cu Shaver Stryker. Teaca si lama agresiva (cu zimti) si neteda ( fara zimti)	Minim 12 luni de la data livrarii
24	Marker steril cu rigla sterila pentru uz chirurgical	3	24	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Instrument pentru marcaj cutanat preoperator. Marker steril. Rigla gradata inclusa. Cerneala non-toxica. Unica folosinta. Conformitate CE.	Minim 12 luni de la data livrarii
25	Masca chirurgicala UF. Cu 3 pliuri	100	700	cutie	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Masca chirurgicala pentru protectie respiratorie. 3 pliuri, Material netesut, polipropilena cu 3 straturi de filtrare. Cu elastic si piesa metalica nazala pentru o buna fixare. 50 buc/cutie Conform standardelor EN 14683, CE	Minim 12 luni de la data livrarii
26	Masca oxigen + tub adult	600	3000	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Dispozitiv pentru administrarea oxigenului, destinat adult. Tub inclus. Material PVC medical transparent. Unica folosinta. Steril. Conformitate CE	Minim 12 luni de la data livrarii
27	Masca oxigen cu nebulizator	90	750	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	masca tip PVC transparent, non-toxic, fara latex, prevazut cu doua gauri laterale. Cu lamela din aluminiu ajustabila, pentru zona nasului. Cu banda de fixare din elastic si bumbac, fara continut latex Tub de 2,10 m rezistent la indoire, cu sectiune in forma de stea, pentru prevenirea blocarii fluxului de oxigen. Diametru interior tub 3 mm, diametru exterior tub 5 mm, nebulizator de 8 ml. Sterile, uz unic. Conformitate CE.	Minim 12 luni de la data livrarii
28	Mască pt. ventilatie non-invazivă nas+gură cu valva mărimea L	20	150	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Masca pentru suport ventilator. Acoperire nas si gura. Valva expiratorie integrata. Dimensiune adult. Material hipoalergenic. De unica folosinta. Sterila. Conformitate CE. Marime L	Minim 12 luni de la data livrarii
29	Mască pt. ventilatie non-invazivă nas+gură cu valva mărimea M	20	150	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Masca pentru suport ventilator. Acoperire nas si gura. Valva expiratorie integrata. Dimensiune adult. Material hipoalergenic. De unica folosinta. Sterila. Conformitate CE. Marime M	Minim 12 luni de la data livrarii
30	Mască pt. ventilatie non-invazivă nas+gură cu valva mărimea S	20	150	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Masca pentru suport ventilator. Acoperire nas si gura. Valva expiratorie integrata. Dimensiune adult. Material hipoalergenic. De unica folosinta. Sterila. Conformitate CE. Marime S	Minim 12 luni de la data livrarii

31	Mască pt.ventilatie non-invazivă nas+gură cu valva mărimea XL	20	150	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Masca pentru suport ventilator. Acoperire nas si gura. Valva expiratorie integrata. Dimensiune adult. Material hipoalergenic. De unica folosinta. Sterila. Conformitate CE. Marime XL	Minim 12 luni de la data livrării
32	Ochelari protectie plastic	20	100	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Ochelari de protectie transparenti, functie antiaburire, rezistenti la zgarieturi si impact.	Minim 12 luni de la data livrării
33	Piesa in „T,, pentru nebulizare/aerosol	5	25	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Compatibilă cu circuitul de ventilajie pacienți - Cu 3 brațe cu calibrul de 15/22/15 mm - Bază cu port de 7,6 mm	Minim 12 luni de la data livrării
34	Plasa chirurgicala 30x30cm	30	300	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Plase chirurgicale 30 cm x 30 cm , material polipropilena , transparenta, elastica si rezistenta. Elasticitate unidirectionala astfel incat plasa sa poata fi taiata fara a se desira , biocompatibila, ambalata individual , sterila. Uz unic. Conformitate CE.	Minim 12 luni de la data livrării
35	Plasturi cu gel pentru arsuri gradul I/2/3 10x10 cm	30	200	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Fabricate din spuma sterila , inmuiate in gel , care au efect de racire, calmare a durerii asupra arsurilor si protejeaza impotriva infectiilor . Nu se lipestesc sau umezesc . Indicate pt arsuri de gradul I , II si III . Dimensiune : 10cm x 10cm	Minim 12 luni de la data livrării
36	Plasturi fixe branule 7cm x 9cm	500	1500	cutie	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Plasture autoadeziv, hipoalergenic, cu pad absorbant, cu un strat adeziv (hipoalergen pe baza de cauciuc sintetic si hidroalergen acrilic) si semipermeabila, impermeabila pentru apa. Materialul netesut sa includa o deschizatura acoperita cu o pelicula din poliuretan care sa permita observarea locului punctiei., nu permite patrunderea germenilor si apei, transparent, cu suprafata textilă pentru fixarea branulelor 6cm - 7cm x 8cm -9 cm. Cutie x 50 plasturi sau cutie x 100 plasturi . Valabilitate minim 18 luni	Minim 12 luni de la data livrării
37	Plasturi recoltare rotunzi	150	800	cutie	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Plasturi adezivi utilizati dupa recoltarea probelor de sange. Forma rotunda. Material hipoalergenic. Unica folosinta. Conformitate CE	Minim 12 luni de la data livrării
38	PLOSCA MEDICALA CARTON UZ UNIC	120	1000	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Recipient pentru eliminarea lichidelor biologice. Material: carton medical impermeabil. Unica folosinta. Capac inclus. Conformitate CE	Minim 12 luni de la data livrării
39	Saci autoclavabili 68 L	30	150	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Saci autoclavabili 68 litri, rezistenti la temperaturi de autoclavare, indicator de sterilizare inclus. Unica folosinta. Conformitate CE	Minim 12 luni de la data livrării
40	Scutec adulti L	90	1200	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Miez absorbant dublu cu superabsorbant - capacitate mare de absorbtie si senzatia de uscat . Suprafata exterioara izolanta, ce nu permite pielii sa respire - Volanase laterale hidrofobe, cu fire elastice - protejeaza impotriva scurgerilor. Indicator de umiditate - informeaza despre necesitatea schimbarii scutecului. Sistem de prindere adeziv, lat , cu ajustare optima pe corp. Forma anatomica. Marimea L	Minim 12 luni de la data livrării
41	Scutec adulti XL	450	4500	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Miez absorbant dublu cu superabsorbant - capacitate mare de absorbtie si senzatia de uscat . Suprafata exterioara izolanta, ce nu permite pielii sa respire - Volanase laterale hidrofobe, cu fire elastice - protejeaza impotriva scurgerilor. Indicator de umiditate - informeaza despre necesitatea schimbarii scutecului. Sistem de prindere adeziv, lat , cu ajustare optima pe corp. Forma anatomica. Marimea XL	Minim 12 luni de la data livrării
42	SERINGA HEPARINATA	150	800	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Seringa heparinata de 2 ml pentru gaze sanguine . Dispozitiv medical steril de diagnostic in vitro, esentiale in prelevarea, stocarea si transportul probelor de sange arterial. Preumplute cu heparina lichida compensata cu electroliti , asigurand astfel stabilitatea si acuratetea analizelor de pH, gaze snaguine, electroliti, metaboliti si oximetrie. Conexiune Luer Splip, compatibile cu majoritatea analizatoarelor de gaze sanguine. Capac autostop. Capacitate 2 ml. Pre-umplute cu heparina 50 I.U./ml. Sterile,	Minim 12 luni de la data livrării

							ambalate individual. Conformitate CE.	
43	Set cateter arterial pentru masurarea invaziva a presiunii sanguine G18	30	200	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Set complet pentru monitorizarea invaziva a tensiunii arteriale. Unica folosinta, steril. Conformitate CE, standarde ATI. Contine ac punctie otel inoxidabil, ghid metalic, atraumatic, fabricat din otel inoxidabil cu varf drept, flexibil, cateter cu aripioare de fixare. Sistem de fixare tip "luer-lock". Marcaj in cm si linie radioopaca. Dimensiune cateter 18 G	Minim 12 luni de la data livrarii
44	Set cateter arterial pentru masurarea invaziva a presiunii sanguine G20	25	150	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Set complet pentru monitorizarea invaziva a tensiunii arteriale. Unica folosinta, steril. Conformitate CE, standarde ATI. Contine ac punctie otel inoxidabil, ghid metalic, atraumatic, fabricat din otel inoxidabil cu varf drept, flexibil, cateter cu aripioare de fixare. Sistem de fixare tip "luer-lock". Marcaj in cm si linie radioopaca. Dimensiune cateter 20 G	Minim 12 luni de la data livrarii
45	Set implanturi pentru ligamentoplastie LIA CU BUCLA FIXA	20	80	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Sistem de fixare ligamentara prin suspensie cu bucla fixa (1 bucata). Sistem de fixare femurala folosit la reconstructiile artroscopice de ligament incrucisat anterior si posterior . Implant femural din Titan de forma dreptunghiulara prevazut cu o bucla continua din polyester complet inextensibila. Implant prevazut cu 4 orificii de sutura, 2 dintre ele pentru fixarea buclei chirurgicale, iar celelalte 2 pentru firele de tractiune. Implantul din titan se pozitioneaza pe corticala femurala. Bucla din polyester are dimensiuni cuprinse intre 10 si 60mm, din 5 in 5 mm. Asigura fixarea pe un canal de 4.5mm. Implantul femural se autoblocheaza la iesirea din femur . Variante disponibile: semitendinos, os-tendon-os, tunele femurale scurte. Extensie de 20mm a suprafetei de contact cu corticala, in variant rotunda sau ovala . Livrare impreuna cu 2 fire de sutura din fibra de polietilena UHMW: un fir de tractiune USP5 si un fir de pozitionare USP2 . Livrare impreuna cu instrumentarul specific de implantare precum si instrumentarul specific recoltarii si prelucrarii grefei ligamentare (banc de lucru pentru grefa). De unica folosinta, ambalat individual . Steril 3 ani de la livrare	Minim 12 luni de la data livrarii

46	Sistem de fixare ligament INCRUCISAT ANTERIOR CU FIXARE FEMURALA CU IMPLANT DE TIP BUTON CU BUCLA AJUSTABILA	15	75	buc	Sediul Autoritatii contractante Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Sistem de fixare femurala cu implant de tip buton cu bucla AJUSTABILA. Sistem de fixare femurala folosit la reconstrucțiile artroscopice de ligament încrucișat anterior și posterior. Firul de sutura al implantului sa fie fir ortopedic, rezistent, cu 2 componente de material (polietilena UHMWPE și polyester) de culoare alb și albastru. Fixare pe corticala externă femurală sa se facă pe toată suprafața butonului. Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie în minim 4 puncte distincte. Sistemul de fixare femurală sa permită tragerea și fixarea ireversibilă a greșii în capatul canalului femoral, fără a exista spațiu gol între capatul grefonului și tunel. Sistemul de măsurare și forare a canalului femoral pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singură manevră cu o broșă de maxim 4 mm în diametru. Implantul sa se potrivească canalelor de os cu dimensiuni cuprinse între 2 și 6 cm. Disponibil pentru tehnica de reconstrucție LIA și LIP all-inside. Disponibil pentru variantă de fixare os-tendon-os. Disponibil în variantă de implant cu buclă ajustabilă fără buton pentru intervențiile LIA și LIP all-inside, butonul sa se poată aplica ulterior pe corticala externă. Butonul din Titan, cu formă rotundă și concavă, cu diametru între 11 și 20 mm și să fie prevăzut cu canturi pentru introducerea suturii prin el. pe toată durata contractului sa se pună la dispoziție trusa de instrumentar pentru intervențiile de tip LIA, LIP all inside	Minim 12 luni de la data livrării Minim 12 luni de la data livrării
47	Sistem de fixare ligamentară cu surub de interferență BIOINERT	90	150	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Suruburi de interferență cu cap hemisferic, varf conic, filet rotunjit, filetul fiind pe toată lungimea surubului. Confectionat din polimer PEEK. Canulate cu diametrul intern de 1,2mm pentru broșă de 1,2mm. Suruburi cu dimensiuni între 6 și 12 mm. Lungimea surubului între 20 și 35 mm, cu pas de 5mm. Disponibil în variantă cu filet inversat. Sterile 3 ani de la livrare De unică folosință Ambalat individual Livrat cu surubelnița specială cu profil, care va intra în surub în toată adâncimea acestuia, canulată pentru broșă de 1,2mm Livrare împreună cu instrumentarul specific	Minim 12 luni de la data livrării
48	Sistem de fixare suplimentară PENTRU LIGAMENTOPLASTIE	90	150	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Implant tibial Cobalt-Crom Dimensiune 8mm Special pentru fixarea ligamentului încrucișat anterior Folosit pentru fixarea tendoanelor și ligamentelor Prevăzut cu pini centrali care ajută la fixarea mai bună Risc scăzut de necroză Livrat împreună cu instrumentarul specific pentru implantare. De unică folosință. Ambalat individual. Steril	Minim 12 luni de la data livrării
49	Sonda Blackmore	3	12	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Sonda confectionată din latex, non-alergic, de lungime 110-120 cm, produs steril ce se poate folosi pentru tamponamentul varicelilor esofagiene. Prevăzută cu două mânășoane în care se introduce aer cu rolul de a tampona varicele esofagiene și două baloane din latex siliconat. Să dețină marcaj de adâncime. Prevăzută cu inel radioopac între baloane. Varful distal să fie închis, cu 4 ochi Murphy. Marime CH 18.	Minim 12 luni de la data livrării
50	Sonda Foley cu 2 cai CH 12	100	450	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Dispozitiv medical steril, de unică folosință. Fabricat din latex siliconat. Prevăzut cu 2 canale separate. Lungime standard 40 cm, adaptată corpului adult. Conformitate CE. Marime 12.	Minim 12 luni de la data livrării
51	Sonda Foley cu 2 cai CH 14	250	750	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Dispozitiv medical steril, de unică folosință. Fabricat din latex siliconat. Prevăzut cu 2 canale separate. Lungime standard 40 cm, adaptată corpului adult. Conformitate CE. Marime 14.	Minim 12 luni de la data livrării

52	Sonda Foley cu 2 cai CH 16	400	1500	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Dispozitiv medical steril, de unica folosinta. Fabricat din latex siliconat. Prevazut cu 2 canale separate. Lungime standard 40 cm, adaptata corpului adult. Conformitate CE. Marimea 16.	Minim 12 luni de la data livrării
53	Sonda Foley cu 2 cai CH 18	400	1200	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Dispozitiv medical steril, de unica folosinta. Fabricat din latex siliconat. Prevazut cu 2 canale separate. Lungime standard 40 cm, adaptata corpului adult. Conformitate CE. Marimea 18.	Minim 12 luni de la data livrării
54	Sonda Foley cu 2 cai CH 20	90	450	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Dispozitiv medical steril, de unica folosinta. Fabricat din latex siliconat. Prevazut cu 2 canale separate. Lungime standard 40 cm, adaptata corpului adult. Conformitate CE. Marimea 20.	Minim 12 luni de la data livrării
55	Șorț de unica folosință (echipament de protecție ATI)	30	150	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Unica folosinta, conformitate CE.	Minim 12 luni de la data livrării
56	Stent graft pentru angioplastie coronariana	4	8	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	1.) Sa prezinta o structura de ultima generatie intr-un singur strat - un stent cu membrana de acoperire care sa permita tratamentul percutan rapid al perforatiilor coronariene; 2.) Sa fie flexibil si cu un profil mic de traversare a leziunii pentru siguranta in utilizare; 3.) Sa fie disponibil in diametre de la 2.5 la 5.0 mm;	Minim 12 luni de la data livrării
57	Trusa cricotiroidotomie	1	5	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Canula pentru cricotiroidotomie de urgenta, cu balon Quicktrach sau echivalent , utilizata pentru o ventilatie rapida si sigura a pacientilor cu obstructii ale cailor aeriene superioare, cand intubatia sau traheostomia este imposibila. - Acul de punctie cu varf special pentru a putea fi realizata punctiunea tegumentului fara a necesita incizie cu bisturiul, reduce riscul de sangerare - Setul mai contine banda textila pentru fixarea canulei care are la capete un sistem velcro de prindere, tub din silicon de 20 cm lungime pentru adaptarea la sistemul de ventilatie.	Minim 12 luni de la data livrării
58	Tub de testare HELIX (1,5m) pentru testarea zilnica a penetrantei aburului (+benzi de testare)	40	250	set	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Dispozitiv pentru verificarea penetrantei aburului in instrumentarul cavitat cu lumen ingust, de 1,5 m lungime, diametru interior de 2 mm, confectionat din PTFE sau silicon de inalta rezistenta capabil sa suporte temperaturi ridicate (compatibil cu autoclav standard ), cu capsula ermetica din plastic rezistent la unul din capete pentru introducerea indicatorului chimic (benzi de testare care isi schimba culoarea uniform in prezenta aburului). Setul sa contina benzi de testare aferente compatibile ( de obicei 250/set)	Minim 12 luni de la data livrării
59	Tub irigație compatibil cu linia laparoscopica Stortz 3D	20	80	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Stortz Endomat Select UP 210	Minim 12 luni de la data livrării
60	Tub PRELUNGITOR OXIGEN	50	600	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Tub pentru prelungirea circuitului de oxigen. Lungime minim 2 m. Compatibil cu sistemele standard de oxigen. Material PVC medical. Unica folosinta. Conformitate CE.	Minim 12 luni de la data livrării
61	Tubulatura ventilatie mecanica	300	1800	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Tuburi de ventilatie mecanica pentru pacienti adulti cu diametrul de 22 mm, min 150 cm lungime, tub inspir, tub expir; tub balon si balon cu diametru 22mm, min 100 cm lungime, diametrul 22 mm. Balonul sa nu contina latex. Volum minim balon 2 litri. Conector cotit cu port alimentare gaz inclus. Circuitul sa includa piesa in Y, conector cot. Toate componentele circuitului respirator precum si accesoriile sa fie obligatoriu de uz unic, in ambalaj individual, steril.	Minim 12 luni de la data livrării
62	Perfuzor fluide fara camera pentru administrarea substantei de contrast	50	1000	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	*Din material plastic tip pvc transparent pentru buna vizualizare; * Lungime 180-185 cm; * Sa fie prevazute cu spike pentru perforarea dopului flaconului de contrast, fara camera si cu rotita pentru reglarea debitului.	Minim 12 luni de la data livrării

63	Stent graft pentru angioplastie coronariana periferica	3	10	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sa prezinta o structura de ultima generatie intr-un singur strat - un stent cu membrana de acoperire care sa permita tratamentul percutan rapid al perforatiilor coronariene periferice;</li> <li>* Sa fie flexibil si cu un profil mic de traversare a leziunii pentru siguranta in utilizare;</li> <li>* Sa fie disponibil in diametre de la 2.5 la 5.0 mm;</li> </ul>	Minim 12 luni de la data livrarii
64	Plasture steril 10*8 cm	400	2000	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Plasture steril cu corp absorbant si margine autoadeziva. Ambalat individual, steril. Suport material netesut. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii. Contactul cu plaga se realizeaza prin intermediul microplasmiei hidrofobe, care impiedica aderarea corpului absorbant de plaga. Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Dimensiune 10x8 cm	Minim 12 luni de la data livrarii
65	Electrod HOOK in forma de J	3	30	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Instrument pt disectie monopolara laparoscopica - poate fi introdus pe trocar de 5 mm . Forma varfului - litera J , lungime 36 cm , steril, uz unic.	Minim 12 luni de la data livrarii
66	Roła hartie termica 55 mm	99	300	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Roła hartie termica 55 mm	Minim 12 luni de la data livrarii
67	Filtru Dräger	3	90	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Dräger WaterLock 2. Oferă măsurători sigure și precise ale gazelor. Usor de manevrat. Prezintă 2 membrane din PTFE combinate cu 2 filtre autoetansate care separă eficient apa condensată și secrețiile care conțin contaminanți nocivi. Prezintă etansări polimerice superabsorbante în spatele membranelor din PTFE. Conformitate CE.	Minim 12 luni de la data livrarii
68	Stent cu substante antiproliferative (DES) autoapozabil pentru procedure de dilatare percutana	4	10	BUC	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Material stent : nitinol, care sa permita apozabilitatea per se a stentului la pretele vascular, cu evitarea apozitiei incomplete si/sau asimetrice;</li> <li>* Substanta activa : sirolimus sau echivalente ;</li> <li>* Polimer biocompatibil si hidrofil pentru facilitarea accesului in leziuni dificile;</li> <li>* Design cu celula inchisa si interconectori detasabili intraprocedural pentru facilitarea accesului in ramuri secundare si reducerea timpului si costului procedurii in leziuni de bifurcatie ;</li> <li>* Grosime struturi &lt; 70 microni, 2 markeri radio-opaci la capetele stentului</li> <li>* Premontat pe balon, compatibil cu cateter ghid 6F si arc ghid 0.014 inch ;</li> <li>* Disponibil in diametre pentru vase mici (2.5 – 3 mm), medii (3.0 – 3.5 mm) si mari (3.5 – 4.0 mm)</li> <li>* Lungimi disponibile pana la 37 mm ;</li> <li>* Indicatii : vase de calibru foarte mare, vase ectazice, leziuni cu trombus, leziuni de bifurcatie, leziuni de trunchi comun coronara stanga si vase de calibru neuniform</li> </ul>	Minim 12 luni de la data livrarii
69	Ghid dirijabil 0,014 specific pentru deobstructii coronariene cronice	4	50	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	*Sa fie conceput special pentru deobstructii coronariene cronice *Sa aiba shaftul cu dimensiune 0,014" *Varful sa fie radioopac cu ultimul 1 cm cu grosime de 0,014" *Sa aiba duritati diferite crescânde ale vârfului de la 3g la 13g *Sa aiba lungimea 190 cm si sa se poata prelungi la 300 cm cu prelungitor de ghid specific	Minim 12 luni de la data livrarii
70	Alcool etilic 96 grade	3	50	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Acool etilic - uz nealimentar, 96 grade volum, flacon 1 L, pro analize	Minim 12 luni de la data livrarii

71	Bandaj hemostatic quickcloth sau echivalent	3	30	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Bandaj hemostatic pentru oprirea in urgenta a hemoragiilor externe severe. - Impregnat cu Substanța activa: caolin mineral natural derivat din rocă vulcanică - Mod de actionare: absoarbe moleculele de apă concentrând astfel factorii de coagulare existenti în sânge și favorizând formarea cheagului. - aplicare usoara, hipoalergenic, bioinert (fără risc de transmitere a unor boli).	Minim 12 luni de la data livrării
72	Lama burr	3	12	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	Lama BURR 6 flute. Cu sistem inductiv de detectie automata in consola. Compatibila cu SHAVER STRYKER	Minim 12 luni de la data livrării
73	Circuit/tubulatură ventilație mecanică cu sensor de flux	30	300	buc	Sediul Autoritatii contractante	Esalonat, pe baza de comanda scrisa	De unică folosință - Lungime 180 cm - Set pre-asamblat cu adaptor cotit și sensor de flux - Compatibil ventilator Hamilton C1, Ref. 260087	Minim 12 luni de la data livrării

În cadrul prezentei achiziții materialele sanitare ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

Orice referire la standarde va fi însoțită de mențiunea "Sau echivalent", fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

### 3.4. Garanție / Termen de valabilitate

Ofertantul:

- acorda produselor termenul de valabilitate precizat la 3.3.1.
- garanteaza ca produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un efect negativ ca urmare a utilizarii in actul medical, sau oricarei alte actiuni sau omisiuni ale furnizorului, sunt conforme cu specificatiile tehnice, fara nici un fel de neconformitate sau viciu ascuns si ca acestea vor putea fi folosite in conditii normale.
- raspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractanta fiind in drept sa solicite inlocuirea gratuita a celor care nu corespund cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini, prezinta vicii ascunse sau nu se incadreaza in termenul de valabilitate solicitat. Acestea se vor inlocui pe cheltuiala furnizorului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data comunicarii constatarii acestora.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data acceptării produselor.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, etc.);
- ii. transport prin intermediul transportatorului;
- iii. înlocuirea produselor/ loturilor cu defecte;

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de obiectivul medical al utilizării având ca referință pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

### 3.5. Livrare, ambalare, etichetare, transport

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte și este de 5 zile lucratoare de la data primirii comenzilor. Comenzile aferente contractelor subsecvente vor fi efectuate în funcție de necesar și de fondurile alocate autorității contractante.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de autoritatea/entitatea contractantă. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Produsele vor fi ambalate în conformitate cu prevederile legale, fiecare produs fiind ambalat în ambalajul producătorului, iar produsele care fac parte dintr-un lot vor fi ambalate împreună într-

un ambalaj, pe care se va menționa numărul lotului și denumirea.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

Destinația de livrare este Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” Pitesti (UM 02497 Pitesti), str. Negru Voda, nr. 47, loc. Pitesti, Jud. Arges, cod 110069.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

#### **4. Atribuțiile și responsabilitățile Părților**

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

##### **Ofertantul are următoarele obligații principale:**

- a. mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,
- b. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,
- c. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,
- d. transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului
- e. colaborarea cu personalul autorității/entității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,
- f. reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârziere în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entității contractante,
- g. asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,
- h. colaborarea cu personalul autorității/entității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

##### **Autoritatea/entitatea contractantă are următoarele obligații principale:**

- a. desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,
- b. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini,
- c. mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,
- d. colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,
- e. asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului,
- f. monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului,
- g. notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,
- h. verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

#### **5. Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul**

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt:

- Declarația de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă;

- Fisa tehnica a produsului oferat
- Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii din care sa reiasa autorizarea firmei distribuitoare pentru activitati de import, comercializare si depozitare a materialelor sanitare;
- Manualele de folosire / operare a produselor;
- Documente care sa ateste compatibilitatea materialelor solicitate cu aparatele pentru care sunt solicitate .

## 6. Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de factura si/ sau proces verbal semnat de contractant și reprezentanții autoritatii/entitatii contractante. Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după punere în utilizare și testare a produselor

Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

- a) admiterea recepției cu sau fără obiecții;
- b) suspendarea recepției;

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

- i. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate;
- ii. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
- iii. se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;
- iv. Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini(dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea/entitatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 10 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

- c) respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

## 7. Modalități și condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale.

Plățile în favoarea contractantului se vor efectua în termen de 60 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către AC/EC și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise conform procedurii interne de primire a facturilor adoptată de autoritatea/entitatea contractantă.

Factura reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos

- a) declarația de conformitate
- b) avizul de expediție a produsului

## 8. Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv :

- i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
- ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
- iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
- iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
- v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
- vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
- vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
- viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
- ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
- x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
- xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);
- xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

## 9. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea/entitatea contractantă verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului) și presupune **coordonarea** continuă, **monitorizarea** și **controlul** tuturor activităților și rezultatelor realizate de contractant.

- 1) **Coordonarea** implică:
  - a) coordonarea resurselor implicate și a activităților realizate în executarea contractului;
- 2) **Monitorizarea** implică:
  - a) Analiza/măsurarea și evaluarea modalității de executare a obligațiilor contractuale prin raportare la prevederile contractuale. Pentru activitățile de monitorizare se utilizează cel puțin următoarele elemente:
    - i. Informațiile din propunerea tehnică, pe baza cerințelor din caietul de Sarcini,
    - ii. Informațiile din propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată;
  - b) Constatarea conformității prin acceptarea produselor livrate, pe baza procedurii și criteriilor de recepție incluse în caietul de sarcini, condițiile contractuale;
- 3) **Controlul** implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la condițiile contractuale, constatate în cadrul întâlnirilor dintre contractant și autoritatea /entitateacontractantă .