

SPECIFICATIE TEHNICA

Producator:

SISTEM INCALZIRE FLUIDE PERFUZABILE

CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE	Cantitate	DA	NU	DOCUMENT DE REFERINTA / PAGINA
CARACTERISTICI	2 buc			
<p>Specificatii tehnice Dispozitivul sa permita incalzirea si mentinerea temperaturii obtinute pentru sange (in cazul transfuziilor pentru toate grupele de pacienti - adult , pediatric , neonatal) , solutii medicale , solutii nutritive precum si a oricarei alte solutii ce se administreaza pacientului in toate sectiile unei unitati medicale in vederea evitarii producerii de hipotermie.De asemenea trebuie sa asigure perfuzarea directa la pacient a solutiilor incalzite amintite anterior pentru a prevenii posibile pierderi de caldura.</p> <p>Echipamentul sa fie prevazut cu un monitor touchscreen de minim 8 inch cu intervale de temperatura reglabila (intre 32 si 42 C cu increment de 0.1 C) si 2 canale separate si independente unul de celalalt de incalzire a solutiilor amintite anterior</p> <p style="padding-left: 40px;">Echipamentul nu necesita circuit special pentru incalzit si administrat solutiile ,se pot utiliza trusele de perfuzie/transfuzie care se utilizeaza in sectie.</p> <p>Echipamentul asigura incalzirea simultan a doua solutii cu reglare independenta a temperaturii,are doua posturi cu actionare individuala ,putand sa se administreze doua solutii la acelaasi pacient sau concomitent la doi pacienti cu cale separata de administrare.</p> <p>Greutatea dispozitivului sa fie de maxim 2,5 kg si dimensiunile acestuia (unitatea de baza) sa se incadreze in intervalul 170x236x65 mm +- 3%,dispozitivul este prevazut cu clema de prindere pe stativ</p> <p>Timpul de preincalzire sa nu fie mai mare de 90 secunde in intervalul 23-36 C</p>				

<p>Sa beneficieze de minim 3 alarme independente de supraincalzire la 43 C , 48 C si 51 C</p> <p>Sa suporte functie wireless in vederea comunicarii cu sistemul central de informatii al spitalului</p> <p>Certificarea pentru contactul cu lichide - IPX2 si protectie la defibrilare</p> <p>Sa aiba un consum de maxim 200VA si alimentare la 100-240VAC/50Hz-60Hz</p>				
CONFIGURARE DE LIVRARE				
<p>Specificatii de livrare :</p> <p>Incalzitor solutii perfuzate cu 2 canale de incalzire – 2 buc</p> <p>Cablu de alimentare – 2 buc</p> <p>Clema prindere stativ -2 buc</p> <p>Stative -2buc</p>				
<p>Echipamentul îndeplineste toate condițiile legale pentru punerea pe piață în România</p> <p>Sistem de management al calitatii EN ISO 9001:2015</p> <p>Certificat ISO pentru producator</p> <p>Declaratie de conformitate CE</p> <p>Aviz de functionare emis de catre Ministerul Sanatatii</p>				
<p>Echipamentele vor fi etichetate (inseriate) de către furnizor/fabricant, clar și vizibil, cu serie, încât acestea să poată fi identificate cu ușurință, conform legislației în vigoare.</p> <p>- Este necesară precizarea țării de origine, firmei producătoare, modelului și anului fabricației.</p> <p>La finalul perioadei de garantie acordata, echipamentul fiind proprietatea spitalului, operatorul are obligatia de a preda autoritatii contractante parolele necesare, dupa caz, pentru a se putea efectua mentenanta post garantie de catre operatorul castigator al licitatiei de service si mentenanta care se va desfasura</p>				

ulterior de catre spital Livrare UPS aferent aparatului, dupa caz Procesul de productie se realizeaza, in conformitate cu certificarile ISO 9001 si 13485(dupa caz)				
GARANTIE:				
Termen de garantie, aparat inclusiv pentru accesorii: 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanție Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanție si postgaranție, cel puțin 10 ani de la data livrării				
SERVICII ASOCIATE INCLUSE:				
Transportul gratuit pana la sediul beneficiarului				
Montajul produsului la destinatie si punere in functiune				
Instruirea personalului				
Manual de utilizare si intretinere in limba romana				
Mentionarea intervalului de timp la care se face mentenanta gratuita a aparatului, in perioada de garantie, in conformitate cu manualul de la producator Operatorul economic ataseaza declaratie pe propria raspundere si in copie pagina din manualul de la producator				
Service gratuit in perioada de garantie Operatorul economic ataseaza declaratie pe propria raspundere				
Timpul de raspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 48 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar				
Operatorul economic ataseaza lista cu consumabilele si piesele de schimb ale aparatului care se va livra				

NOTA 1: operatorul trebuie sa declare conformitatea/neconformitatea cu cerinta impusa de specificatia tehnica, indicand in mod obligatoriu documentul producatorului si pagina care atesta cele declarate, din documentatia tradusa legalizat in limba romana.

Medic sef sectie

