

SPECIFICAȚIE TEHNICA - LAMPA EXAMINARE

CONFIGURATIE, CARACTERISTICI TEHNICE	PERFORMANTE SI	Cantitate	DA	NU	DOCUMENT DE REFERINTA PAGINA
CARACTERISTICI					
<p>Mobila, ergonomica, usor de utilizat si transportat, cu 6 niveluri de reglare a intensitatii luminii, prevazuta cu buton pentru pornit/oprit, suprimarea umbrelor, selectarea temperaturii de culoare de 4000-4500 °K, maner detasabil sterilizabil Diametru lampal 9cm Inaltime reglabila 60-160 cm Tip iluminare: 9 LED-uri Durata de viata a LED-urilor >60000 de ore Indice de redare a culorilor 95 Ra Intensitatea luminii 105.000 lux la 50 cm , 30.000 lux la 1m. Reglare intensitate luminoasa 25-100% Camp iluminat la 50 cm diametri 150mm Temperatura de culoare: 4000-4500 °K Alimentare : 240 V, 50-60 Hz Greutate aproximativ 10 kg cu suport</p>		2			
CONFIGURARE DE LIVRARE					
Procesul de producție se realizează, în conformitate cu certificarile ISO 9001 si 13485, dupa caz					
Declarație de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat sau certificat de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz, ce atestă conformitatea produsului cu cerințele din Regulamentul 2017/745					
<p>Echipamentele vor fi etichetate (inseriate) de către furnizor/fabricant, clar și vizibil, cu serie, încât acestea să poată fi identificate cu ușurință, conform legislației în vigoare.</p> <p>- Este necesară precizarea țării de origine, firmei producătoare, modelului și anului fabricației.</p>					
GARANTIE:					
Termen de garantie, aparat inclusiv pentru accesorii: 24 de luni de la data instalării și punerii în funcțiune					
SERVICII ASOCIATE INCLUSE:					
Transportul până la sediul beneficiarului					
Montajul produsului la destinație					

Instruirea personalului				
Manual de utilizare si intretinere in limba romana				
Mentionarea intervalului de timp la care se face mentenanta gratuita a aparatului, in perioada de garantie, in conformitate cu manualul de la producator Operatorul economic ataseaza declaratie pe propria raspundere si in copie pagina din manualul de la producator				
Service gratuit in perioada de garantie Operatorul economic ataseaza declaratie pe propria raspundere				
Timp maxim de raspuns service: 48 de ore				
Operatorul economic ataseaza lista cu consumabilele si piesele de schimb ale aparatului care se va livra				

NOTA 1: operatorul trebuie sa declare conformitatea/neconformitatea cu cerinta impusa de specificatia tehnica, indicand in mod obligatoriu documentul producatorului si pagina care atesta cele declarate, din documentatia tradusa legalizat in limba romana.

Medic sef sectie
Dr. Apostu Petrina

Dr. APOSTU PETRINA
medic sef sectie
obstetrica ginecologie
cod: 112894